

MANUALE D'USO

ARIA **1.0**

ARIA **2.0 AI**

ARIA **ULTRA**

ARIA **KID**

ARIA **Speciale**



www.ariawheels.com

INDICE

1. INTRODUZIONE	pg.4
1.1 Informazioni relative al presente manuale d'uso	
1.2 Spiegazione dei simboli	
1.3 Garanzia dopo l'acquisto	
1.4 Utilizzo conforme agli scopi previsti	
1.5 Limiti di responsabilità	
1.6 Durata della carrozzina	
2. SICUREZZA	pg.6
2.1 Informazioni per la sicurezza	
2.2 Controindicazioni	
2.3 Equipaggiamento per la sicurezza	
3. STRUTTURA E FUNZIONAMENTO	pg.7
3.1 Componenti della carrozzina e materiali	
3.2 Freni di stazionamento	
3.3 Schienali	
3.4 Maniglie di spinta	
3.5 Spondina parafango	
3.6 Poggiapiedi	
3.7 Dispositivo antiribaltamento	
3.8 Baricentro	
3.9 Cuscino imbottito sedile	
3.10 Campanatura	
3.11 Assetto della seduta	
4. ACCESSORI	pg.15
5. MESSA IN SERVIZIO	pg.16
5.1 Indicazioni per la sicurezza	
6. MARCIA CON LA CARROZZINA	pg.16
6.1 Indicazioni per la sicurezza	
6.2 Frenata durante la marcia	
6.3 Sedersi e alzarsi dalla carrozzina	
6.4 Marcia in avanti e cambiamento di direzione	
6.5 Salire e scendere da gradini e dislivelli	
6.6 Salire e scendere le scale	
6.7 Salita su rampe e terreni in pendenza	
6.8 Stabilità ed equilibrio	
7. TRASPORTO	pg.24
7.1 Indicazioni per la sicurezza	
7.2 Chiusura ed apertura della carrozzina	
7.3 Smontaggio e montaggio delle ruote	
7.4 Trasporto della carrozzina occupata all'interno di un veicolo	
8. MANUTENZIONE	pg.30
8.1 Indicazioni per la sicurezza	
8.2 Piano di manutenzione	
8.3 Cura	
8.4 Disinfezione	
9. RISOLUZIONE GUASTI	pg.34
9.1 Indicazioni per la sicurezza	
9.2 Individuazione e risoluzione guasti	
10. DOPO L'UTILIZZO	pg.36
10.1 Riutilizzo	
10.2 Smaltimento	
11. DATI TECNICI	pg.36
11.1 Peso e dimensioni	
11.2 Condizioni ambientali	
11.3 Pneumatici	
11.4 Etichette	
12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	pg.38

1 INTRODUZIONE

1.1 INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE MANUALE D'USO

Vi ringraziamo per aver scelto la carrozzina ARIA.

Il presente manuale d'uso contiene indicazioni importanti per l'uso della carrozzina. Per poter utilizzare la carrozzina e spostarsi in modo sicuro, vi preghiamo di leggere attentamente il manuale d'uso e di osservare le indicazioni per la sicurezza.

In caso di problemi di vista, è possibile visualizzare il presente Manuale d'uso come file PDF su Internet all'indirizzo www.ariawheels.com e ingrandirlo sullo schermo secondo necessità. Se non si riescono a ingrandire a sufficienza i testi e la grafica, contattare il distributore ARIA presente sul territorio nazionale; gli indirizzi sono elencati nel sito internet. Se necessario, provvederemo alla fornitura di un file PDF ad alta risoluzione del presente Manuale d'uso. Inoltre, è possibile ottenere la lettura del file PDF con l'ausilio di programmi adatti che utilizzino speciali funzioni linguistiche installati sul proprio computer.

1.2 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Simboli in questo manuale.

Tutte le avvertenze nel presente manuale d'uso sono contrassegnate da simboli. Davanti ai singoli messaggi sono riportati simboli e parole che indicano la gravità del pericolo.

ATTENZIONE !

Indica una potenziale situazione di pericolo che potrebbe essere causa di lesioni gravi o morte, se non venisse evitata.



ATTENZIONE !

AVVERTENZA !

Indica una potenziale situazione di pericolo che potrebbe essere causa di lesioni di piccola o media entità, se non venisse evitata.



AVVERTENZA !

IMPORTANTE !

Indica una potenziale situazione di pericolo che potrebbe essere causa di danni materiali, se non venisse evitata. Indica consigli e raccomandazioni utili per un uso efficiente e privo di inconvenienti della carrozzina.



IMPORTANTE !

Questo prodotto è conforme alla direttiva (UE) 2017/745 relativa ai prodotti medicali. La data di lancio di questo prodotto è indicata nella dichiarazione di conformità CE.

Simboli sul prodotto

Sul prodotto viene applicata un'etichetta identificativa.

I simboli racchiusi nella etichetta sono definiti nel dettaglio nella sezione 11.4 del presente manuale d'uso.

1.3 GARANZIA DOPO L'ACQUISTO

Aria Wheels Srl garantisce l'assenza di difetti e la funzionalità delle proprie carrozzine. La garanzia copre i difetti di fabbricazione, di impiego di materiali con cattiva qualità o da una lavorazione degli stessi inappropriata. I diritti di garanzia nei confronti di Aria Wheels Srl possono essere fatti valere solo dal rivenditore e non dall'utente della carrozzina.

La garanzia commerciale non copre la normale usura, danni o vizi derivanti direttamente o indirettamente da incidenti, cadute, urti, uso improprio, da una manutenzione insufficiente o da un difetto conseguente a smontaggio, riparazione, modifiche effettuate da personale non autorizzato.

Le parti soggette ad usura e i particolari di consumo (copertoni, tele sedile e schienale...) non sono coperti da garanzia. La garanzia decade se alla carrozzina sono apportate modifiche non previste o eseguite con parti di ricambio inadeguate o non originali.

La garanzia non copre costi derivanti dall'eliminazione del difetto quali costi di spedizione e viaggio, manodopera, spese ecc.

La garanzia ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di fatturazione.

Tutti i componenti non fabbricati da Aria Wheels Srl, hanno una garanzia derivante il relativo produttore.

Inoltre, i termini e le condizioni sono parte integrante delle condizioni generali e delle condizioni specifiche per i singoli paesi in cui il prodotto è commercializzato.

1.4 UTILIZZO CONFORME AGLI SCOPI PREVISTI

La carrozzina ARIA viene spinta manualmente e serve unicamente allo spostamento in modo autonomo o con accompagnatore di una persona affetta da disabilità motorie. Senza accompagnatore deve essere utilizzata solo da persone fisicamente e mentalmente in grado di controllare e guidare la carrozzina in modo sicuro (per esempio spostamento in avanti, cambio di direzione, frenata). La carrozzina deve essere utilizzata esclusivamente su pavimentazioni piane, terreni praticabili se all'aria aperta e all'interno di edifici.

Questa carrozzina attiva deve essere approvata e adatta alle specifiche condizioni fisiche dell'utente.



ATTENZIONE !

Ogni utilizzo non conforme agli scopi previsti o di qualsiasi altro tipo della carrozzina può portare a situazioni pericolose.

1.5 LIMITI DI RESPONSABILITA'

Aria Wheels Srl non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

Non conformità con il manuale d'uso; Utilizzo non corretto; Consumo e usura naturali; Montaggio o preparazione non corretti da parte dell'acquirente o di terzi; Modifiche tecniche; Modifiche non autorizzate e/o utilizzo di pezzi di ricambio non adatti.

E' necessario ottenere una autorizzazione scritta di Aria Wheels Srl prima dell'installazione di ulteriori adattamenti su una carrozzina ARIA. In caso contrario, non è ammesso alcun tipo di reclamo.

1.6 DURATA DELLA CARROZZINA

La durata prevista del prodotto è di quattro anni, ipotizzando un utilizzo quotidiano ed a condizione che sia utilizzato in conformità alle istruzioni per la sicurezza, la manutenzione e l'uso previsto indicate nel presente manuale.

2. SICUREZZA

2.1 INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Il presente capitolo contiene aspetti importanti per la sicurezza, atti a proteggere l'utente della carrozzina ed il suo accompagnatore (quando presente), nonché a garantire un uso sicuro e senza inconvenienti della carrozzina.



ATTENZIONE !

Pericolo di incidenti e lesioni gravi al paziente.

Possono verificarsi incidenti con conseguenti lesioni gravi se la carrozzina non è ben regolata. Le regolazioni della carrozzina devono essere sempre effettuate da un rivenditore specializzato.



ATTENZIONE !

Pericolo dovuto ad un comportamento di guida inadeguato.

Spostandosi su terreni bagnati, ghiaia e terreni accidentati si corre il rischio di scivolare. Adeguare sempre la velocità ed il proprio comportamento di guida alle diverse situazioni (condizioni atmosferiche, terreno, capacità individuali, ecc.).



ATTENZIONE !

Pericolo di lesioni al paziente. In caso di collisione ci si potrebbe ferire a parti del corpo che sporgono dalla carrozzina (per esempio piedi o mani). Evitare ogni collisione senza aver tentato di azionare i freni. Non guidare mai la carrozzina frontalmente contro un oggetto. Percorrere con cautela passaggi stretti.



ATTENZIONE !

Pericolo dovuto ad una guida sregolata.

Spostandosi a velocità elevate si potrebbe perdere il controllo della propria carrozzina e cadere. Non superare mai la velocità di 5 km/h.

Evitare ogni tipo di collisione.



AVVERTENZA !

Pericolo di scottature.

I componenti della carrozzina possono riscaldarsi se sono esposti a forti radiazioni solari.

2.2 CONTROINDICAZIONI

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.



AVVERTENZA !

Rischio di schiacciarsi le dita! Si corre sempre il rischio di schiacciarsi p.e. le dita o le braccia incastrate in parti in movimento della carrozzina.

Attivando i meccanismi di piegatura o inserimento delle parti in movimento, quali l'asse estraibile della ruota posteriore, o il dispositivo antiribaltamento, accertarsi che nulla possa rimanere incastrato.

2.3 EQUIPAGGIAMENTO PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE !

Pericolo di incidente!


Equipaggiamenti per la sicurezza (freni, dispositivo antiribaltamento) regolati in modo errato o non più funzionanti possono essere causa di incidenti.

Prima di ogni utilizzo della carrozzina controllare il funzionamento degli equipaggiamenti per la sicurezza e farli revisionare regolarmente da un rivenditore specializzato.

Il funzionamento degli equipaggiamenti per la sicurezza è descritto al capitolo 3 Struttura e funzionamento.

3 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

3.1 COMPONENTI DELLA CARROZZINA E MATERIALI



- 1) Schienale
- 2) Spondina parafango o braccioli
- 3) Sedile
- 4) Freno di stazionamento
- 5) Telaio
- 6) Poggia piedi
- 7) Barra o maniglie di spinta (quella dietro alla schiena)
- 8) Ruote posteriori
- 9) Dispositivo antiribaltamento
- 10) Ruota orientabile destra e sinistra



PARTE	MATERIALE
Schienale	Corpo schienale: Fibra di Carbonio o Alluminio Rivestimento: Tessuto traspirante e schiuma poliuretanica Supporti per fascia: Poliuretano e Tessuto Fascia: Tessuto e Velcro
Spondina parafango	Fibra di Carbonio oppure ABS
Braccioli	Struttura braccioli: Alluminio Spondina parafango integrata: Fibra di Carbonio Imbottitura: Poliuretano (PU)
Telaio	Aria 2.0Al: Lega di Alluminio Aria 1.0: Lega di Alluminio ULTRA: Lega di Magnesio SPECIALE: Lega di Magnesio KID: Lega di Alluminio
Poggia piedi	Lega di Alluminio o Fibra di Carbonio
Sedile	Struttura: Fibra di Carbonio o Tessuto Cuscino: non fornito

Breve descrizione

I modelli di carrozzine ARIA sono del tipo superleggera a telaio rigido.

"L'equipaggiamento effettivo della carrozzina può differire dalle immagini qui contenute, poiché ogni carrozzina viene costruita appositamente secondo le indicazioni inviate con l'ordine."

3.2 FRENI DI STAZIONAMENTO

I freni di stazionamento sono destinati a bloccare la carrozzina e ad impedirne uno spostamento involontario. Sono disponibili di tipo Push to Lock e Scissor Lock.



ATTENZIONE !

Rischio di caduta a seguito di frenata improvvisa!

Se durante la marcia si utilizzano i freni di stazionamento, non è più possibile controllare la direzione di marcia e la carrozzina potrebbe bloccarsi improvvisamente, cosa che potrebbe essere causa di collisione o caduta dalla carrozzina. Non tirare mai i freni di stazionamento durante la marcia.



ATTENZIONE !

Pericolo caduta!

Il funzionamento dei freni di stazionamento è garantito solo se gli pneumatici hanno una pressione di gonfiaggio sufficiente.

Controllare la corretta pressione degli pneumatici, 11.3 Pneumatici.

Figure 1
Installing the Push to Lock Wheel Lock




Figure 2
Optional Mounting of the Push to Lock Wheel Lock




Figure 1
Installing the Scissor Lock Wheel Lock





Figure 2
Optional Mounting of the Scissor Lock Wheel Lock



3.3 SCHIENALE

Rivestimento dello schienale



Le carrozzine ARIA sono fornite di base con il rivestimento imbottito per lo schienale. Il rivestimento in tessuto traspirante è asportabile ed opportunamente lavabile.

Altezza dello schienale posturale

È possibile regolare l'altezza dello schienale posturale. Rimuovere il rivestimento, svitare le 4 viti e avvitarle nuovamente in base all'altezza desiderata. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.


Schienale tensionabile

È possibile regolare la tensione delle fasce dello schienale. Rimuovere il rivestimento, tensionare le fasce in base alla postura desiderata. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.





Inclinazione dello schienale posturale

È possibile regolare l'inclinazione dello schienale svitando le due apposite viti sul morsetto, regolare l'inclinazione voluta e serrarle nuovamente. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.




3.4 BARRA DI SPINTA - MANIGLIE DI SPINTA

Le carrozzine ARIA possono essere equipaggiate con barra o maniglie di spinta (che fungono anche da porta zaino). È possibile regolare l'altezza della barra e delle maniglie di spinta. Svitare le viti, posizionare all'altezza desiderata e avvitare nuovamente. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.




3.5 SPONDINA PARAFANGO

A seconda dell'esigenza la spondina parafrangente può essere dritta oppure con la curva copri pneumatico. Il modello dritto è anche montato in combinazione con i braccioli. Entrambi i modelli sono scambiabili con l'eccezione che il modello con la curva non può essere montato in combinazione con i braccioli.




3.6 POGGIAPIEDI

È possibile regolare l'altezza del poggiatesta svitando le due apposite viti sul telaio, regolare l'altezza voluta e serrarle nuovamente. È possibile inoltre, in alcuni casi, regolare l'angolo del poggiatesta allentando le viti presenti sotto al piano in alluminio o fibra di carbonio. Regolato l'angolo come desiderato serrare nuovamente le viti. Le regolazioni devono essere eseguite dal rivenditore specializzato.



3.7 DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO

Un dispositivo antiribaltamento impedisce che la carrozzina si ribalti all'indietro. Il dispositivo è regolabile in base alle differenti esigenze. È fissato all'asse delle ruote posteriori grazie ad uno specifico morsetto. Può essere posizionato sul lato destro o sul lato sinistro. Diversi tipi di antiribaltamento sono disponibili. Consultare il manuale parti di ricambio sul sito Aria.





ATTENZIONE !

Pericolo caduta!

Un dispositivo antiribaltamento regolato in modo errato o non più funzionante può essere causa di cadute. Prima di ogni utilizzo della carrozzina controllarne il funzionamento e, se necessario, far montare o regolare nuovamente il dispositivo antiribaltamento da un rivenditore specializzato.




ATTENZIONE !

Pericolo di ribaltamento!

Su terreno sconnesso o morbido, il dispositivo antiribaltamento può affondare in buche o direttamente nel terreno, limitando o pregiudicando completamente in tal modo la propria funzione di sicurezza. Utilizzare il dispositivo antiribaltamento solo quando ci si trova su un terreno piano e compatto.

3.8 BARICENTRO

Su alcuni prodotti è possibile regolare il baricentro svitando le quattro apposite viti sul telaio (due per lato), regolare il baricentro voluto e serrarle nuovamente. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.



3.9 CUSCINO SEDILE

Un cuscino imbottito appropriato è necessario per garantire una distribuzione ottimale della pressione sul piano di seduta, sia esso in tessuto o solido in fibra di carbonio.

Il cuscino è fissato alla seduta impedendone lo scivolo grazie ad apposite strisce di velcro predisposte sul sedile.

3.10 CAMPANATURA

La campanatura delle ruote è selezionabile al momento dell'ordine della carrozzina ARIA. Successivamente è modificabile sostituendo l'asse delle ruote. L'eventuale sostituzione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.

3.11 ASSETTO DELLA SEDUTA

Stabilità antiribaltamento



La posizione della seduta quindi la stabilità antiribaltamento della carrozzina possono essere alterate. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.

Altezza seduta anteriore

L'altezza anteriore della seduta può essere in alcuni casi, regolata. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.

Altezza seduta posteriore

L'altezza posteriore della seduta può essere in alcuni casi, regolata. La regolazione deve essere eseguita dal rivenditore specializzato.




4. ACCESSORI

Antiribaltamento e Leva di ribaltamento.

La leva di ribaltamento rende facile per un assistente inclinare la carrozzina all'indietro per andare oltre un gradino. Per fare ciò, abbassa l'anti-ribaltamento usando il piede (come nell'immagine a destra).



Maniglia di spinta (è anche supporto zaino).



5. MESSA IN SERVIZIO

5.1 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



AVVERTENZA !

Pericolo di lesioni al paziente.

Prima di mettere in servizio la carrozzina controllare che sia in buono stato e il funzionamento delle funzioni più importanti, vedi il Piano di manutenzione, sez. 8.

Il vostro rivenditore di fiducia provvederà a preparare per l'uso la carrozzina.

Il rivenditore vi spiegherà le funzioni principali e si accerterà che la carrozzina corrisponda alle vostre richieste ed esigenze.

6. MARCIA CON LA CARROZZINA

6.1 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE !

Pericolo di incidente!

Il comportamento di marcia della carrozzina potrebbe essere pregiudicato notevolmente se la pressione degli pneumatici non fosse uguale.

Controllare la pressione degli pneumatici prima di ogni spostamento.



AVVERTENZA !

Pericolo di schiacciamento!

La distanza tra la ruota posteriore e il fianchetto paraspruzzi della ruota proteggibili potrebbe essere talmente ridotta da comportare il rischio di schiacciarsi le dita.

Accertarsi sempre di spostare la carrozzina agendo unicamente sugli anelli corrimano.



AVVERTENZA !

Pericolo di schiacciamento!

La distanza tra la ruota posteriore e il freno di stazionamento potrebbe essere talmente ridotta da comportare il rischio di schiacciarsi le dita.

Accertarsi sempre di spostare la carrozzina agendo unicamente sugli anelli corrimano.

6.2 FRENATA DURANTE LA MARCIA

Durante la marcia è possibile frenare la carrozzina facendo pressione con le mani sugli anelli corrimano.



ATTENZIONE !

Rischio di caduta a seguito di frenata improvvisa!

Se durante la marcia si utilizzano i freni di stazionamento, non è più possibile controllare la direzione di marcia e la carrozzina potrebbe bloccarsi improvvisamente, cosa che potrebbe essere causa di collisione o caduta dalla carrozzina. Non tirare mai i freni di stazionamento durante la marcia.



ATTENZIONE !

Rischio di caduta dalla carrozzina.

Se la carrozzina viene decelerata rapidamente da un assistente che tira le maniglie di spinta, l'utente potrebbe cadere dalla carrozzina. Allacciare sempre la cintura pelvica se presente. Assicurarsi che l'assistente abbia ricevuto una formazione individuale relativa alla spinta di carrozzine occupate.



AVVERTENZA !

Rischio di bruciature della pelle.

Gli anelli corrimano potrebbero riscaldarsi, se si frena la carrozzina per un lungo periodo di tempo. Ci si potrebbe ustionare il palmo delle mani. Indossare un paio di guanti adeguati.

Afferrare gli anelli corrimano ed esercitare una pressione omogenea con entrambe le mani, sino a quando la carrozzina si arresta completamente.

6.3 TRASFERIMENTI DALLA CARROZZINA



ATTENZIONE !

Pericolo di caduta!

Durante i trasferimenti il pericolo di caduta è molto elevato.

Sedersi o alzarsi senza aiuto dalla carrozzina solo se si è fisicamente in condizioni di farlo.



ATTENZIONE !

Pericolo di caduta!

La carrozzina potrebbe ribaltarsi in avanti, se si sta in piedi sul poggiatesta. Non salire mai sul poggiatesta sedendosi o alzandosi dalla carrozzina.



AVVERTENZA !

Se i freni si disinnestano o rompono, la carrozzina potrebbe spostarsi in modo incontrollato.

Non appoggiarsi sui freni sedendosi o alzandosi dalla carrozzina.

1. Tirare i freni di stazionamento.
2. Poggiare i piedi sul pavimento.
3. Tenersi saldamente alla carrozzina e, se necessario, anche a un oggetto fisso nell'area circostante.
4. Spostarsi lentamente sulla sedia.

6.4 MARCIA IN AVANTI E CAMBIAMENTO DI DIREZIONE CON LA CARROZZINA

Mediante gli anelli corrimano è possibile spostare in avanti e cambiare direzione con la carrozzina.

Prima di spostarsi senza accompagnatore, è necessario individuare il punto di ribaltamento della carrozzina.



ATTENZIONE !

Pericolo di ribaltamento! La carrozzina potrebbe ribaltarsi all'indietro, se non è montato un dispositivo antiribaltamento. Mentre si stabilisce il punto di ribaltamento, un accompagnatore deve trovarsi direttamente dietro alla carrozzina, per poter afferrare la carrozzina prima che si ribalti. Per impedire che la carrozzina si ribalti montare un dispositivo antiribaltamento.



ATTENZIONE !

Pericolo di ribaltamento!

La carrozzina può ribaltarsi in avanti. Effettuando le regolazioni della carrozzina controllarne il comportamento in caso di ribaltamento in avanti e adeguare il proprio stile di guida in conformità.



AVVERTENZA !

Pericolo di ribaltamento!

Un carico pesante appeso allo schienale potrebbe influire sul baricentro della carrozzina. Eventualmente adeguare il comportamento di marcia in funzione del carico.

Stabilire il punto di ribaltamento

1. Rilasciare il freno.
2. Spostarsi brevemente in avanti, mantenere fermi entrambi gli anelli corrimano e spostarsi indietro dandosi una leggera spinta.
3. Stabilire il punto di ribaltamento mediante lo spostamento del proprio peso e contrastando il movimento degli anelli corrimano.



6.5 SALIRE E SCENDERE DA GRADINI E DISLIVELLI



ATTENZIONE !

Pericolo di caduta!

*Salendo o scendendo da gradini si potrebbe perdere l'equilibrio e ribaltarsi con la carrozzina. Spostarsi sempre lentamente e con cautela percorrendo gradini, per esempio marciapiedi, e dislivelli.
Non percorrere gradini con un'altezza superiore a 25 cm.*



AVVERTENZA !

Un dispositivo antiribaltamento inserito impedisce che la carrozzina si ribalti all'indietro.

Disinserire il dispositivo antiribaltamento prima di percorrere un gradino o un dislivello.

Scendere un gradino Con accompagnatore

1. Portare la carrozzina fino al bordo del gradino ed afferrare la maniglia di spinta.
2. L'accompagnatore impugna saldamente le maniglie di spinta, posiziona un piede sul dispositivo antiribaltamento (se montato) e inclina all'indietro la carrozzina, in modo tale che le ruote anteriori si sollevino dal terreno.
3. L'accompagnatore mantiene la carrozzina in questa posizione, la spinge con cautela oltre il gradino e inclina la carrozzina in avanti in modo tale che le ruote anteriori poggino nuovamente sul terreno.



Scendere un gradino Senza accompagnatore



ATTENZIONE !

Pericolo di ribaltamento!

Se si scende da un gradino senza accompagnatore, ci si potrebbe ribaltare all'indietro, se non si ha il controllo della carrozzina.

Inizialmente imparare a scendere da un gradino con l'ausilio di un accompagnatore. Imparare a bilanciarsi sulle ruote posteriori.

1. Portare la carrozzina fino al bordo del gradino, sollevare le ruote anteriori e mantenersi in equilibrio.
2. Far quindi scivolare lentamente le due ruote posteriori lungo il bordo. Così facendo afferrare saldamente con entrambe le mani gli anelli corrimano e tenerli sino a quando le ruote anteriori sono nuovamente a contatto con il terreno.





ATTENZIONE!

Rischio di lesioni all'utente.

Lo schienale della carrozzina, può rompersi prima del previsto se si salgono frequentemente gradini e marciapiedi, si consiglia la presa dal telaio o dalla barra di spinta se presente. L'utente potrebbe cadere dalla carrozzina. Disinserire sempre il dispositivo antiribaltamento quando si salgono gradini e marciapiedi.

1. Spingere all'indietro la carrozzina con le ruote posteriori fino al bordo del gradino.
2. L'accompagnatore impugna le maniglie di spinta ed inclina la carrozzina in modo tale che le ruote anteriori si sollevino dal terreno; quindi tira le ruote posteriori oltre il bordo del gradino fino a quando è possibile poggiare nuovamente le ruote anteriori sul terreno.



6.6 SALIRE E SCENDERE LE SCALE



ATTENZIONE!

Pericolo di caduta.

Salendo o scendendo da scale si potrebbe perdere l'equilibrio e cadere con la carrozzina.

Percorrere sempre scale di più di un gradino solo con 2 accompagnatori.

1. È possibile percorrere rampe di scale scendendo un gradino dopo l'altro, così come descritto in figura. Il primo accompagnatore si metterà dietro la carrozzina e manterrà le maniglie di spinta. Il secondo accompagnatore afferrerà una parte fissa del telaio anteriore, assicurando la posizione della carrozzina dal lato anteriore.



6.7 SALITA SU RAMPE E TERRENI IN PENDENZA



ATTENZIONE !

Pericolo dovuto ad una marcia incontrollata!

Percorrendo terreni in salita o in discesa, la carrozzina potrebbe ribaltarsi all'indietro, lateralmente o in avanti. Percorrere lunghi tratti in pendenza essenzialmente con un accompagnatore dietro la carrozzina. Evitare di piegarsi lateralmente. Evitare tratti in pendenza con un'inclinazione superiore a 7°. Su terreni in pendenza evitare di cambiare direzione bruscamente.




AVVERTENZA !

La carrozzina potrebbe spostarsi involontariamente anche su terreni leggermente in pendenza, se non si provvede a controllarla mediante gli anelli corrimano. Innestare i freni di stazionamento se ci si trova su terreni in pendenza con la propria carrozzina.

Salita

Per spostarsi in salita bisogna darsi una leggera spinta, mantenere lo slancio e controllare contemporaneamente la direzione.


1. Piegare il busto in avanti e spostare in avanti la carrozzina dando spinte rapide ed energiche ad entrambi gli anelli corrimano.



Discesa

Spostandosi in discesa è importante controllare la direzione di marcia e, soprattutto, la velocità.

1. Appoggiarsi allo schienale e far scivolare tra le mani con cautela gli anelli corrimano. Si deve essere sempre in grado di arrestare la carrozzina bloccando gli anelli corrimano.



ATTENZIONE !

Pericolo di ustioni!

Gli anelli corrimano potrebbero riscaldarsi, se si frena la carrozzina per un lungo periodo di tempo. Ci si potrebbe ustionare il palmo delle mani.

Indossare un paio di guanti adeguati.

6.8 STABILITÀ ED EQUILIBRIO

Alcune attività e movimenti durante l'uso quotidiano possono richiedere di sporgersi dalla carrozzina, piegandosi in avanti, lateralmente o indietro. Ciò influisce notevolmente sulla stabilità della carrozzina. Per essere certi di mantenere sempre l'equilibrio tenere presente quanto segue:

Sporgersi in avanti



ATTENZIONE !

Pericolo di cadere dalla carrozzina!

Se ci si sporge in avanti, si potrebbe cadere dalla carrozzina.

Non piegare mai il busto troppo in avanti e non spostare mai troppo il corpo oltre i limiti del piano di seduta per poter raggiungere un oggetto. Non piegarsi in avanti allargando le proprie ginocchia per raccogliere un oggetto dal terreno.

1. Allineare in avanti le ruote anteriori (a tale scopo spostare la carrozzina leggermente in avanti e quindi nuovamente indietro).
2. Innestare i due freni di stazionamento.
3. Quindi piegarsi in avanti solo fino al punto in cui il proprio busto continua a rimanere sopra le ruote anteriori.

Sporgersi all'indietro



ATTENZIONE !

Pericolo di cadere dalla carrozzina!

Se ci si sporge troppo all'indietro, ci si potrebbe ribaltare con la carrozzina.

Non sporgersi oltre lo schienale posteriore della carrozzina.

Utilizzare un dispositivo antiribaltamento.

1. Allineare in avanti le ruote anteriori (a tale scopo spostare la carrozzina leggermente in avanti e quindi nuovamente indietro).
2. Non innestare i freni di stazionamento.
3. Afferrare solo gli oggetti raggiungibili senza dover modificare la propria posizione di seduta.

7. TRASPORTO

7.1 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE !

Rischio di lesioni se la carrozzina non è correttamente fissata in sicurezza

In caso di incidente, frenata, ecc. possono verificarsi gravi lesioni dovute a parti non fissate della carrozzina. Estrarre sempre le ruote posteriori in caso di trasporto della carrozzina. Assicurare saldamente tutti i componenti della carrozzina nel mezzo di trasporto in modo da impedire che possano allentarsi durante il viaggio.





AVVERTENZA !

Un'abrasione eccessiva del materiale potrebbe pregiudicare la resistenza delle parti portanti. Non spostare la carrozzina con le ruote smontate su una superficie abrasiva (p.e. tirando il telaio sull'asfalto).

7.2 CHIUSURA ED APERTURA DELLA CARROZZINA

Lo schienale va reclinato tirando il cordino nella parte posteriore, dopodiché tirare in avanti lo schienale e abbassarlo sulla seduta. A prescindere dalla geometria dello schienale, il concetto di funzionamento è uguale su tutti i prodotti.






ATTENZIONE !

Rischio di lesioni se la carrozzina non è correttamente fissata in sicurezza
In caso di incidente, frenata, ecc. possono verificarsi gravi lesioni dovute a parti non fissate della carrozzina. Estrarre sempre le ruote posteriori in caso di trasporto della carrozzina. Assicurare saldamente tutti i componenti della carrozzina nel mezzo di trasporto in modo da impedire che possano allentarsi durante il viaggio.


Smontaggio delle ruote posteriori

Premere sul perno ad estrazione rapida e estrarre la ruota contemporaneamente.




Smontaggio delle ruote piroettanti

Svitare il perno asse con apposito chiavino a brugola ed estrarre la ruota.




Montaggio delle ruote posteriori

Premere sul perno ad estrazione rapida e posizionare la ruota contemporaneamente finché il perno non blocchi la stessa.



Montaggio delle ruote piroettanti

Seguire al contrario il processo di smontaggio facendo attenzione a serrare saldamente il perno asse.



7.4 TRASPORTO DELLA CARROZZINA OCCUPATA ALL'INTERNO DI UN VEICOLO

Anche quando la carrozzina ARIA è fissata correttamente e le regole seguenti sono rispettate, potrebbero verificarsi lesioni ai passeggeri in caso di urto o di frenata brusca. Pertanto, Aria Wheels Srl raccomanda caldamente di trasferire l'utilizzatore della carrozzina sul sedile del veicolo e di allacciare la sua cintura di sicurezza. Non apportare modifiche o sostituzioni alla carrozzina (struttura, telaio o parti) senza il consenso scritto da parte di Aria Wheels Srl



ATTENZIONE !

Rischio di lesioni gravi o di morte

Per utilizzare la carrozzina come sedile di un veicolo, l'altezza dello schienale deve essere di almeno 400 mm.

Per il trasporto della carrozzina occupata all'interno di un veicolo, in quest'ultimo deve essere installato un sistema di sicurezza.



ATTENZIONE !

Se, per qualche ragione, non è possibile trasferire l'utilizzatore della carrozzina sul sedile di un veicolo, la carrozzina può essere utilizzata come sedile in un veicolo purché si rispettino le procedure e i regolamenti seguenti:

- La carrozzina deve essere fissata nel veicolo con un sistema di sicurezza a quattro punti per carrozzine.
- L'utilizzatore deve indossare un sistema di sicurezza a tre punti per passeggeri fissato al veicolo.
- Nella carrozzina l'utilizzatore deve avere la cintura di mantenimento della postura agganciata.

Sia il sistema di sicurezza a quattro punti per carrozzine sia il sistema di sicurezza a tre punti per passeggeri devono essere approvati in conformità alla norma ISO-10542-2



ATTENZIONE !

Prima in mettersi in viaggio, contattare la persona responsabile del trasporto e richiedere informazioni sulla disponibilità delle attrezzature di seguito riportate.

Assicurarsi che vi sia abbastanza spazio libero attorno alla carrozzina e all'utilizzatore per evitare che quest'ultimo entri in contatto con gli altri occupanti del veicolo, con parti non imbottite del veicolo, con gli accessori della carrozzina o con i punti di ancoraggio del sistema di sicurezza.



ATTENZIONE !

Verificare che i punti di sollevamento della carrozzina non siano danneggiati e che i freni di stazionamento siano perfettamente funzionanti.

Si raccomanda di utilizzare pneumatici antiforatura durante il trasporto per evitare problemi con i freni dovuti alla diminuzione della pressione degli pneumatici.



ATTENZIONE !

Eventuali lesioni o danni potrebbero verificarsi a causa di componenti o accessori della carrozzina allentati in seguito a un urto o a una frenata brusca. Assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori rimovibili o asportabili siano rimossi dalla carrozzina e conservati in modo sicuro nel veicolo. È fondamentale che la carrozzina sia controllata da uno specialista dopo un incidente, una collisione, ecc.



IMPORTANTE !

Si raccomanda di fornire una formazione sul corretto uso di un prodotto con sistema di sicurezza. Fare riferimento al manuale d'uso fornito con il sistema di sicurezza. Le figure seguenti possono essere diverse a seconda del fornitore del sistema di sicurezza.

Fissaggio della carrozzina con un sistema di sicurezza a quattro punti



ATTENZIONE !

All'interno del veicolo, posizionare la carrozzina occupata dall'utilizzatore rivolta in avanti nella direzione di marcia. Applicare i freni di stazionamento della carrozzina. Attivare il sistema antiribaltamento (se installato).

Le posizioni di ancoraggio della carrozzina in cui devono essere posizionate le cinghie del sistema di sicurezza sono contrassegnate con simboli dei moschettoni.

1. Utilizzando le cinghie anteriore e posteriore del sistema di sicurezza a quattro punti, fissare la carrozzina ai ganci montati sul veicolo. Fare riferimento al manuale d'uso fornito con il sistema di sicurezza a quattro punti.

Posizioni di ancoraggio per le cinghie sul lato anteriore.

1. Fissare le cinghie anteriori sopra i supporti delle ruote.
2. Allacciare le cinghie anteriori al sistema di ganci secondo le istruzioni raccomandate dal produttore della cintura di sicurezza.
3. Rilasciare i freni di stazionamento e applicare le cinghie di tensionamento anteriori tirando la carrozzina all'indietro dalla parte posteriore.
4. Applicare nuovamente i freni di stazionamento.

Posizioni di ancoraggio per i moschettoni sul lato posteriore.

1. Agganciare i moschettoni all'asse in fibra di carbonio.
2. Allacciare le cinghie posteriori al sistema di ganci secondo le istruzioni raccomandate dal produttore della cintura di sicurezza.
3. Stringere le cinghie.



IMPORTANTE !

Assicurarsi che i moschettoni siano rivestiti in materiale antiscivolo per evitare lo scivolamento laterale sull'asse.



IMPORTANTE !

Verificare che i perni sono completamente innestati su entrambi i lati e posti nella stessa posizione della sezione dei ganci. Assicurarsi che l'inclinazione tra i ganci e le cinghie sia compresa tra 40° e 45°.

Regolazione della cintura di mantenimento della postura



ATTENZIONE !

La cintura di mantenimento della postura deve essere utilizzata in aggiunta ma e mai in sostituzione di un sistema di sicurezza per passeggeri omologato (cintura a tre punti).

1. Regolare la cintura di mantenimento della postura in modo che si adatti all'occupante della carrozzina.



ATTENZIONE !

Assicurarsi che il sistema di sicurezza a tre punti per passeggeri sia agganciato il più stretto possibile al corpo dell'utilizzatore senza creare costrizioni per l'utilizzatore o torsioni della cinghia.

Assicurarsi che il sistema di sicurezza a tre punti per passeggeri non sia tenuto lontano dal corpo dell'utilizzatore da parti della carrozzina quali braccioli o ruote, ecc. Assicurarsi che il sistema di sicurezza dell'utilizzatore passi dall'utilizzatore al punto di ancoraggio senza interferenze di qualsiasi altra parte del veicolo, della carrozzina, dei sedili o degli accessori.

Assicurarsi che la cintura sub-addominale passi esattamente sul bacino dell'occupante e che non scorra in alto verso la zona addominale.

Assicurarsi che l'utilizzatore sia in grado di raggiungere il meccanismo di rilascio senza bisogno di aiuto.



IMPORTANTE !

Applicare la parte pelvica del sistema di sicurezza a tre punti in basso lungo il bacino in modo che l'inclinazione della cintura pelvica rientri nella zona preferita (A) tra 30° e 75° rispetto alla zona orizzontale. È da preferire una maggiore inclinazione, mai superiore a 75°.

8.MANUTENZIONE

8.1 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA



ATTENZIONE !

Alcuni materiali sono soggetti ad invecchiamento naturale. Ciò potrebbe comportare il danneggiamento di parti della carrozzina.

Far controllare la propria carrozzina da un rivenditore specializzato dopo un periodo di fermo prolungato o almeno una volta all'anno.

Il vostro rivenditore Aria Wheels Srl sarà lieto di assistervi per l'esecuzione di interventi di manutenzione regolari. Per trovare un rivenditore autorizzato nelle vicinanze, rivolgetevi al contatto di Aria Wheels Srl che trovate in fondo al manuale.

8.2 PIANO DI MANUTENZIONE

Per garantire la sicurezza e l'affidabilità necessarie, eseguire regolarmente i seguenti interventi di manutenzione o farli eseguire dal rivenditore.

	<i>Settimanalmente</i>	<i>Mensilmente</i>	<i>Annualmente</i>
<i>Controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici</i>	X		
<i>Controllo della corretta posizione in sede delle ruote posteriori</i>	X		
<i>Controllo della regolazione del giunto dello schienale</i>	X		
<i>Controllare la cintura di mantenimento della postura</i>	X		
<i>Controllo visivo</i>		X	
<i>Pulizia delle ruote anteriori</i>		X	
<i>Controllo collegamenti a vite</i>		X	
<i>Controllo raggi ruote</i>		X	
<i>Controllo freni di stazionamento</i>		X	
<i>Far controllare la carrozzina da un rivenditore specializzato</i>			X

Controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici

Misurare la pressione dei pneumatici con le relative pressioni (vedi il capitolo 11.3 Pneumatici).

1. Gonfiare il pneumatico alla pressione necessaria.
2. Controllare anche il profilo dei pneumatici.
3. Se necessario, sostituire i pneumatici.

Controllo della corretta posizione in sede delle ruote posteriori

1. Tirare la ruota posteriore per controllare che l'asse sia posizionato correttamente in sede. Non deve essere possibile estrarre la ruota.
2. Se le ruote posteriori non si bloccano correttamente in sede, rimuovere eventuali depositi di sporcizia e incrostazioni. Se il problema persiste, far regolare nuovamente gli assi da un rivenditore specializzato.

Controllo della regolazione del giunto dello schienale

1. Sedersi nella carrozzina e appoggiarsi indietro sullo schienale. Lo schienale deve essere bloccato correttamente.
2. Tirare la corda di rilascio. I perni devono potersi spostare liberamente su entrambi i lati. In caso contrario il giunto dello schienale dovrà essere rimontato da un rivenditore specializzato.

Controllare la cintura di mantenimento della postura

1. Controllare che la cintura di mantenimento della postura sia regolata correttamente.



IMPORTANTE !

Le cinture di mantenimento della postura allentate devono essere regolate da un rivenditore specializzato.
Le cinture di mantenimento della postura danneggiate devono essere sostituite da un rivenditore specializzato.

Controllo a vista

1. Controllare se la carrozzina presenta parti non serrate, fessurazioni o altri difetti.
2. Se si rilevano difetti, far controllare immediatamente la carrozzina da un rivenditore specializzato.

Pulizia delle ruote anteriori

1. Controllare se le ruote anteriori possono essere ruotate liberamente.
2. Rimuovere sporco e capelli dai cuscinetti delle ruote anteriori.

Controllo del serraggio delle viti

Le viti possono allentarsi per l'impiego costante della carrozzina.

1. Controllare se le viti sono serrate correttamente (poggiapiedi, rivestimento sedile, fianchetti laterali, schienale, telaio, modulo di seduta).
2. Serrare eventuali bulloni allentati con un coppia adeguata.



IMPORTANTE !

I dadi e le viti di sicurezza perdono la loro efficacia dopo essere stati allentati e serrati più volte. Far sostituire i dadi e le viti di sicurezza da un rivenditore specializzato.

Controllo della tensione dei raggi

I raggi non devono essere allentati, né deformati.

1. Far regolare la tensione di raggi allentati da un rivenditore specializzato.
2. Far sostituire dei raggi rotti da un rivenditore specializzato.

Controllo dei freni di stazionamento

1. Controllare la corretta posizione in sede dei freni di stazionamento.

Il freno è regolato correttamente se, con il freno tirato, la ganaschia del freno penetra di alcuni millimetri nel pneumatico.

2. Se si dovesse constatare che la regolazione non è esatta, far regolare correttamente i freni da un rivenditore specializzato.



IMPORTANTE !

Dopo aver sostituito o cambiato la posizione delle ruote posteriori, è necessario registrare nuovamente i freni di stazionamento.



IMPORTANTE !

La carrozzina può subire danni non visibili ad occhio nudo a seguito di una forte collisione o forte urto. È quindi essenziale far controllare la carrozzina da uno specialista dopo una forte collisione o forte urto.

Riparazione o sostituzione della camera d'aria

1. Smontare la ruota posteriore e svuotare la camera d'aria dell'aria residua.
2. Sollevare un tallone del copertone dal bordo del cerchio. Utilizzare attrezzo per rimuovere i pneumatici dalle biciclette; non utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio un cacciavite, per evitare di danneggiare la camera d'aria.
3. Estrarre la camera d'aria dal pneumatico.
4. Riparare la camera d'aria con un kit di riparazione per biciclette o, se necessario, sostituire la camera d'aria.
5. Gonfiare leggermente la camera d'aria sino a quando assume una forma arrotondata.
6. Introdurre la valvola nel foro per la valvola nel cerchio e inserire la camera d'aria nel pneumatico (la camera d'aria dovrebbe adattarsi alla circonferenza del pneumatico senza formare pieghe).
7. Sollevare i talloni del copertone sul bordo del cerchio. Partire dalla zona intorno alla valvola e utilizzare un attrezzo per rimuovere i pneumatici dalle biciclette. Controllare lungo tutta la circonferenza che la camera d'aria non si sia incastrata tra il pneumatico e il cerchio.
8. Gonfiare il pneumatico alla pressione massima. Accertarsi che dal pneumatico non fuoriesca aria.

8.3 CURA

La vostra carrozzina vi accompagnerà per molti anni se provvedete ad una cura regolare.



IMPORTANTE !

La sabbia e l'acqua di mare possono danneggiare i cuscinetti a sfere e le parti in acciaio possono arrugginirsi, se la superficie è danneggiata. Esporre la carrozzina alla sabbia e all'acqua di mare solo per breve tempo e pulirla dopo essere stati sulla spiaggia.



IMPORTANTE !

Non utilizzare sostanze abrasive, detergenti aggressivi e pulitori ad alta pressione.

1. Pulire l'imbottitura e le parti in metallo con uno straccio morbido inumidito.
2. Asciugare accuratamente la carrozzina dopo una marcia sotto la pioggia o la doccia.
3. Se la carrozzina è imbrattata, ammorbidire non appena possibile lo sporco e rimuoverlo; asciugare quindi con cura la carrozzina.

8.4 DISINFEZIONE

Leggere attentamente i tempi di concentrazione e di esposizione del produttore del disinfettante. Il prodotto è adatto per la disinfezione spray e detergente con disinfettanti domestici ordinari. Tutte le superfici devono essere pulite con un panno pulito inumidito con disinfettante. Applicare il disinfettante in modo uniforme. Non sciacquare e lasciare asciugare all'aria il prodotto. Successivamente, il prodotto deve essere controllato per la pulizia e danni.



IMPORTANTE !

Per avere un elenco dei prodotti disinfettanti omologati, chiedere al proprio rivenditore di fiducia.

9 RISOLUZIONE GUASTI

9.1 INDICAZIONI PER LA SICUREZZA

L'impiego giornaliero, nuove regolazioni o il cambiamento delle forze a cui è sottoposta la carrozzina possono essere causa di guasti. La seguente tabella riporta indicazioni su come riconoscere ed eliminare i guasti.



AVVERTENZA !

Se si notano anomalie della carrozzina, per esempio, un mutamento eccessivo del comportamento di marcia, rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore specializzato.



IMPORTANTE !

Alcuni degli interventi riportati devono essere eseguiti da un rivenditore specializzato autorizzato. Sono stati opportunamente contrassegnati. Consigliamo di far eseguire tutte le registrazioni da un rivenditore specializzato.

GUASTO	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO
La carrozzina non avanza in linea retta	La pressione di gonfiaggio del pneumatico di una ruota posteriore è errata	Correggere la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, > 11.3 Pneumatici
	Uno o più raggi sono rotti	Sostituire il(i) raggio(i) rotto(i) > Rivenditore specializzato
	La tensione dei raggi è differente	Far regolare la tensione dei raggi allentati > Rivenditore specializzato
	Il cuscinetto della ruota anteriore è sporco o Danneggiato	Pulire o sostituire il cuscinetto > Rivenditore specializzato
La carrozzina si ribalta facilmente all'indietro	Le ruote posteriori sono montate troppo in avanti	Regolare baricentro > Rivenditore specializzato
	L'inclinazione dello schienale è eccessiva	Ridurre l'inclinazione dello schienale > Rivenditore Specializzato
I freni intervengono male o in modo asimmetrico	La pressione di gonfiaggio del pneumatico di una o di entrambe le ruote posteriori è errata	Correggere la pressione di gonfiaggio dei pneumatici > 11.3 Pneumatici
	La regolazione dei freni non è corretta	Correggere la regolazione dei freni > Rivenditore Specializzato
La resistenza allo spostamento è molto elevata	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici delle ruote posteriori è insufficiente	Correggere la pressione di gonfiaggio dei pneumatici > 11.3 Pneumatici
	Ruote posteriori non parallele	Verificare che le ruote posteriori siano parallele > Rivenditore specializzato
Le ruote anteriori sbandano quando la velocità di marcia è elevata	La trazione del blocco cuscinetto della ruota anteriore è insufficiente	Serrare leggermente il dado sull'asse del blocco cuscinetto > Rivenditore specializzato
	La ruota anteriore è liscia	Sostituire la ruota anteriore > Rivenditore specializzato
La ruota anteriore gira con difficoltà o è bloccata	Il cuscinetto a sfere è sporco o difettoso	Pulire o sostituire il cuscinetto a sfere, > Rivenditore specializzato

10. DOPO L'UTILIZZO

10.1 RIUTILIZZO

La carrozzina può essere riutilizzata. È necessario eseguire le seguenti operazioni:

- Pulizia e disinfezione secondo quanto descritto in questo manuale d'uso al capitolo 8.3 Cura, e capitolo 8.4 Disinfezione
- Ispezione secondo quanto descritto in questo manuale d'uso al capitolo 8.2 Piano di manutenzione
- Adattamento all'utente in base alla documentazione di Assistenza tecnica disponibile presso la sede di Aria Wheels Srl.

10.2 SMALTIMENTO

Tutelare l'ambiente provvedendo allo smaltimento appropriato della propria carrozzina. Per lo smaltimento osservare le norme di legge nazionali e locali. Per lo smaltimento corretto rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o all'amministrazione del proprio comune per ricevere l'indirizzo di un centro di smaltimento locale.

11. DATI TECNICI

11.1 PESO E DIMENSIONI

Tutte le specifiche di peso e dimensioni si riferiscono a una larghezza del sedile alla sua profondità nelle possibili configurazioni della carrozzina. Le dimensioni e il peso possono variare in base alle diverse configurazioni.

Larghezza della Seduta:	da 240 a 460 mm ordinabile ad intervalli di 20 mm
Profondità della seduta:	da 280 a 460 mm ordinabile ad intervalli di 20 mm
Distanza seduta - pedana:	da 120 a 180 mm ordinabile ad intervalli di 20 mm
Altezza dello schienale:	da 240 a 420 mm regolabili ad intervalli di 15 mm
Lunghezza dal tacco al ginocchio:	da 300 a 440 mm regolabili ad intervalli di 10 mm
Altezza seduta anteriore:	da 450 a 520 mm regolabili ad intervalli di 10 mm
Altezza seduta posteriore:	da 360 a 430 mm regolabili ad intervalli di 10 mm
Centro di gravità	da 100 a 150 mm regolabili ad intervalli di 10 mm
Angolo inclinazione dello schienale:	da 85° a 95° rispetto al suolo (regolabile)
Campanatura delle ruote posteriori:	Ordinabile a 0° o 3°
Angolo Telaio	83° o 93° disponibile solo per alcuni modelli
Peso della carrozzina SW440 con ruote posteriori standard: (con schienale posturale incluso)	approssimativamente 9.5 kg* per ARIA 1.0 approssimativamente 10.7 kg* per ARIA 2.0 approssimativamente 8.1 kg* per ARIA ULTRA approssimativamente 7.1 kg* per ARIA SPECIALE approssimativamente 7.5 kg* per ARIA KID
Peso della carrozzina SW440 senza ruote posteriori: (con schienale posturale incluso)	approssimativamente 5.5 kg* per ARIA 1.0 approssimativamente 7.5 kg* per ARIA 2.0 approssimativamente 4.9 kg* per ARIA ULTRA approssimativamente 3.9 kg* per ARIA SPECIALE approssimativamente 4.5 kg* per ARIA KID
Portata nominale:	120 kg per ARIA 1.0 e per ARIA 2.0 100 kg per ULTRA e SPECIALE 75 Kg per ARIA KID

Il peso dipende dalle possibili configurazioni. Alcune dimensioni potrebbero non essere disponibili per alcuni modelli di carrozzina. Vedere le relative schede d'ordine di prodotto per le specifiche dimensionale.

11.2 CONDIZIONI AMBIENTALI

Non esporre la carrozzina a temperature inferiori a -20 °C e superiori a 40 °C.

11.3 PNEUMATICI

La pressione ottimale dipende dal tipo di pneumatico:

Pneumatico Pressione max.

Pneumatici ad alta scorrevolezza 7 bar 700 kPa 101 psi

Pneumatici con profili (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi

Pneumatici tipo slick (speed run) 10 bar 1000 kPa 145 psi

Pneumatici per mountain bike 4 bar 400 kPa 58 psi

Pneumatici in gomma piena - - -



LARGHEZZA TOTALE (TW)

(campanatura 0°) SW +180 mm

(campanatura 3°) SW +225 mm



PROFONDITA' TOTALE (TD)

83° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG)

93° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG) + 35mm

11.4 ETICHETTE

I simboli riportati in etichetta sono quelli conformi alle norme UNI EN ISO 15223-1 / UNI CEI EN 1041

SIMBOLI	SIGNIFICATO
	Numero di catalogo
	Fabbricante
	Data di Fabbricazione
	Consultare le informazioni per l'uso Manuale per l'uso
SN	Numero di serie
CE	Conformità alle norme comunitarie europee
	Portata nominale
	Attenzione
MD	MDR 2017/745 (UE)

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Visita il sito ariawheels.com per aver accesso alle dichiarazioni di conformità

AVVISO PER L'UTENTE:

**SEGNALARE QUALSIASI INCIDENTE GRAVE VERIFICATOSI IN
RELAZIONE AL DISPOSITIVO AL FABBRICANTE E ALL'AUTORITÀ
COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO DI RESIDENZA**

ANNOTARE IN QUESTA PAGINA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI



FABBRICANTE

Aria Wheels Srl

Registered Office | Sede Legale Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy
Production Department | Sede Produttiva Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy
Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com

USER MANUAL

ARIA **1.0**

ARIA **2.0 AI**

ARIA **ULTRA**

ARIA **KID**

ARIA **Speciale**



www.ariawheels.com

INDEX

1. INTRODUCTION	pg. 4
1.1 Information related to this user's manual	
1.2 Explanation of symbols	
1.3 After Sale warranty	
1.4 Use in compliance with the expected purposes	
1.5 Limitation of liability	
1.6 Duration of the wheelchair	
2. SAFETY	pg.6
2.1 Safety information	
2.2 Contraindications	
2.3 Safety equipment	
3. STRUCTURE AND OPERATION	pg.7
3.1 Components of the wheelchair and materials	
3.2 Parking brakes	
3.3 Backrests	
3.4 Push handles	
3.5 Mudguard	
3.6 Footrest	
3.7 Anti-tip devices	
3.8 Centre of gravity	
3.9 Padded seat cushion	
3.10 Camber	
3.11 Sitting balance	
4. ACCESSORIES	pg.15
5. PUT INTO SERVICE	pg.16
5.1 Safety indications	
6 MOVING WITH THE WHEELCHAIR	pg.16
6.1 Safety indications	
6.2 Braking during movement	
6.3 Sitting down and getting up from the wheelchair	
6.4 Forward movement and changing direction with the wheelchair	
6.5 Going up and down steps and drops	
6.6 Going up and down stairs	
6.7 Going up ramps and sloping surfaces	
6.8 Stability and balance	
7. TRANSPORTATION	pg.24
7.1 Safety indications	
7.2 Closing and opening the wheelchair	
7.3 Assembling and dismantling of wheels	
7.4 Transportation of the occupied wheelchair in a vehicle	
8. MAINTENANCE	pg.30
8.1 Safety indications	
8.2 Maintenance plan	
8.3 Care	
8.4 Disinfection	
9. BREAKDOWN SOLUTIONS	pg.34
9.1 Safety indications	
9.2 Identifying and solving breakdowns	
10. AFTER USE	pg.36
10.1 Reuse	
10.2 Disposal	
11. TECHNICAL DATA	pg.36
11.1 Weight and dimensions	
11.2 Environmental conditions	
11.3 Tyres. The optimal pressure depends on the type of tyre	
11.4 Labels	
12. DECLARATION OF CONFORMITY	pg.38

1 INTRODUCTION

1.1 INFORMATION RELATED TO THE PRESENT USER'S MANUAL

We thank you for choosing the ARIA wheelchair.

This user's manual contains important indications for the use of the wheelchair. To be able to utilise the wheelchair and move safely, we ask you to read the manual carefully and to observe the safety indications.

In the event of vision problems, it is possible to view this user's manual as a PDF file on the Internet at www.ariawheels.com and zoom in on the screen according to your needs. If you are unable to enlarge the texts and graphics enough, please contact an ARIA official distributor in your national territory; the addresses are listed on the website. If necessary, we will provide a high resolution PDF file of the manual. Additionally, it is possible to obtain the reading of the PDF file using appropriate software that use special linguistic functions installed on your computer.

1.2 EXPLANATION OF SYMBOLS

Symbols in this manual

All the instructions in this manual are labelled with symbols. In front of the individual messages are symbols and words that indicate the gravity of the danger.

WARNING !

Indicates a potential danger that could cause severe injuries or death, if not avoided.



WARNING !

CAUTION !

Indicates a potential danger that could cause small to medium injuries, if not avoided.



CAUTION !

IMPORTANT !

Indicates a potential danger that could cause material damages, if not avoided. Indicates tips and useful recommendations for an efficient and inconvenience-free use of the wheelchair.



IMPORTANT !

This product is in compliance with the directive (UE) 2017/745 regarding medical products. The launch date of this product is indicated in the declaration of compliance CE.

Symbols on the product

An identification label is applied on the product.

The symbols on the label are defined in detail in section 11.4 of this user's manual.

1.3 AFTER SALE WARRANTY

Aria Wheels Srl guarantees the absence of defects and the functionality of its wheelchairs. The warranty covers defects that arise from manufacturing, the use of bad quality materials or the inappropriate working of these. The warranty rights towards Aria Wheels Srl can only be executed by the seller, and not the user of the wheelchair.

The commercial warranty does not cover the normal wear, damages or faults that come directly or indirectly from accidents, falls, collisions, improper use, insufficient maintenance and alterations made by non authorised personnel.

The parts subject to wear and particular consumption (tyres, seat canvases and backrest...) are not covered by warranty. The warranty falls if any unexpected alterations are made to the wheelchair, or if alterations are made with inadequate or unoriginal parts. In case of not authorized alterations, the warranty does not cover the costs arising from the elimination of the defect such as shipping costs, labour costs, expenses etc.

The warranty has a duration of 24 (twenty-four) months starting from the date of invoice.

All the components not manufactured by Aria Wheels Srl have a warranty from their own manufacturer.

Moreover, the terms and conditions are an integral part of the general and specific conditions for the individual countries in which the product is commercialised.

1.4 USE IN COMPLIANCE WITH THE EXPECTED PURPOSES

The ARIA wheelchair is to be pushed manually and serves the sole purpose of movement of a person affected by motor disabilities, either autonomously or with a helper. Without a helper it should only be utilised by people who are physically and mentally capable to control and drive the wheelchair safely (for example moving forwards, changing direction and braking). The wheelchair should be used exclusively on flat surfaces, accessible turf and indoors. This active wheelchair has to be approved and appropriate for the specific physical conditions of the user.



WARNING!

Every use not compliant to the expected purposes or of any other kind can lead to dangerous situations.

1.5 LIMITATION OF LIABILITY

Aria Wheels Srl accepts no liability for damage arising from:

Non-compliance with the User Manual; Incorrect use; Natural wear and tear; Incorrect assembly or set-up by the purchaser or a third party; Technical modifications; Unauthorised modifications and/or use of unsuitable spare parts.

A written authorisation of Aria Wheels Srl must be obtained before installing additional adaptations on a ARIA wheelchair. Otherwise no liability claims can be made.

1.6 DURATION OF THE WHEELCHAIR

The expected duration of the product is four years, assuming a daily use at the condition that is used in compliance with the safety, maintenance and expected use instructions indicated in this manual.

2. SAFETY

2.1 SAFETY INFORMATION

This chapter contains important safety aspects, aimed at protecting the user of the wheelchair and his helper (when present), as well as guaranteeing a safe and inconvenience-free use of the wheelchair.



WARNING!

*Danger of accidents and severe injuries to the patient
If the wheelchair is not well adjusted it can lead to accidents with severe injuries.
The adjustments to the wheelchair should always be made by a specialised dealer.*



WARNING!

*Danger arising from inadequate driving behaviour
Moving on wet surfaces, gravel and uneven ground can lead to slipping.
Always adapt the speed and driving behaviour to the different situations (atmospheric conditions, surface, individual abilities, etc.).*



WARNING!

*Danger of injuries to patient. In the event of a collision, it is possible to be wounded in areas that stick out of the wheelchair (such as feet or hands).
Avoid all collisions without having tried to use the brakes.
Never drive the wheelchair into an object.
Drive through narrow passages with caution.*



WARNING!

*Danger due to profligate driving.
Moving at high speeds you can lose control of your wheelchair and fall.
Never exceed the speed of 5km/h.
Avoid all types of collision.*



CAUTION!

*Danger of burning.
The components of the wheelchair can heat up if exposed to strong solar radiations.*

2.2 CONTRAINDICATIONS

No contraindications were found except in cases of proven sensitivity to the component materials.



CAUTION!

Risk of squashing your fingers!

There is always the risk of squashing your fingers or arms in moving parts of the wheelchair. Activating the folding mechanisms or inserting moving parts, such as the extractable shaft of the rear wheel, or the anti-tip device, make sure that nothing can get stuck.

2.3 SAFETY EQUIPMENT



WARNING!


Danger of accident!

Safety equipment (brakes, anti-tip device), if wrongly adjusted or not working, can cause accidents. Before each use of the wheelchair check the functioning of the safety equipment and have them regularly checked by a specialised dealer.

The operation of safety equipment is described on chapter 3 Structure and operations.

3 STRUCTURE AND OPERATIONS

3.1 Components of the wheelchair and materials



- 1) Backrest
- 2) Mudguard or armrest
- 3) Seat
- 4) Parking brake
- 5) Framework
- 6) Footrest
- 7) Push handle (behind the back)
- 8) Main wheels
- 9) Anti-tip device
- 10) Adjustable left and right wheel



ITEM	MATERIAL
Postural backrest and cover	Backrest body: Carbon Fiber or Aluminum Cover: breathable fabric and polyurethane foam Strap supports: Polyurethane and Fabric Band: Fabric and Velcro
Mudguard	Carbon Fiber or ABS
Armrest	Armrest structure: Aluminum Integrated mudguard: Carbon Fiber Padding: Polyurethane (PU)
Frame	Aria 2.0AI: Aluminium alloy Aria 1.0: Aluminium alloy KID: Aluminium alloy ULTRA: Magnesium alloy SPECIALE: Magnesium alloy
Footrest	Aluminium alloy or Carbon Fiber
Seat	Structure: Carbon Fiber or Upholstery Cushion: not supplied

Brief description

The Aria Wheels Srl wheelchair models are of the superlight kind with a rigid frame.

"The effective equipment of the wheelchair can vary from the pictures in the manual, as each wheelchair is built according to the indications given in the order."

3.2 PARKING BRAKES

The parking brakes are made to stop the wheelchair and impede any involuntary movements.

Push to Lock and Scissor Lock types are available.



WARNING!

Risk of falling following a sudden stop!

If during movement you use the parking brakes, it is no longer possible to control the direction and the wheelchair could become blocked and cause collisions or a fall from the wheelchair. Never pull the parking brakes whilst moving.



WARNING!

Danger of falling!

The functioning of the parking brakes is only guaranteed if the tyres have sufficient pressure.

Check the correct pressure of the tyres, 11.3 Tyres.

PUSH TO LOCK BRAKE

Figure 1
Installing the Push to Lock Wheel Lock





Figure 2
Optional Mounting of the Push to Lock Wheel Lock



SCISSOR LOCK BRAKE

Figure 1
Installing the Scissor Lock Wheel Lock





Figure 2
Optional Mounting of the Scissor Lock Wheel Lock



3.3 BACKREST

Backrest cover



Aria wheelchairs are supplied with a padded backrest cover as standard. The breathable fabric cover is removable and washable.

Height of the postural backrest

It is possible to adjust the height of the backrest. Remove the upholstery, unscrew the 4 screws and screw them back in at the desired height. The adjustment has to be made by the specialised dealer.


Tensionable backrest

The tension of the backrest straps can be adjusted. Remove the upholstery, tension the bands according to the desired posture. The adjustment has to be made by the specialised dealer.





Inclination of the postural backrest

It is possible to adjust the inclination of the backrest unscrewing the two screws on the clamp, adjusting the inclination and screwing them back in. The adjustment should be done by the specialised dealer.




3.4 PUSH HANDLES

ARIA wheelchairs can be equipped with a push bar or push handles (which also function as a backpack carrier). The height of the bar and push handles can be adjusted. Unscrew the screws, set them at the desired height and screw them back in. The adjustment must be carried out by your specialist dealer.




3.5 MUDGUARD

Depending on the request, the mudguard can be straight or with the tire cover curve. The straight model is also mounted in combination with the armrests. Both models are exchangeable with the exception that the curve model cannot be mounted in combination with the armrests.




3.6 FOOTREST

It is possible to adjust the height of the footrest by unscrewing the two screws on the frame, adjust the desired height and retighten them. It is also possible, in some cases, to adjust the angle of the footrest by loosening the screws underneath the aluminium or carbon fibre top. Once the angle has been adjusted as desired, retighten the screws. Adjustments must be performed by the specialist dealer.



3.7 ANTI-TIP DEVICE

An anti-tip device prevents the wheelchair from tipping backwards. The device is adjustable to different needs. It is attached to the rear wheel axle with a special clamp. It can be positioned on the right or left side. Different types of anti-tippers are available. See the spare parts manual on the Aria website.





WARNING!

Danger of fall!

*A wrongly adjusted or non-working anti-tip device can cause falls.
Before every use of the wheelchair control it is functioning and, if necessary, have the anti-tip device fitted or adjusted by a specialised dealer.*



WARNING!


Danger of tipping

On uneven or soft ground, the anti-tip device can sink in holes or in the ground, thus limiting or compromising its correct safety function.

Only use the anti-tip device when you are on a flat and compact surface.

3.8 CENTER OF GRAVITY

On some products it is possible to adjust the centre of gravity by unscrewing the four special screws on the frame (two on each side), adjust the desired centre of gravity and retighten them. The adjustment must be carried out by your specialist dealer.



3.9 SEAT CUSHION

An appropriately padded seat cushion is necessary to ensure optimal pressure distribution on the seat surface, whether it is made of fabric or solid carbon fibre.

The cushion is attached to the seat and prevented from sliding around by Velcro strips on the seat.

3.10 CAMBER

The wheels camber is selected when ordering the ARIA wheelchair. Subsequently it can be modified by replacing the wheels axle. The replacing should be made by the specialised dealer.

3.11 SITTING BALANCE

Anti-tip stability



The seating position, therefore the anti-tip stability, can be adjusted. The adjustment should be made by the specialised dealer.

Front height of seat

The front height of the seat can be adjusted in some cases. The adjustment should be made by the specialised dealer.

Back height of seating

The back height of the seat can be adjusted in some cases The adjustment should be made by the specialised dealer.




4. ACCESSORIES

ANTI-TIP AND TIPPING LEVER

The tipping lever makes it easy for an assistant to tilt the wheelchair backwards in order to go over a step. To do this turn the anti tipper down using your foot (as in the picture on the right).



PUSH HANDLE (AND BAG HOLDER)



5. PUT INTO SERVICE

5.1 SAFETY INDICATIONS



CAUTION!

*Danger of injuries to patient.
Before putting the wheelchair into service check it is in a good state and the functioning of the most important functions, See the maintenance plan, sec. 8.*

Your trusted dealer will prepare the wheelchair for use. The dealer will explain the main functions and will make sure that the wheelchair matches your requests and needs.

6. MOVING WITH THE WHEELCHAIR

6.1 SAFETY INDICATIONS



WARNING!

*Danger of accident!
The movement behaviour of the wheelchair could be considerably compromised if the pressure of the tyres is not the same.
Check the pressure of the tyres before any movement.*



CAUTION!

*Danger of crushing!
The distance between the rear wheel and the wheel's mudguard could be so small to cause the crushing of fingers.
Always make sure to move the wheelchair using solely the handrims.*



CAUTION!

*Danger of crushing!
The distance between the rear wheel and the parking brake could be so small to cause the crushing of fingers.
Always make sure to move the wheelchair using solely the handrims.*

6.2 BRAKING DURING MOVEMENT

During movement it is possible to brake the wheelchair putting pressure with your hands on the handrims.



WARNING!

Risk of falling after sudden braking!

If you use the parking brakes during movement, it is no longer possible to control the direction of the movement and the wheelchair could become suddenly blocked, which could lead to a collision or fall from the wheelchair.

Never pull the parking brakes during movement.



WARNING!

Risk of falling off the wheelchair If the wheelchair is quickly decelerated by a helper who pulls the push handles, the user could fall from the wheelchair.

Always fasten the seatbelt if present.

Make sure that the helper received individual training on how to push occupied wheelchairs.



CAUTION!

Risk of burns on the skin

The handrims could warm up, if you brake the wheelchair for a long period of time.

You could burn the palm of your hands.

Wear an appropriate pair of gloves.

Grab the handrims and exercise a homogenous pressure with both hands, until the wheelchair stops completely.

6.3 TRANSFERS FROM THE WHEELCHAIR



WARNING!

Risk of falling!

During transfers the risk of falling is very high.

Only sit down and get up from the wheelchair with no help if you are physically able to do so.



WARNING!

Risk of falling!

*The wheelchair could tip forwards if you are standing on the footrest.
Never step on the footrest whilst sitting down or getting up from the wheelchair.*



CAUTION!

If the brakes are disarmed or broken, the wheelchair could move in an uncontrolled manner.

Do not lean on the brakes whilst sitting down or standing up from the wheelchair.

1. Pull the parking brakes.
2. Place your feet on the ground.
3. Hold on tightly to the wheelchair and, if necessary, to a fixed object nearby.
4. Slowly move onto the chair.

6.4 FORWARD MOVEMENT AND CHANGING DIRECTION WITH THE WHEELCHAIR

Using the handrims it is possible to move the wheelchair forwards and change direction.
Before moving without a helper, it is necessary to identify the tipping point of the wheelchair.



WARNING!

Danger of tipping

*The wheelchair could tip backwards, if an anti-tip device is not installed.
When determining the tipping point of the wheelchair, a helper should be placed directly behind the wheelchair to catch the wheelchair before it tips.
To stop the wheelchair from tipping, install an anti-tip device.*



WARNING!

Danger of tipping

*The wheelchair could tip forwards.
When adjusting the wheelchair, check its behaviour in the event of forward tipping and adjust your driving style accordingly.*



CAUTION!

Danger of tipping

A heavy load attached to the backrest could alter the centre of gravity of the wheelchair.

In this event, adjust your driving behaviour to account for the load.

Determining the tipping point

1. Release the brake.
2. Briefly move forwards, hold onto both handrims and move backwards giving a slight push.
3. Determine the tipping point by shifting your weight and contrasting the movement of the handrims. 2



6.5 GOING UP AND DOWN STEPS AND DROPS



WARNING!

Danger of falling!

Going up and down steps you could lose balance and tip the wheelchair.

Always move slowly and carefully when going over steps, such as pavements, and drops. Do not go over steps taller than 25cm.



CAUTION!

An anti-tip device prevents the wheelchair from tipping backwards.

Take off the anti-tip device before going over steps or drops.

Going down a step with a helper

1. Bring the wheelchair to the edge of the step and grab the push handle
2. The helper firmly grabs the push handles, places a foot on the anti-tip device (if installed) and inclines the wheelchair backwards, so that the front wheels lift from the ground.
3. The helper keeps the wheelchair in this position, pushes it carefully over the step and inclines the wheelchair forwards so that the front wheels are touch the ground again.



Going down a step without a helper



WARNING!

Danger of tipping

If you go down a step without a helper, there is a risk a backward tipping, if you do not have control of the wheelchair.

***Initially learn how to go down a step with the aid of a helper.
Learn how to balance on the back wheels.***

1. Bring the wheelchair to the edge of the step, lift the front wheels and balance.
2. Let the back wheels slowly slide along the edge. Firmly grasp with both hands the handrims and hold on until the front wheels are touching the ground again.






WARNING!

Risk of injuries to the user.

The backrest of the wheelchair can break earlier than expected if you frequently go up steps and pavements, it is suggested take the wheelchair from the frame or from the push handle if installed. The user could fall from the wheelchair. Take off the anti-tip device when going up steps and pavements.

1. Push the wheelchair backwards with the back wheels until the edge of the step.
2. The helper grabs the push handles and inclines the wheelchair so that the front wheels are off the ground; he then pulls the back wheels over the edge of the step until it is possible to put the front wheels back on the ground.



6.6 GOING UP AND DOWN STAIRS



WARNING!

Danger of falling.

Going up and down stairs you could lose balance and fall off the wheelchair. Always go up and down stairs with more than one step only with 2 helpers.

1. It is possible to go down flights of stairs one step at a time, as described in the picture. The first helper will be behind the wheelchair and will hold onto the push handles. The second helper will hold onto a fixed part of the front framework, ensuring the position of the wheelchair is correct from the front.



6.7 GOING UP RAMPS AND SLOPING SURFACES



WARNING!

Danger due to an uncontrolled movement! Going through sloping surfaces, the wheelchair could tip backwards, sideways or forwards. Go through long sloping surfaces essentially with a helper behind the wheelchair. Avoid leaning sideways. Avoid surfaces with a gradient bigger than 7°. Avoid abruptly changing direction on a sloping surface.




CAUTION!

The wheelchair could involuntarily move even on slightly sloping surfaces, if not controlled using the handrims. Apply the parking brakes if on a sloping surface with the wheelchair.

Uphill

To move uphill you need to give a slight push, keep up the momentum and at the same time control the direction.


- 1. Bend forwards and move the wheelchair forwards giving quick and energetic pushes to both handrims.*



Downhill

Moving downhill, it is important to control the direction of movement and, above all, the speed.

1. Lean against the backrest and carefully let the handrims slide through your hands. You must always be able to stop the wheelchair using the handrims.



WARNING!

Danger of burns

The handrims can warm up, if you brake the wheelchair for a long period of time. You could burn the palm of your hands.

Wear an appropriate pair of gloves.

6.8 STABILITY AND BALANCE

Some activities and movements during daily use can require you to stick out of the wheelchair, leaning forwards, sideways or backwards. This considerably affects the stability of the wheelchair. To be sure to always maintain balance, bear in mind the following:

Leaning forwards



WARNING!

Danger of falling off the wheelchair!

If you lean forwards you could fall off the wheelchair.

Do not bend forwards too much and do not move your body beyond the seat to reach for an object.

Do not bend forwards widening your knees to reach for an object on the ground.

1. Align the front wheels (to do so move the wheelchair slightly forwards and then backwards).
2. Apply the two parking brakes.
3. Lean forwards only up to the point where the upper body is still above the front wheels.

Leaning backwards



WARNING!

Danger of falling from the wheelchair!

If you lean backwards too far, you could tip the wheelchair.

Don't lean backwards beyond the wheelchair.

Use an anti-tip device.

1. Align the front wheels (to do so move the wheelchair slightly forwards and then backwards)
2. Do not apply the parking brakes.
3. Only grab the reachable objects without having to modify your sitting position.

7. TRANSPORTATION

7.1 SAFETY INDICATIONS



WARNING!

Risk of injuries if the wheelchair is not correctly and securely fixed

In the event of an accident, brake, etc. there can be severe injuries due to parts of the wheelchair not fixed. Always extract the wheels when transporting the wheelchair.

Firmly secure all the components of the wheelchair in the vehicle in order to stop them from loosening during transportation.





CAUTION!

Excessive abrasion of the material could compromise the resistance of the supporting parts. Don't move the wheelchair with the wheels dismantled on an abrasive surface (e.g. pulling the framework on tarmac).

7.2 CLOSING AND OPENING THE WHEELCHAIR

The backrest is reclined by pulling the cord at the back, then pulling the backrest forward and lowering it onto the seat. Regardless of the geometry of the backrest, the operating concept is the same on all products.



7.3 ASSEMBLING AND DISMANTLING OF WHEELS




WARNING!

Danger of tipping!

If the quick-release axle of the rear wheel is not completely blocked, the wheel can fall off during use. This can cause tipping. Always verify that the quick-release axles are completely blocked every time you assemble a wheel.


Dismantling of rear wheels

Press on the quick-release pin and extract the wheel at the same time.




Removing the casters

Unscrew the axle shaft with a special Allen key and remove the wheel.




Assembling of rear wheels

Press on the quick-release pin and position the wheel at the same time until the pin blocks it.



Assembly the casters

Follow the disassembly process on the contrary, taking care to tighten the axle pin securely.



7.4 TRANSPORTATION OF THE OCCUPIED WHEELCHAIR IN A VEHICLE

Even when the ARIA wheelchair is correctly fixed and the following rules are followed, there could be injuries to the passengers in the event of an impact or an abrupt stop. Therefore, Aria Wheels Srl strongly recommends to transfer the user of the wheelchair onto a seat of the vehicle and to fasten his seatbelt. Do not make any modifications or substitutions to the wheelchair (structure, framework or parts) without a written consent by Aria Wheels Srl



WARNING!

Risk of sever injuries or death

To use the wheelchair as a seat in the vehicle the height of the backrest must be of at least 400mm.

For the transportation of the occupied wheelchair inside a vehicle, this must have a securement system installed



WARNING!

If, for any reason, it is not possible to transfer the user of the wheelchair onto a seat of the vehicle, the wheelchair can be used as a seat in a vehicle as long as the following rules and procedures are followed:

- The wheelchair must be fixed in the vehicle using a four-point securement system for wheelchairs.***
- The user must wear a three-point securement system for passengers fixed to the vehicle.***
- In the wheelchair the user must have the posture support belt fastened.***

Both the four-point securement system for wheelchairs and the three-point securement system for passengers have to be approved in compliance to the ISO-10542-2 regulation



WARNING!

Before setting off, contact the person responsible for transportation and request information on the availability of the equipment here listed.

Ensure there is enough free space around the wheelchair and the user to avoid the latter touching other passengers of the vehicle, non-padded parts of the vehicle, the accessories of the wheelchair and the anchoring points of the securement system.



WARNING!

Verify that the lifting points of the wheelchair are not damaged and that the parking brakes work perfectly.

The use of anti puncture tyres is recommended for transportation to avoid problems with the brakes due to the reduction in pressure of the tyres.



WARNING!

Injuries or damages could verify themselves due to components or accessories of the wheelchair loosening after an impact or an abrupt stop. Ensure that all removable or extractable components and accessories are removed from the wheelchair and stored safely in the vehicle. It is fundamental that the wheelchair is checked by a specialist after an accident, collision etc.



IMPORTANT!

It is recommended to provide training on the correct use of a product with a securement system. Refer to the user's manual supplied with the securement system. The following pictures can differ depending on the securement system's supplier.

Wheelchair fixing by means of a 4-point securement system



CAUTION!

Inside the vehicle, place the wheelchair occupied by its user facing towards the direction of travel. Activate the wheelchair parking brakes. Activate the anti-tip system (if installed).

The anchoring positions of the wheelchair, where the securement system belts have to be placed, are tagged with symbols showing snap-hooks.

1. When using both front and rear belts of the 4-point securement system, fix the wheelchair to the snap-hooks assembled in the vehicle. Refer to the User Manual provided with the 4-point securement system.

Anchoring positions for the front belts

1. Fix the front belts onto the wheel stands.
2. Fasten the front belts to the snap-hooks system according to the instructions suggested by the safety belt supplier.
3. Release the parking brakes and fix the front tensioning belts pulling the wheelchair backwards.
4. Reactivate the parking brakes.

Anchoring positions for the snap-hooks at the rear

1. Fix the snap-hooks to the carbon fibre axle.
2. Fix the rear belts to the sideboard system according to the instructions suggested by the securement belt supplier.
3. Tighten the belts.



IMPORTANT!

Make sure the snap-hooks are covered by non-slip material in order to avoid side sliding of the axle.



IMPORTANT!

Check that the pivots are completely inserted on both sides and placed in the same position as the sideboard section. Make sure that inclination between the snap-hooks and the belts is between 40° and 45°.

Adjustment of the posture support belt



CAUTION!

The posture support belt must be used in addition, but it can never replace a homologated safety system for passengers (3-point belt).

1. Adjust the posture maintenance belt so that it adapts to the wheelchair user.



CAUTION!

Make sure the 3-point securement system for passengers is fixed to the user's body as tight as possible, without causing constraint to the user nor twisting of the belt. Make sure the 3-point securement system is not kept away from the user's body by any part of the wheelchair such as armrests or wheels, etc. Make sure the user's safety system goes from the user to the anchoring point without any interference by any other part of the vehicle, wheelchair, seats or accessories. Make sure the sub-abdominal belt passes exactly on top of the user's pelvis and that it does not slide up towards the abdominal zone. Make sure the user is able to reach the release mechanism without any need for help.



IMPORTANT!

Apply the pelvic part of the 3-point securement system well along the pelvis so that the inclination of the pelvic belt curves into the preferred zone (A) between 30° and 75° respect to the horizontal zone. A higher inclination is preferred, but never above 75°.

8. MAINTENANCE

8.1 SAFETY INDICATIONS



CAUTION!

Some materials are subject to natural ageing. That could cause some parts of the wheelchair to be damaged. Get your wheelchair checked by a specialised dealer after a prolonged period or at least once a year.

Your Aria Wheels Srl dealer will be glad to assist you in carrying out regular maintenance interventions. In order to find an authorized dealer in the proximity, please get in touch with the Aria Wheels Srl contact at the end of the Manual.

8.2 MAINTENANCE PLAN

To ensure the necessary safety and reliability, carry out the following maintenance work regularly or have it carried out by your dealer.

	<i>Weekly</i>	<i>Monthly</i>	<i>Yearly</i>
<i>Check tyre pressure</i>	X		
<i>Check correct position of rear wheels</i>	X		
<i>Check adjustment of the backrest joint</i>	X		
<i>Check the posture maintenance belt</i>	X		
<i>Visual check</i>		X	
<i>Cleaning of front wheels</i>		X	
<i>Check bolt connections</i>		X	
<i>Check wheel spokes</i>		X	
<i>Check parking brakes</i>		X	
<i>Get wheelchair checked by a specialized dealer</i>			X

Check tyre pressure

Measure the tyre pressure checking with the relative pressures, (see the chapter 11.3 Tyres).

1. Inflate the tyre to the required pressure.

2. Check the tyre profile as well.

3. If necessary, replace the tyres.

Check the correct position of the rear wheels

1. Pull the rear wheel to check that the axle is correctly positioned in its location. It should not be possible to extract the wheel.

2. In case the rear wheels do not block into their location correctly, remove any deposit of dirt and scale. If the problem persists, get a specialized dealer to re-adjust the axle.

Check the adjustment of the backrest joint

1. Sit in the wheelchair and lean back onto the backrest. The backrest must be correctly blocked.

2. Pull the release cord. The pivots must be able to move freely on both sides. Otherwise, the backrest joint will have to be re-assembled by a specialized dealer.

Check the posture maintenance belt

1. Check that the posture maintenance belt is adjusted correctly.



IMPORTANT!

***Loose posture maintenance belts must be adjusted by a specialized dealer.
Damaged posture maintenance belts must be replaced by a specialized dealer.***

Visual check

1. Check if the wheelchair presents any loose parts, cracks or other defects.
2. In case any defects are identified, get a specialized dealer to immediately check the wheelchair.

Cleaning the front wheels

1. Check if the front wheels can be rotated freely.
2. Remove any dirt and hair from the front wheel bearings.

Check on bolt tightening

Bolts can loosen due to a constant use of the wheelchair.

1. Check that bolts are correctly tightened (footrest, seat cover, sides, backrest, frame, seat module).
2. Tighten any loose nuts with an adequate torque.



IMPORTANT!

***Safety nuts and bolts lose their efficiency after they have been loosened and tightened several times.
Get a specialized dealer to replace the safety nuts and bolts.***

Check spoke tension

Spokes must not be loose nor deformed.

1. Get a specialized dealer to adjust the tension of loose spokes.
2. Get a specialized dealer to replace any broken spokes.

Check parking brakes

1. Check the correct position of the parking brakes in their location.
The brake is adjusted correctly if, when the brake is in use, the brake shoe penetrates into the tyre for a few millimetres.
2. In case you realise the adjustment is incorrect, get a specialized dealer to adjust the brake correctly.



IMPORTANT!

After replacing or changing the position of the rear wheels, it's necessary to re-adjust the parking brakes.



IMPORTANT!

*The wheelchair can suffer damage caused by a strong collision or impact and not visible to the naked eye.
It is therefore fundamental to get a specialist to check the wheelchair after a strong collision or impact.*

Repairing or replacement of the inner tube

1. Disassemble the rear wheel and empty the inner tube from any remaining air.
2. Lift a heel of the tyre from the edge of the wheel rim. Use a device to remove tyres from bicycles; don't use a sharpened object, for example a screwdriver, as to avoid damaging the inner tube.
3. Extract the inner tube from the tyre.
4. Repair the inner tube by using a repairing kit for bicycles or, if necessary, replace the inner tube.
5. Slightly inflate the inner tube until it achieves a rounded shape.
6. Introduce the valve into the valve hole in the wheel rim and insert the inner tube into the tyre (the inner tube should adapt to the circumference of the tyre without forming any creases).
7. Lift the heels of the tyre on the edge of the wheel rim. Start from the area around the valve and use a device to remove tyres from bicycles. Check all along the circumference that the inner tube is not stuck anywhere between the tyre and the wheel rim.
8. Inflate the tyre to its maximum pressure. Make sure there is no air leaking from the tyre.

8.3 CARE

Your wheelchair will accompany you for many years if you take care of it regularly.



IMPORTANT!

*Sand and sea water may damage the ball bearings and the steel parts may rust if the surface is damaged.
Expose the wheelchair to sand and sea water only for a short time and clean it after having been on the beach.*



IMPORTANT!

Don't use abrasive substances, aggressive cleansers and high pressure cleaning devices.

1. Clean the lining and the metal parts with a damp soft cloth.
2. Dry the wheelchair accurately after using it in the rain or in the shower.
3. If the wheelchair is dirty, soften the dirt and remove it; then dry the wheelchair with care.

8.4 DISINFECTION

Note the concentration and exposure times of the disinfectant manufacturer. The product is suitable for spray and wipe disinfection with ordinary household disinfectants. All surfaces should be wiped with a clean cloth moistened with disinfectant. Apply the disinfectant evenly. Do not rinse and allow the product to air dry. Subsequently, the product must be checked for cleanliness and damages.



IMPORTANT !

To receive a list of all homologated disinfecting products, please ask your trusted dealer.

9. BREAKDOWN SOLUTIONS

9.1 SAFETY INDICATIONS

Daily use, new regulations or variation of the forces the wheelchair is subjected to may cause breakdown. The table below provides indications on how to recognise and eliminate breakdowns.



CAUTION!

In case anomalies of the wheelchair are noticed, e.g. a change in speed behaviour, contact your specialized dealer immediately.



IMPORTANT!

Some of the reported interventions must be carried out by an authorized specialized dealer. Those have been duly marked. We suggest all adjustments are carried out by a specialized dealer.

9.2 IDENTIFYING AND SOLVING BREAKDOWNS

BREAKDOWN	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
<i>The wheelchair does not move forward in a straight line</i>	<i>The pressure of one of the rear wheels is incorrect</i>	<i>Adjust the tyre pressure >11.3 Tyres</i>
	<i>One or more spokes are broken</i>	<i>Replace the broken spoke(s) > Specialized dealer</i>
	<i>Spoke tensions are different</i>	<i>Get the tension of the loose spokes adjusted > Specialized dealer</i>
	<i>The front wheel bearing is dirty or damaged</i>	<i>Clean or replace the bearing > Specialized dealer</i>
<i>The wheelchair tips backwards easily</i>	<i>Rear wheels have been assembled too forward</i>	<i>Adjust barycentre > Specialized dealer</i>
	<i>Excessive inclination of the backrest</i>	<i>Reduce inclination of the backrest > Specialized dealer</i>
<i>Brakes intervene incorrectly or asymmetrically</i>	<i>Tyre pressure of one or both rear wheels is incorrect</i>	<i>Adjust tyre pressure > 11.3 Tyres</i>
	<i>Brake adjustment is incorrect</i>	<i>Correct brake adjustment > Specialized dealer</i>
<i>Resistance to movement is very high</i>	<i>Tyre pressure of the rear wheels is insufficient</i>	<i>Adjust tyre pressure > 11.3 Tyres</i>
	<i>Rear wheels aren't parallel</i>	<i>Check that rear wheels are parallel > Specialized dealer</i>
<i>Front wheels swerve when movement speed is high</i>	<i>Traction of the front wheel bearing block is insufficient</i>	<i>Slightly block the bolt on the bearing block axle > Specialized dealer</i>
	<i>The front wheel is smooth</i>	<i>Replace the front wheel > Specialized dealer</i>
<i>Front wheel steers with difficulty or is blocked</i>	<i>The ball bearing is dirty or defected</i>	<i>Clean or replace the ball bearing > Specialized dealer</i>

10. AFTER USE

10.1 REUSE

The wheelchair can be reused. It is necessary to carry out the following operations:

- Cleaning and disinfection according to descriptions in chapter 8.3 Care and chapter 8.4 Disinfection of this User Manual.
- Inspection according to description in chapter 8.2 Maintenance plan of this User Manual.
- Adjustment to the user, based on the Technical Assistance documentation available at Aria Wheels Srl main office.

10.2 DISPOSAL

Defend the environment providing an adequate disposal of your wheelchair. Observe the national law and local regulations for the disposal.

For a correct disposal, contact your specialized dealer or your council's public administration as to get the address of a local disposal centre.

11. TECHNICAL DATA

11.1 WEIGHT AND DIMENSIONS

All weight and dimension specifications refer to a width of the seat and to its depth in all the possible configurations of the wheelchair. Dimensions and weight may change according to the different configurations.

Seat width:	240 - 460 mm (in increment of 20 mm)
Seat depth:	280 - 460 mm (in increment of 20 mm)
Seat to footrest:	120 - 180 mm (in increment of 20 mm)
Backrest height:	240 - 420 mm (in increment of 15 mm)
Knee-to-heel length:	300 - 440 mm (in increment of 10 mm)
Front seat height:	450 - 520 mm (in increment of 10 mm)
Rear seat height:	360 - 430 mm (in increment of 10 mm)
Centre of gravity	100 - 150 mm (in increment of 10 mm)
Backrest angle:	85° - 95° to floor
Rear wheel axle:	0° or 3°
Frame angle	83° or 93° only available for certain models
Wheelchair weight SW440 with standard rear wheels: (postural backrest included)	approximately 9.5 kg* for Aria 1.0 approximately 10.7 kg* for Aria 2.0 approximately 8.1 kg* for Aria ULTRA approximately 7.1 kg* for Aria SPECIALE approximately 7.5 kg* for Aria KID
Wheelchair weight SW440 without rear wheels: (postural backrest included)	approximately 5.5 kg* for Aria 1.0 approximately 7.5 kg* for Aria 2.0 approximately 4.9 kg* for Aria ULTRA approximately 3.9 kg* for Aria SPECIALE approximately 4.5 kg* for Aria KID
Nominal load:	120 kg Aria 1.0 and Aria 2.0 100 Kg ULTRA and SPECIALE 75 Kg for KID

The weight depends on the possible configurations. Some dimensions may not be available for some wheelchair models. See the product order forms for the specs.

11.2 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Do not expose the wheelchair to temperatures below -20 °C and above 40 °C.

11.3 TYRES

The optimal pressure depends on the kind of tyre:

Max Tyre Pressure

High ease of movement tyres 7 bar 700 kPa 101 psi

Profiled tyres (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi

Slick tyres (speed run) 10 bar 1000 kPa 145 psi

Mountain bike tyres 4 bar 400 kPa 58 psi

Solid rubber tyres - -



TOTAL WIDTH (TW)
(camber 0°) SW + 180 mm
(camber 3°) SW + 225 mm



TOTAL DEPTH (TD)
 $83^\circ = SD + 120\text{mm} + 130\text{mm} + 100\text{mm} + (100\text{mm} - CG)$
 $93^\circ = SD + 120\text{mm} + 130\text{mm} + 100\text{mm} + (100\text{mm} - CG) + 35\text{mm}$

11.4 LABELS

The symbols mentioned on the label are those compliant with regulations UNI EN ISO 15223-1 / UNI CEI EN 1041

SYMBOLS	MEANING
	Catalogue number
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Read User Manual
SN	Serial number
CE	Compliant with CE regulations
	Rated flow
	Warning
MD	MDR 2017/745 (UE)

12. DECLARATION OF CONFORMITY

Visit ariawheels.com to get the declarations of conformity

NOTICE FOR THE USER:

**REPORT ANY SERIOUS INCIDENT THAT OCCURRED IN RELATION
TO THE DEVICE TO THE MANUFACTURER AND THE COMPETENT
AUTHORITY OF THE MEMBER STATE OF RESIDENCE**

NOTE ON THIS PAGE THE MAINTENANCE WORK CARRIED OUT



MANUFACTURER

Aria Wheels Srl

Registered Office | Sede Legale Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy
Production Department | Sede Produttiva Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy
Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com

MANUAL DE USUARIO

ARIA **1.0**

ARIA **2.0 AI**

ARIA **ULTRA**

ARIA **KID**

ARIA **Speciale**



www.ariawheels.com

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	pg.4
1.1 Información sobre este manual de usuario	
1.2 Explicación de los símbolos	
1.3 Garantía después de la compra	
1.4 Uso conforme a las finalidades previstas	
1.5 Límites de responsabilidad	
1.6 Vita útil de la silla de ruedas	
2. SEGURIDAD	pg.6
2.1 Información de seguridad	
2.2 Contraindicaciones	
2.3 Equipo de seguridad	
3. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO	pg.7
3.1 Componentes y materiales de la silla de ruedas	
3.2 Frenos de estacionamiento	
3.3 Respaldos	
3.4 Asas de empuñaduras	
3.5 Fenders	
3.6 Reposapiés	
3.7 Dispositivo antivuelco	
3.8 Centro de gravedad	
3.9 Cojín de asiento acolchado	
3.10 Inclinación de las ruedas	
3.11 Disposición del asiento	
4. ACCESORIOS	pg.15
5. PUESTA EN MARCHA	pg.16
5.1 Instrucciones de seguridad	
6. MARCHA CON SILLA DE RUEDAS	pg.16
6.1 Instrucciones de seguridad	
6.2 Frenando en marcha	
6.3 Sentarse y levantarse de la silla de ruedas	
6.4 Desplazarse hacia delante y cambiar de dirección con la silla de ruedas	
6.5 Subir y bajar escalones y pendientes	
6.6 Subir y bajar escaleras	
6.7 Subir rampas y terrenos pendientes	
6.8 Estabilidad y equilibrio	
7. TRASPORTE	pg.24
7.1 Instrucciones de seguridad	
7.2 Cierre y apertura de la silla de ruedas	
7.3 Desmontaje y montaje de la silla de ruedas	
7.4 Transportar la silla de ruedas ocupada dentro de un vehículo	
8. MANTENIMIENTO	pg.30
8.1 Instrucciones de seguridad	
8.2 Plan de mantenimiento	
8.3 Cuidado	
8.4 Desinfección	
9. RESOLUCIÓN DE FALLOS	pg.34
9.1 Instrucciones de seguridad	
9.2 Detección y resolución de fallos	
10. DESPUÉS DEL USO	pg.36
10.1 Reutilización	
10.2 Eliminación	
11. DATOS TÉCNICOS	pg.36
11.1 Peso y dimensiones	
11.2 Condiciones ambientales	
11.3 Neumáticos	
11.4 Etiquetas	
12. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	pg.38

1 INTRODUCCIÓN

1.1 INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir la silla de ruedas ARIA.

Este manual de usuario contiene información importante sobre el uso de la silla de ruedas. Para utilizar la silla de ruedas y desplazarse con seguridad, lea atentamente el manual de instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.

Si tiene una discapacidad visual, puede ver este manual de usuario en formato PDF en Internet, en la página www.ariawheels.com, y ampliarlo en la pantalla según sea necesario. Si no puede ampliar suficientemente el texto y los gráficos, póngase en contacto con su distribuidor local de ARIA; las direcciones figuran en el sitio web. Si es necesario, le proporcionaremos un archivo PDF de alta resolución de este manual de usuario. Además, es posible hacer leer el archivo PDF con la ayuda de programas adecuados que utilicen funciones lingüísticas especiales instaladas en su ordenador.

1.2 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

Símbolos en este manual.

Todas las advertencias de este manual de instrucciones están señaladas con símbolos. Delante de cada mensaje aparecen símbolos y palabras que indican la gravedad del peligro.

¡ATENCIÓN!

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves o la muerte si no se evita.



¡ATENCIÓN!

¡ADVERTENCIA!

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.



¡ADVERTENCIA!

¡IMPORTANTE!

Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar daños materiales si no se evita.

Proporciona consejos y recomendaciones útiles para un uso eficaz y sin problemas de la silla de ruedas.



¡IMPORTANTE!

Este producto cumple con la Directiva de Productos Médicos 2017/745 (UE). La fecha de lanzamiento de este producto se indica en la declaración de conformidad de la CE.

Símbolos en el producto

El producto lleva una etiqueta de identificación.

Los símbolos de la etiqueta se definen detalladamente en el apartado 11.4 de este manual.

1.3 GARANTÍA DESPUÉS DE LA COMPRA

Aria Wheels GmbH garantiza la impecabilidad y funcionalidad de sus sillas de ruedas. La garantía cubre los defectos de fabricación, el uso de materiales de mala calidad o el procesamiento inadecuado de los mismos. Los derechos de garantía contra Aria Wheels Srl sólo pueden ser ejercidos por el distribuidor y no por el usuario de la silla de ruedas.

La garantía comercial no cubre el desgaste normal, los daños o defectos resultantes directa o indirectamente de accidentes, caídas, golpes, uso inadecuado, mantenimiento insuficiente o un defecto resultante del desmontaje, reparación, modificaciones realizadas por personal no autorizado.

Las piezas sujetas a desgaste y las piezas consumibles (neumáticos, telas de los asientos y respaldos...) no están cubiertas por la garantía. La garantía quedará anulada si se realizan modificaciones no planificadas en la silla de ruedas o si ésta se equipa con piezas de recambio inadecuadas o no originales.

El periodo de garantía es de 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de facturación.

Todos los componentes no fabricados por Aria Wheels Srl, tienen una garantía del respectivo fabricante. Además, las condiciones son parte integrante de las condiciones generales y específicas de cada país en el que se comercializa el producto.

1.4 USO CONFORME A LAS FINALIDADES PREVISTAS

La silla de ruedas ARIA se empuja con la mano y sólo se utiliza para el desplazamiento independiente o acompañado de una persona con movilidad reducida. La silla de ruedas sin acompañante sólo debe ser utilizada por personas que sean física y mentalmente capaces de controlar y guiar la silla de ruedas con seguridad (por ejemplo, avanzar, cambiar de dirección, frenar). La silla de ruedas sólo debe utilizarse en suelos llanos, en terrenos practicables si está al aire libre y en el interior de los edificios.

Esta silla de ruedas activa debe estar homologada y adaptada a la condición física específica del usuario.



¡ATENCIÓN!

Cualquier uso no conforme al fin previsto o cualquier otro tipo de uso de la silla de ruedas puede dar lugar a situaciones peligrosas.

1.5 LÍMITES DE RESPONSABILIDAD

Aria Wheels Srl no es responsable de los daños resultantes de:

Incumplimiento del manual de usuario; Uso incorrecto; Desgaste natural; Montaje o preparación incorrecta por parte del comprador o de terceros; Modificaciones técnicas; Modificaciones no autorizadas y/o uso de piezas de repuesto inadecuadas.

Es necesario obtener el permiso por escrito de Aria Wheels Srl antes de instalar otras adaptaciones en una silla de ruedas ARIA. En caso contrario, no se aceptará ninguna reclamación.

1.6 VIDA ÚTIL DE LA SILLA DE RUEDAS

La vida útil prevista del producto es de cuatro años, suponiendo un uso diario y siempre que se utilice de acuerdo con las instrucciones de seguridad, mantenimiento y uso previsto en este manual.

2. SEGURIDAD

2.1 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este capítulo contiene importantes aspectos de seguridad para proteger al usuario de la silla de ruedas y a su acompañante (si lo hay), y para garantizar un uso seguro y sin problemas de la silla de ruedas.



¡ATENCIÓN!

Peligro de accidente y lesiones graves para el paciente.

Si la silla de ruedas no está bien ajustada, pueden producirse accidentes que provoquen lesiones graves. Los ajustes de la silla de ruedas deben ser realizados siempre por un distribuidor especializado.



¡ATENCIÓN!

Riesgo debido a un comportamiento de conducción inadecuado.

Existe el riesgo de resbalar cuando se circula por terrenos húmedos, con grava o irregulares. Adapte siempre su velocidad y comportamiento de conducción a las diferentes situaciones (condiciones meteorológicas, terreno, habilidades individuales, etc.).



¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones para el usuario. En caso de colisión, las partes del cuerpo que sobresalgan de la silla de ruedas (p. ej., pies o manos) podrían lesionarse. Evite cualquier colisión sin intentar frenar. Nunca conduzca la silla de ruedas de frente contra un objeto. Conduzca con cuidado por los pasos estrechos.



¡ATENCIÓN!

Peligro debido a una conducción descuidada.

Moviéndose a altas velocidades, podría perder el control de su silla de ruedas y caerse. Nunca supere la velocidad de 5 km/h. Evita cualquier tipo de colisión.



¡ATENCIÓN!

Peligro de quemaduras.

Los componentes de la silla de ruedas pueden calentarse si se exponen a una fuerte radiación solar.

2.2 CONTRAINDICACIONES

No se encontraron contraindicaciones excepto en casos de sensibilidad comprobada a los materiales de los componentes.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento de los dedos! Siempre existe el riesgo de aplastamiento, por ejemplo, de que los dedos o los brazos queden atrapados en las partes móviles de la silla de ruedas.

Al activar los mecanismos de plegado o inserción de piezas móviles, como el eje de la rueda trasera desmontable, o el dispositivo antivuelco, asegúrese de que nada pueda quedar atascado.

2.3 EQUIPO DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de accidente!


Los equipos de seguridad (frenos, dispositivo antivuelco) mal ajustados o que ya no funcionan pueden provocar accidentes.

Antes de cada uso de la silla de ruedas, compruebe el funcionamiento del equipo de seguridad y hágalo revisar regularmente por un distribuidor especializado

El funcionamiento de los equipos de seguridad se describe en el capítulo 3 Estructura y funcionamiento

3 Estructura y funcionamiento

3.1 COMPONENTES Y MATERIALES DE LA SILLA DE RUEDAS



- 1) Respaldo
- 2) Fenders o reposabrazos
- 3) Asiento
- 4) Freno de estacionamiento
- 5) Chasis
- 6) Reposapiés
- 7) Empuñaduras (detrás del respaldo)
- 8) Ruedas principales
- 9) Dispositivo antivuelco
- 10) Rueda giratoria izquierda y derecha



PARTE	MATERIAL
Respaldo	Cuerpo del respaldo: Fibra de carbono o aluminio Tapizado: Tejido transpirable y espuma de poliuretano Soportes de tira: Poliuretano y Tejido Tira: Tela y Velcro
Fenders	Fibra de carbono o ABS
Reposabrazos	Estructura de los reposabrazos: Aluminio Protector guardabarro integrado: Fibra de carbono Acolchado: Poliuretano (PU)
Chasis	Aria 2.0AI: Aleación de aluminio Aria 1.0: Aleación de aluminio ULTRA: Aleación de magnesio SPECIALE: Aleación de magnesio KID: Aleación de aluminio
Reposapiés	Aleación de aluminio o fibra de carbono
Asiento	Estructura: Fibra de Carbono o Tejido Cojín: no suministrado

Breve descripción

Los modelos de sillas de ruedas ARIA son del tipo de chasis rígido superligero.

"El equipamiento efectivo de la silla de ruedas puede diferir de las imágenes aquí contenidas, ya que cada silla de ruedas se construye especialmente según las especificaciones enviadas con el pedido".

3.2 FRENOS DE ESTACIONAMIENTO

Los frenos de estacionamiento están destinados a bloquear la silla de ruedas y evitar que se mueva involuntariamente. Están disponibles los tipos Push to Lock y Scissor Lock.



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída por frenado repentino!

Si se utilizan los frenos de estacionamiento durante la conducción, ya no es posible controlar la dirección de la marcha y la silla de ruedas puede detenerse repentinamente, lo que podría provocar una colisión o una caída de la silla de ruedas. Nunca accione los frenos de estacionamiento mientras conduce.





¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!



El funcionamiento de los frenos de estacionamiento sólo está garantizado si los neumáticos tienen suficiente presión de inflado.

Comprobar la presión correcta de los neumáticos, 11.3 Neumáticos.

FRENO PUSH TO LOCK



FRENO SCISSOR LOCK



3.3 RESPALDOS

Tapizado del respaldo



La silla de ruedas ARIA se suministra de serie con una funda acolchada para el respaldo. El revestimiento de tejido transpirable es extraíble y lavable.

Altura del respaldo postural

La altura del respaldo postural se puede ajustar. Retire el revestimiento, desenrosque los 4 tornillos y vuelva a enroscarlos a la altura deseada. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.


Respaldo tensable

Es posible ajustar la tensión de las correas del respaldo. Retire el revestimiento, tense las correas según la postura deseada. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.





Inclinación del respaldo postural

Es posible ajustar la inclinación del respaldo desenroscando los dos tornillos de la abrazadera, ajustar la inclinación deseada y volver a apretarlos. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.




3.4 BARRA DE EMPUJE - ASAS DE EMPUJE

Las sillas de ruedas ARIA pueden estar equipadas con una barra de empuje o asas de empuje (que también funcionan como soporte del respaldo). La altura tanto de la barra de empuje como de las asas de empuje se puede ajustar. Desenrosque los tornillos y vuelva a apretarlos a la altura deseada. El ajuste debe ser realizado por su distribuidor especializado.




3.5 FENDERS

En función de las necesidades, el fender puede ser recto o con una curva para cubrir los neumáticos. El modelo recto también se monta en combinación con reposabrazos. Ambos modelos son intercambiables, con la excepción de que el modelo curvo no puede montarse en combinación con reposabrazos.




3.6 REPOSAPIÉS

La altura del reposapiés puede ajustarse desenroscando los dos tornillos del marco, ajustándolos a la altura deseada y volviéndolos a apretar. También es posible, en algunos casos, ajustar el chasis del reposapiés aflojando los tornillos situados bajo la parte superior de aluminio o fibra de carbono. Una vez ajustado el ángulo como se desea, vuelva a apretar los tornillos que se aflojaron anteriormente. Los ajustes deben ser realizados por su distribuidor especializado.



3.7 DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Un dispositivo antivuelco evita que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás. El dispositivo se ajusta a las diferentes necesidades. Se sujeta al eje de la rueda trasera con una abrazadera especial. Puede colocarse en el lado derecho o izquierdo. Existen diferentes tipos de antivuelco. Consulte el manual de piezas de repuesto en el sitio web Aria.





¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!

Un dispositivo antivuelco mal ajustado o que ya no funciona puede provocar caídas. Antes de cada uso de la silla de ruedas, compruebe su funcionamiento y, si es necesario, haga instalar o reajustar el dispositivo antivuelco por un distribuidor especializado.




¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!

En terrenos irregulares o blandos, el dispositivo antivuelco puede hundirse en los hoyos o directamente en el suelo, lo que limita o anula por completo su función de seguridad. Utilice el dispositivo antivuelco únicamente cuando se encuentre en un terreno plano y firme.

3.8 CENTRO DE GRAVEDAD

Es posible ajustar el centro de gravedad desenroscando los cuatro tornillos especiales del chasis (dos a cada lado), ajustar el centro de gravedad deseado y volver a apretarlos. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor especializado.



3.9 COJÍN DE ASIENTO

Para garantizar una distribución óptima de la presión en la superficie del asiento es necesario un cojín adecuadamente acolchado, ya sea de tela o de fibra de carbono maciza.

El cojín se fija al asiento y se evita que se deslice gracias a las tiras de velcro del asiento.

3.10 INCLINACIÓN DE LAS RUEDAS

La inclinación de las ruedas puede seleccionarse al pedir la silla de ruedas ARIA. Posteriormente se puede cambiar sustituyendo el eje de la rueda. Cualquier sustitución debe ser realizada por un distribuidor especializado.

3.11 DISPOSICIÓN DEL ASIENTO

Estabilidad antivuelco



La posición del asiento y, por tanto, la estabilidad antivuelco de la silla de ruedas puede verse alterada. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor especializado.

Altura delantera del asiento

La altura delantera del asiento puede, en algunos casos, ajustarse. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor especializado.

Altura trasera del asiento

La altura trasera del asiento puede, en algunos casos, ajustarse. El ajuste debe ser realizado por el distribuidor especializado.




4. ACCESORIOS

Antivuelco y palanca basculante

La palanca basculante facilita que un asistente incline la silla de ruedas hacia atrás para superar un escalón. Para ello, baja el antivuelco con el pie (como en la imagen de la derecha).



Empuñadura (también soporte de mochila)



5. PUESTA EN MARCHA

5.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de lesiones para el paciente.

Antes de poner la silla de ruedas en marcha, compruebe que está en buen estado y que las funciones más importantes funcionan, véase Plan de mantenimiento, apartado 8.

Su distribuidor preparará la silla de ruedas para su uso.

El distribuidor le explicará las principales funciones y se asegurará de que la silla de ruedas cumple con sus requisitos y necesidades.

6. MARCHA CON SILLA DE RUEDAS

6.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de accidente!

El comportamiento de marcha de la silla de ruedas podría verse considerablemente perjudicado si la presión de los neumáticos no es la misma.

Compruebe la presión de los neumáticos antes de cada viaje.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento!

La distancia entre la rueda trasera y el flanco del fender puede ser tan pequeña que existe el riesgo de aplastarse los dedos. Asegúrese siempre de mover la silla de ruedas utilizando únicamente los aros de propulsión.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de aplastamiento!

La distancia entre la rueda trasera y el freno de estacionamiento puede ser tan pequeña que existe el riesgo de aplastarse los dedos.

Asegúrese siempre de mover la silla de ruedas utilizando únicamente los aros de propulsión.

6.2 FRENANDO EN MARCHA

Durante la conducción, es posible frenar la silla de ruedas ejerciendo presión con las manos sobre los aros de propulsión.



¡ATENCIÓN!

¡Riesgo de caída por frenado repentino!

Si se utilizan los frenos de estacionamiento durante la conducción, ya no es posible controlar la dirección de la marcha y la silla de ruedas puede bloquearse repentinamente, lo que podría provocar una colisión o una caída de la silla de ruedas. Nunca accione los frenos de estacionamiento mientras conduce.



¡ATENCIÓN!

Riesgo de caída de la silla de ruedas.

Si la silla de ruedas es desacelerada rápidamente por un asistente que tira de las empuñaduras, el usuario puede caerse de la silla. Abroche siempre el cinturón pélvico si está presente. Asegurarse de que el asistente ha recibido formación individual para empujar sillas de ruedas ocupadas.



¡ADVERTENCIA!

Riesgo de quemaduras en la piel.

Los aros de propulsión podrían calentarse si se frena la silla de ruedas durante un largo periodo de tiempo. Podrías quemarte las palmas de las manos. Utilice un par de guantes adecuados.

Agarre los aros de propulsión y aplique una presión uniforme con ambas manos hasta que la silla de ruedas se detenga por completo.

6.3 TRANSFERENCIAS DESDE LA SILLA DE RUEDAS



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!

Durante los traslados, el peligro de caída es muy alto.

Sentarse o levantarse sin ayuda de la silla de ruedas sólo si es físicamente capaz de hacerlo.



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!

Si apoya todo el peso de su cuerpo en los reposapiés al subir, la silla de ruedas puede volcarse hacia delante. Nunca se suba al reposapiés sentándose o levantándose de la silla de ruedas.



¡ADVERTENCIA!

Si los frenos se desconectan o se rompen, la silla de ruedas puede moverse sin control.

No se apoye en los frenos cuando se siente o se baje de la silla de ruedas.

1. Tire de los frenos de estacionamiento.
2. Ponga los pies en el suelo.
3. Sujétese firmemente a la silla de ruedas y, si es necesario, también a un objeto fijo de los alrededores.
4. Muévase lentamente en la silla

6.4 DESPLAZARSE HACIA DELANTE Y CAMBIAR DE DIRECCIÓN CON LA SILLA DE RUEDAS

Utilizando los aros de propulsión, es posible avanzar y cambiar de dirección con la silla de ruedas.

Antes de desplazarse sin compañía, debe identificarse el punto de vuelco de la silla de ruedas.



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco! La silla de ruedas puede volcarse hacia atrás si no se instala un dispositivo antivuelco. Al establecer el punto de vuelco, un asistente debe estar directamente detrás de la silla de ruedas para poder cogerla antes de que vuelque. Para evitar que la silla de ruedas vuelque, instale un dispositivo antivuelco.



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!

La silla de ruedas puede volcarse hacia delante. Al realizar ajustes en la silla de ruedas, compruebe su comportamiento al volcarse hacia delante y ajuste su estilo de conducción en consecuencia.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de vuelco!

Una carga pesada colgada del respaldo podría afectar al centro de gravedad de la silla de ruedas. Si es necesario, ajuste el comportamiento de desplazamiento en función de la carga.

Como establecer el punto de vuelco

1. Suelte el freno.
2. Avanzar brevemente, mantenga firmes los dos aros de propulsión y retroceda dando un suave empujón.
3. Avance el punto de vuelco desplazando su peso y contrarrestando el movimiento de los aros de propulsión.



6.5 SUBIR Y BAJAR ESCALONES Y PENDIENTES



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caída!

Subir o bajar escalones puede hacer que pierda el equilibrio y vuelque con la silla de ruedas. Muévase siempre despacio y con precaución en los escalones, por ejemplo, en las aceras, y en los desniveles.

No camine sobre peldaños de más de 25 cm de altura.



¡ADVERTENCIA!

Un dispositivo antivuelco activado impide que la silla de ruedas se vuelque hacia atrás.

Desenganche el dispositivo antivuelco antes de bajar un escalón o una pendiente.

Bajar un escalón con un acompañante

1. *Acerque la silla de ruedas al borde del escalón y agarre las empuñaduras*
2. *El acompañante agarra firmemente las empuñaduras, coloca un pie en el dispositivo antivuelco (si está instalado) e inclina la silla de ruedas hacia atrás, de modo que las ruedas delanteras se levanten del suelo.*
3. *El acompañante sostiene la silla de ruedas en esta posición, la empuja con cuidado sobre el escalón y la inclina hacia delante para que las ruedas delanteras vuelvan a apoyarse en el suelo.*



Bajar un escalón sin acompañante



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de vuelco!

Si baja un escalón sin acompañante, puede volcar hacia atrás si no tiene el control de la silla de ruedas.

Al principio, aprenda a bajar un escalón con la ayuda de un acompañante. Aprenda a equilibrar las ruedas traseras.

1. *Acercar la silla de ruedas al borde del escalón, levantar las ruedas delanteras y mantener el equilibrio.*
2. *A continuación, deslice lentamente las dos ruedas traseras por el borde. Al hacerlo, sujete firmemente los aros de propulsión con ambas manos y manténgalas hasta que las ruedas delanteras vuelvan a estar en contacto con el suelo.*





¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones para el usuario.

El respaldo de la silla de ruedas puede romperse antes de lo esperado si se suben escalones y aceras con frecuencia, se recomienda agarrarlo desde el chasis o la empuñadura si la hay. El usuario puede caerse de la silla de ruedas. Desconecte siempre el dispositivo antivuelco al subir escalones y aceras.

1. Empuje la silla de ruedas hacia atrás con las ruedas traseras hasta el borde del escalón.
2. El acompañante agarra las asas de empuje e inclina la silla de ruedas para que las ruedas delanteras se levanten del suelo; a continuación, tira de las ruedas traseras por encima del borde del escalón hasta que las ruedas delanteras puedan volver a apoyarse en el suelo.



6.6 SUBIR Y BAJAR ESCALERAS



¡ATENCIÓN!

Peligro de caída.

Al subir o bajar escaleras, se puede perder el equilibrio y caer con la silla de ruedas. Subir y bajar siempre escaleras de más de un peldaño sólo con 2 acompañantes.

1. Las rampas de las escaleras pueden cubrirse bajando un escalón tras otro, como se describe en la figura. El primer acompañante se situará detrás de la silla de ruedas y sujeta las asas de empuje. El segundo acompañante se agarra a una parte fija del chasis delantero, asegurando la posición de la silla de ruedas por delante.



6.7 SUBIR RAMPAS Y TERRENOS PENDIENTES



¡ATENCIÓN!

¡Peligro por marcha incontrolada!

Al desplazarse cuesta arriba o cuesta abajo, la silla de ruedas puede inclinarse hacia atrás, hacia los lados o hacia delante. Recorrer largos tramos en pendiente esencialmente con un acompañante detrás de la silla de ruedas. Evite inclinarse hacia los lados. Evite los tramos en pendiente con una inclinación superior a 7°. Evite cambiar de dirección bruscamente en terrenos con pendiente.




¡ADVERTENCIA!

La silla de ruedas puede desplazarse involuntariamente incluso en terrenos ligeramente inclinados si no se utilizan los aros de propulsión para controlarla. Accione los frenos de estacionamiento si se encuentra en un terreno inclinado con su silla de ruedas.

En subida

Para desplazarse cuesta arriba, hay que darse un suave empujón, mantener el impulso y controlar simultáneamente la dirección.


1. Incline la parte superior de su cuerpo hacia delante y haga avanzar la silla de ruedas dando un rápido y enérgico empujón a los dos aros de propulsión.



En bajada

En las bajadas, es importante controlar el sentido de la marcha y, sobre todo, la velocidad.

1. Inclínese hacia atrás y deslice con cuidado los aros de propulsión entre sus manos. Siempre debe poder detener la silla de ruedas bloqueando los aros de propulsión.



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de quemaduras!

Los aros de propulsión pueden calentarse si la silla de ruedas se frena durante un largo periodo de tiempo. Podría quemarse las palmas de las manos. Utilice un par de guantes adecuados.

6.8 ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO

Ciertas actividades y movimientos durante el uso diario pueden requerir inclinarse hacia delante, hacia los lados o hacia atrás de la silla de ruedas. Esto afecta en gran medida a la estabilidad de la silla de ruedas. Para asegurarse de mantener siempre el equilibrio, tenga en cuenta lo siguiente:

Inclinarse hacia delante



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caerse de la silla de ruedas!

Si se inclina hacia delante, podría caerse de la silla de ruedas.

No incline nunca el torso demasiado hacia delante ni desplace el cuerpo más allá de los límites de la zona de asiento para alcanzar un objeto. No se incline hacia delante separando las rodillas para recoger un objeto del suelo.

1. Alinee las ruedas delanteras hacia delante (para ello, mueva la silla de ruedas ligeramente hacia delante y luego hacia atrás).
2. Active los dos frenos de estacionamiento.
3. Entonces, inclínese hacia adelante sólo hasta que su torso siga estando por encima de las ruedas delanteras.

Inclinarse hacia atrás



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de caerse de la silla de ruedas!

Si se inclina demasiado hacia atrás, podría volcar con la silla de ruedas.

No se incline sobre el respaldo de la silla de ruedas.

Utilice un dispositivo antivuelco.

1. Alinee las ruedas delanteras hacia delante (para ello, mueva la silla de ruedas ligeramente hacia delante y luego hacia atrás).
2. No ponga los frenos de estacionamiento.
3. Agarre sólo los objetos que pueda alcanzar sin tener que cambiar su posición sentada

7. TRASPORTE

7.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones si la silla de ruedas no está bien sujeta. En caso de accidente, frenada, etc., pueden producirse lesiones graves debido a las piezas de la silla de ruedas no fijadas. Extraiga siempre las ruedas traseras al transportar la silla de ruedas. Fije bien todos los componentes de la silla de ruedas en el vehículo de transporte para evitar que se suelten durante el viaje.





¡ADVERTENCIA!

Una abrasión excesiva del material podría afectar a la resistencia de las piezas portantes. No desplace la silla de ruedas con las ruedas desmontadas sobre una superficie abrasiva (por ejemplo, tirando del chasis sobre el asfalto).

7.2 CIERRE Y APERTURA DE LA SILLA DE RUEDAS

El respaldo se reclina tirando de la cuerda de la parte trasera y, a continuación, tirando del respaldo hacia delante y bajándolo sobre el asiento. Independientemente de la geometría del respaldo, el concepto de funcionamiento es el mismo en todos los productos.



7.3 DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS RUEDAS




¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones si la silla de ruedas no está bien sujeta. En caso de accidente, frenada, etc., pueden producirse lesiones graves debido a las piezas de la silla de ruedas no fijadas. Extraiga siempre las ruedas traseras al transportar la silla de ruedas. Fije bien todos los componentes de la silla de ruedas en el vehículo de transporte para evitar que se suelten durante el viaje.


Desmontaje de las ruedas traseras

Presione el pasador de liberación rápida y saque la rueda al mismo tiempo.




Desmontaje de las ruedas giratorias

Desenrosque el pasador del eje con una llave Allen y retire la rueda.




Montaje de las ruedas traseras

Presione el pasador de liberación rápida y coloque la rueda al mismo tiempo hasta que el pasador bloquee la rueda.



Montaje de las ruedas giratorias

Siga el proceso de desmontaje en sentido inverso, teniendo cuidado de apretar bien el pasador del eje.



7.4 TRANSPORTAR LA SILLA DE RUEDAS OCUPADA DENTRO DE UN VEHÍCULO

Aunque la silla de ruedas ARIA esté bien sujeta y se sigan las siguientes normas, podrían producirse lesiones a los pasajeros en caso de colisión o frenada repentina. Por ello, Aria Wheels Srl recomienda encarecidamente que el usuario de la silla de ruedas sea trasladado al asiento del vehículo y que se abroche el cinturón de seguridad. No realice ninguna modificación o sustitución de la silla de ruedas (chasis, estructura o piezas) sin el consentimiento por escrito de Aria Wheels Srl.



¡ATENCIÓN!

Riesgo de lesiones graves o de muerte

Para utilizar la silla de ruedas como asiento del vehículo, la altura del respaldo debe ser de al menos 400 mm

Cuando se transporta la silla de ruedas ocupada dentro de un vehículo, debe instalarse un sistema de seguridad en el mismo.



¡ATENCIÓN!

Si, por alguna razón, no es posible transferir al usuario de la silla de ruedas a un asiento del vehículo, la silla de ruedas puede utilizarse como asiento en un vehículo siempre que se sigan los siguientes procedimientos y normas:

- La silla de ruedas debe estar asegurada en el vehículo con un sistema de seguridad de cuatro puntos para sillas de ruedas.
- El usuario debe llevar un sistema de seguridad de pasajeros de tres puntos de anclaje al vehículo.
- En la silla de ruedas, el usuario debe tener abrochado el cinturón de mantenimiento de la postura.

Tanto el sistema de seguridad de cuatro puntos para las sillas de ruedas como el sistema de seguridad de tres puntos para los pasajeros deben estar homologados de acuerdo con la norma ISO-10542-2.



¡ATENCIÓN!

Antes de viajar, póngase en contacto con la persona responsable del transporte y pregunte por la disponibilidad del equipo que se indica a continuación. Asegúrese de que hay suficiente espacio libre alrededor de la silla de ruedas y del usuario para evitar que éste entre en contacto con otros ocupantes del vehículo, partes no acolchadas del vehículo, accesorios de la silla de ruedas o los puntos de anclaje del sistema de seguridad.



¡ATENCIÓN!

Compruebe que los puntos de elevación de la silla de ruedas no están dañados y que los frenos de estacionamiento son totalmente funcionales.

Se recomienda utilizar neumáticos antipinchazos durante el transporte para evitar problemas con los frenos debido a la disminución de la presión de los neumáticos.



¡ATENCIÓN!

Pueden producirse lesiones o daños debido a componentes o accesorios sueltos de la silla de ruedas tras una colisión o una frenada repentina. Asegúrese de que todos los componentes y accesorios extraíbles o desmontables se retiren de la silla de ruedas y se guardan de forma segura en el vehículo.

Es esencial que la silla de ruedas sea revisada por un especialista después de un accidente, colisión, etc.



¡IMPORTANTE!

Se recomienda la formación en el uso correcto de un producto de sistema de seguridad.

Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema de seguridad.

Las siguientes figuras pueden diferir en función del proveedor del sistema de seguridad.

Fijación de la silla de ruedas con un sistema de seguridad de cuatro puntos.



¡ATENCIÓN!

Dentro del vehículo, coloque la silla de ruedas ocupada por el usuario mirando hacia delante en el sentido de la marcha.

Aplice los frenos de estacionamiento de la silla de ruedas. Active el sistema antivuelco (si está instalado).

Las posiciones de anclaje de la silla de ruedas en las que deben colocarse las correas del sistema de seguridad están marcadas con símbolos de mosquetón.

1. Con las correas delanteras y traseras del sistema de seguridad de cuatro puntos, fije la silla de ruedas a los ganchos montados en el vehículo. Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema de seguridad de cuatro puntos.

Posiciones de anclaje para las correas en la parte delantera

1. Fije las correas delanteras sobre los soportes de las ruedas.
2. Fije las correas delanteras al sistema de ganchos según las instrucciones recomendadas por el fabricante del cinturón de seguridad.
3. Suelte los frenos de estacionamiento y aplique las correas tensoras delanteras tirando de la silla de ruedas hacia atrás desde la parte trasera.
4. Vuelva a aplicar los frenos de estacionamiento.

Posiciones de anclaje para los mosquetones en la parte trasera

1. Coloque los mosquetones en el eje de fibra de carbono.
2. Fije las correas traseras al sistema de ganchos según las instrucciones recomendadas por el fabricante del cinturón de seguridad.
3. Apriete las correas.



¡IMPORTANTE!

Asegúrese de que los mosquetones estén recubiertos de material antideslizante para evitar el deslizamiento lateral sobre el eje.



¡IMPORTANTE!

Compruebe que los pasadores están totalmente encajados en ambos lados y colocados en la misma posición que la sección del gancho. Asegúrese de que la inclinación entre los ganchos y las correas esté entre 40° y 45°.

Ajuste del cinturón de mantenimiento de la postura.



¡ATENCIÓN!

El cinturón postural debe utilizarse como complemento, pero nunca en lugar de un sistema de seguridad para pasajeros homologado (cinturón de tres puntos).

1. Ajuste el cinturón postural para adaptarlo al ocupante de la silla de ruedas.



¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que el sistema de seguridad de tres puntos para el pasajero esté lo más ajustado posible al cuerpo del usuario, sin crear restricciones para el usuario ni torcer la correa.

Asegúrese de que el sistema de retención de tres puntos para el pasajero se mantiene alejado del cuerpo del usuario por partes de la silla de ruedas como los reposabrazos o las ruedas, etc.

Asegúrese de que el sistema de seguridad del usuario pasa del usuario al punto de anclaje sin interferencia de ninguna otra parte del vehículo, silla de ruedas, asientos o accesorios.

Asegúrese de que el cinturón subabdominal pase exactamente por encima de la pelvis del ocupante y no suba hacia la zona abdominal.

Asegúrese de que el usuario puede alcanzar el mecanismo de liberación sin ayuda.



¡IMPORTANTE!

Aplice la parte pélvica del sistema de seguridad de tres puntos hacia abajo, a lo largo de la pelvis, de modo que la inclinación del cinturón pélvico quede dentro de la zona preferida

(A) entre 30° y 75° de la zona horizontal. Es preferible una inclinación mayor, nunca superior a 75°.

8. MANTENIMIENTO

8.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

Algunos materiales están sujetos al envejecimiento natural. Esto puede provocar daños en partes de la silla de ruedas.

Haga que su silla de ruedas sea revisada por un distribuidor especializado después de un periodo prolongado de inactividad o al menos una vez al año.

Su distribuidor de Aria Wheels estará encantado de ayudarle con el mantenimiento regular. Para encontrar un distribuidor autorizado cerca de usted, póngase en contacto con Aria Wheels Srl al final de este manual.

8.2 PLAN DE MANTENIMIENTO

Para garantizar la seguridad y fiabilidad necesarias, realice los siguientes trabajos de mantenimiento con regularidad o encargue su realización a otra persona.

	<i>Semanalmente</i>	<i>Mensualmente</i>	<i>Anualmente</i>
<i>Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos</i>	X		
<i>Comprobación de la posición correcta de las ruedas traseras</i>	X		
<i>Comprobación del ajuste de la articulación del respaldo</i>	X		
<i>Comprobación del cinturón postural</i>	X		
<i>Comprobación visual</i>		X	
<i>Limpieza de las ruedas delanteras</i>		X	
<i>Comprobación de conexión por tornillo</i>		X	
<i>Comprobación de los radios de las ruedas</i>		X	
<i>Comprobación de los frenos de estacionamiento</i>		X	
<i>Hacer que la silla de ruedas sea revisada por un distribuidor especializado</i>			X

Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos

Medir la presión de los neumáticos con las presiones correspondientes (véase el capítulo 11.3 Neumáticos).

1. Infle el neumático a la presión requerida.
2. Compruebe también el perfil de los neumáticos.
3. Si es necesario, sustituya los neumáticos.

Comprobación de la posición correcta de las ruedas traseras

1. Tire de la rueda trasera para comprobar que el eje esté correctamente colocado en su sitio. No debe ser posible sacar la rueda.
2. Si las ruedas traseras no se bloquean correctamente en su sitio, elimine la suciedad y las incrustaciones. Si el problema persiste, haga reajustar los ejes en un distribuidor especializado.

Comprobación del ajuste de la articulación del respaldo

1. Siéntese en la silla de ruedas y apóyese en el respaldo. El respaldo debe estar correctamente bloqueado.
2. Tire de la cuerda de liberación. Los pasadores deben poder moverse libremente en ambos lados. En caso contrario, la junta del respaldo deberá ser montada de nuevo por un distribuidor especializado.

Comprobación del cinturón postural

1. Compruebe que el cinturón postural está correctamente ajustado.

¡IMPORTANTE!



Los cinturones posturales sueltos deben ser ajustados por un distribuidor especializado.
Las correas de postura dañadas deben ser sustituidas por un distribuidor especializado.

Comprobación visual

1. Compruebe que la silla de ruedas no tenga piezas sueltas, grietas u otros defectos.
2. Si se detectan defectos, haga que la silla de ruedas sea revisada inmediatamente por un distribuidor especializado.

Limpieza de las ruedas delanteras

1. Compruebe si las ruedas delanteras pueden girar libremente.
2. Elimine la suciedad y los pelos de los rodamientos de las ruedas delanteras.

Comprobación del apriete de los tornillos

Los tornillos pueden aflojarse debido al uso constante de la silla de ruedas.

1. Compruebe si los tornillos están bien apretados (reposapiés, tapicería del asiento, paneles laterales, respaldo, chasis, módulo del asiento).
2. Apriete los tornillos sueltos.

¡IMPORTANTE!



Las tuercas y tornillos de seguridad pierden su eficacia después de aflojarlos y apretarlos varias veces. Encargue la sustitución de las tuercas y los tornillos de seguridad a un distribuidor especializado.

Comprobación de los radios de las ruedas

Los radios no deben aflojarse ni deformarse.

1. Haga que un distribuidor especializado ajuste la tensión de los radios sueltos.
2. Encargue la sustitución de los radios rotos a un distribuidor especializado.

Comprobación de los frenos de estacionamiento

1. Compruebe la posición correcta de los frenos de estacionamiento.

El freno está correctamente ajustado si, con el freno accionado, la zapata penetra unos milímetros en el neumático.

2. Si se comprueba que el ajuste no es correcto, haga que los frenos sean ajustados correctamente por un distribuidor especializado.



¡IMPORTANTE!

Después de sustituir o cambiar la posición de las ruedas traseras, hay que reajustar los frenos de estacionamiento.



¡IMPORTANTE!

La silla de ruedas puede sufrir daños no visibles a simple vista tras una fuerte colisión o un fuerte impacto. Por lo tanto, es esencial que un especialista revise su silla de ruedas después de una colisión o impacto importante.

Reparación o sustitución de la cámara de aire

1. Retire la rueda trasera y vacíe la cámara de aire residual.
2. Levante un talón del neumático del borde de la llanta. Utilice una herramienta para desmontar los neumáticos de las bicicletas; no utilice un objeto afilado, por ejemplo, un destornillador, para no dañar la cámara de aire.
3. Saque la cámara de aire del neumático.
4. Repare la cámara de aire con un kit de reparación de bicicletas o, si es necesario, sustituya la cámara de aire.
5. Infle ligeramente la cámara de aire hasta que adquiera una forma redondeada.
6. Introduzca la válvula en el orificio de la llanta e introduzca la cámara de aire en el neumático (la cámara de aire debe ajustarse a la circunferencia del neumático sin formar pliegues).
7. Levante los talones del neumático por encima del borde de la llanta. Empiece por la zona que rodea la válvula y utilice una herramienta de extracción de neumáticos. Compruebe en la circunferencia que la cámara no se ha atascado entre el neumático y la llanta.
8. Infle el neumático a la máxima presión. Asegúrese de que no sale aire del neumático.

8.3 CUIDADO

Su silla de ruedas le acompañará durante muchos años si la cuida regularmente.



¡IMPORTANTE!

La arena y el agua de mar pueden dañar los cojinetes de bolas y las piezas de acero pueden oxidarse si la superficie está dañada. Exponga la silla de ruedas a la arena y al agua de mar solo durante un breve período de tiempo y límpiela después de estar en la playa.



¡IMPORTANTE!

No utilice sustancias abrasivas, detergentes agresivos ni limpiadores de alta presión.

1. Limpie la tapicería y las partes metálicas con un paño suave y húmedo.
2. Seque bien la silla de ruedas después de un paseo bajo la lluvia o una ducha.
3. Si la silla de ruedas está sucia, ablande la suciedad lo antes posible y retírela; luego seque cuidadosamente la silla de ruedas.

8.4 DESINFECCIÓN

Lea atentamente la concentración y los tiempos de exposición del fabricante del desinfectante.

El producto es adecuado para la desinfección por pulverización y la limpieza con desinfectantes domésticos ordinarios. Todas las superficies deben limpiarse con un paño limpio humedecido con desinfectante. Aplique el desinfectante de manera uniforme. No enjuagar y dejar secar el producto al aire. Después, hay que comprobar la limpieza y los daños del producto.



¡IMPORTANTE!

Para obtener una lista de productos desinfectantes aprobados, pregunte a su distribuidor.

9 RESOLUCIÓN DE FALLOS

9.1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El uso diario, los nuevos ajustes o los cambios en las fuerzas a las que está sometida la silla de ruedas pueden provocar fallos. La siguiente tabla proporciona información sobre cómo reconocer y eliminar fallos.



¡ADVERTENCIA!

Si nota cualquier anomalía en la silla de ruedas, por ejemplo, un cambio excesivo en el comportamiento de conducción, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor especializado.



¡IMPORTANTE!

Algunas de las medidas enumeradas deben ser llevadas a cabo por un distribuidor especializado autorizado. Se han marcado adecuadamente. Recomendamos que todos los ajustes sean realizados por un distribuidor especializado.

FALLO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La silla de ruedas no avanza en línea recta	<i>La presión de inflado de los neumáticos de la rueda trasera es incorrecta</i>	<i>Presión de inflado correcta de los neumáticos > 11.3 Neumáticos</i>
	<i>Uno o más radios están rotos</i>	<i>Sustituir radio(s) roto(s) > Distribuidor especializado</i>
	<i>La tensión de los radios es diferente</i>	<i>Haga ajustar la tensión de los radios sueltos > Distribuidor especializado</i>
	<i>El cojinete de la rueda delantera está sucio o dañado</i>	<i>Limpiar o sustituir el cojinete > Distribuidor especializado</i>
La silla de ruedas se vuelca fácilmente hacia atrás	<i>Las ruedas traseras están montadas demasiado adelante</i>	<i>Ajustar el centro de gravedad > Distribuidor especializado</i>
	<i>La inclinación del respaldo es excesiva</i>	<i>Reducción de la inclinación del respaldo > Distribuidor especializado</i>
Los frenos intervienen incorrectamente o en asimétrico	<i>La presión de inflado de los neumáticos de uno o de las dos ruedas traseras es incorrecta</i>	<i>Corregir la presión de inflado de los neumáticos > 11.3 Neumáticos</i>
	<i>El ajuste de los frenos no es correcto</i>	<i>Corregir el ajuste de los frenos > Distribuidor especializado</i>
La resistencia al desplazamiento es muy alta	<i>La presión de inflado de los neumáticos de las ruedas traseras es insuficiente</i>	<i>Corregir la presión de inflado de los neumáticos > 11.3 Neumáticos</i>
	<i>Ruedas traseras no paralelas</i>	<i>Compruebe que las ruedas traseras están paralelas > Distribuidor especializado</i>
Las ruedas delanteras patinan al girar a gran velocidad	<i>La tracción del bloque de cojinete de la rueda delantera es insuficiente</i>	<i>Apretar ligeramente la tuerca del eje del bloque de rodamientos > Distribuidor especializado</i>
	<i>La rueda delantera es lisa</i>	<i>Sustituir la rueda delantera > Distribuidor especializado</i>
La rueda delantera gira con dificultad o se bloquea	<i>El cojinete de bolas está sucio o defectuoso</i>	<i>Limpiar o sustituir el cojinete de bolas > Distribuidor especializado</i>

10. DESPUÉS DEL USO

10.1 REUTILIZACIÓN

La silla de ruedas se puede reutilizar. Se deben realizar los siguientes pasos:

- Limpieza y desinfección como se describe en este manual de usuario en el capítulo 8.3 Cuidado, y en el capítulo 8.4 Desinfección
- Inspección como se describe en este manual de usuario en el capítulo 8.2 Plan de mantenimiento
- Adaptación al usuario según la documentación de soporte técnico disponible en Aria Wheels Srl.

10.2 ELIMINACIÓN

Proteja el medio ambiente eliminando su silla de ruedas de forma adecuada. Observar la normativa nacional y local para su eliminación. Para su correcta eliminación, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con la administración de su municipio para obtener la dirección de un centro de eliminación local.

11. DATOS TÉCNICOS

11.1 PESO Y DIMENSIONES

Todas las especificaciones de peso y tamaño se refieren a la anchura y profundidad del asiento en las posibles configuraciones de la silla de ruedas. Las dimensiones y el peso pueden variar según las diferentes configuraciones.

Ancho del asiento:	de 240 a 460 mm ajustable en intervalos de 20 mm
Profundidad del asiento:	de 240 a 460 mm ajustable en intervalos de 20 mm
Distancia asiento - plataforma:	de 120 a 180 mm ajustable en intervalos de 20 mm
Altura del respaldo:	de 240 a 420 mm ajustable en intervalos de 15 mm
Longitud del talón a la rodilla:	de 300 a 440 mm ajustable en intervalos de 10 mm
Altura asiento delantero:	de 450 a 520 mm ajustable en intervalos de 10 mm
Altura asiento trasero:	de 360 a 430 mm ajustable en intervalos de 10 mm
Centro de gravedad	de 100 a 150 mm ajustable en intervalos de 10 mm
Ángulo del respaldo:	de 85° a 95° con respecto al suelo (ajustable)
Inclinación de la rueda trasera:	Ajustable a 0° o 3°
Ángulo chasis	83° o 93° sólo disponible para algunos modelos
Peso de la silla de ruedas SW440 con ruedas traseras estándar: (con respaldo postural incluido)	aproximadamente 9.5 kg* para ARIA 1.0 aproximadamente 10.7 kg* para ARIA 2.0 aproximadamente 8.1 kg* para ARIA ULTRA aproximadamente 7.1 kg* para ARIA SPECIALE aproximadamente 7.5 kg* para ARIA KID
Peso de la silla de ruedas SW440 sin ruedas traseras: (con respaldo postural incluido)	aproximadamente 5.5 kg* para ARIA 1.0 aproximadamente 7.5 kg* para ARIA 2.0 aproximadamente 4.9 kg* para ARIA ULTRA aproximadamente 3.9 kg* para ARIA SPECIALE aproximadamente 4.5 kg* para ARIA KID
Capacidad de carga nominal:	120 kg para ARIA 1.0 y para ARIA 2.0 100 Kg para ULTRA y SPECIALE 75 Kg para ARIA KID

El peso depende de las posibles configuraciones. Algunas dimensiones pueden no estar disponibles para ciertos modelos de sillas de ruedas. Consulte los formularios de pedido de los productos correspondientes para conocer las especificaciones de las dimensiones

11.2 CONDICIONES AMBIENTALES

No exponga la silla de ruedas a temperaturas inferiores a -20 °C ni superiores a 40 °C.

11.3 NEUMÁTICOS

La presión óptima depende del tipo de neumático:

Presión máxima de los neumáticos

Neumáticos de alta suavidad 7 bar 700 kPa 101 psi

Neumáticos con perfiles (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi

Neumáticos tipo slick (speed run) 10 bar 1000 kPa 145 psi

Neumáticos de bicicleta de montaña 4 bar 400 kPa 58 psi

Neumáticos de goma maciza - - -



ANCHO TOTAL (TW)

(campanatura 0°) SW +180 mm

(campanatura 3°) SW + 225 mm



PROFUNDIDAD TOTAL (TD)

83° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG)

93° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG) + 35mm

11.4 ETIQUETAS

Los símbolos que aparecen en la etiqueta son los que se ajustan a las normas.

SÍMBOLOS	SIGNIFICADO
	Número de catálogo
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Consulte la información del Manual del Usuario
SN	Número de serie
CE	Cumplimiento de las normas comunitarias
	Capacidad de carga nominal
	Atención
MD	MDR 2017/745 (UE)

12.DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Visite ariawheels.com para acceder a las declaraciones de conformidad

AVISO AL USUARIO:

**NOTIFICAR AL FABRICANTE Y A LA AUTORIDAD
COMPETENTE DEL ESTADO MIEMBRO DE RESIDENCIA
CUALQUIER INCIDENTE GRAVE QUE SE PRODUZCA EN
RELACIÓN CON EL PRODUCTO**

ANOTAR EN ESTA PÁGINA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS



FABRICANTE

Aria Wheels Srl

Sede | Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy
Fabricación | Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy
Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com

MANUEL D'UTILISATION

ARIA **1.0**

ARIA **2.0 AI**

ARIA **ULTRA**

ARIA **KID**

ARIA **Speciale**



www.ariawheels.com

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION

pg.4

- 1.1 Informations relatives au présent manuel d'utilisation
- 1.2 Explications des symboles
- 1.3 Garantie après-vente
- 1.4 Usage conforme aux buts prévus
- 1.5 Limitation de responsabilité
- 1.6 Durée de vie du fauteuil roulant

2. SÉCURITÉ

pg.6

- 2.1 Consignes de sécurité
- 2.2 Contre-indications
- 2.3 Equipement de sécurité

3. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

pg.7

- 3.1 Composants du fauteuil roulant et matériaux
- 3.2 Freins de stationnement
- 3.3 Dossiers
- 3.4 Poignées tierce personne
- 3.5 Protections latérales
- 3.6 Repose-pieds
- 3.7 Dispositif antibasculement
- 3.8 Barre d'axe centrale
- 3.9 Coussin d'assise
- 3.10 Angle de carrossage
- 3.11 Réglage d'assise

4. ACCESSOIRES

pg.15

5. MISE EN SERVICE

pg.16

- 5.1 Consignes de sécurité

6. DÉPLACEMENTS AVEC LE FAUTEUIL ROULANT

pg.16

- 6.1 Consignes de sécurité
- 6.2 Freinage pendant la marche
- 6.3 S'asseoir et se lever du fauteuil roulant
- 6.4 Marche en avant et changement de direction
- 6.5 Monter ou descendre les marches et les ressauts
- 6.6 Monter et descendre les escaliers
- 6.7 Monter et descendre les rampes et les terrains en pente
- 6.8 Stabilité et équilibre

7. TRANSPORT

pg.24

- 7.1 Consignes de sécurité
- 7.2 Fermeture et ouverture du fauteuil roulant
- 7.3 Montage et démontage des roues
- 7.4 Transport du fauteuil roulant occupé à l'intérieur d'un véhicule

8. ENTRETIEN

pg.30

- 8.1 Consignes de sécurité
- 8.2 Planification de l'entretien
- 8.3 Entretien
- 8.4 Désinfection

9. RÉSOLUTIONS DES PANNES

pg.34

- 9.1 Consignes de sécurité
- 9.2 Repérage et résolution des pannes

10. APRÈS L'USAGE

pg.36

- 10.1 Entretien courant
- 10.2 Recyclage

11. DONNÉES TECHNIQUES

pg.36

- 11.1 Poids et taille
- 11.2 Conditions environnementales
- 11.3 Pneus
- 11.4 Etiquettes

12. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

pg.38

1 INTRODUCTION

1.1 INFORMATIONS RELATIVES AU PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi le fauteuil roulant ARIA.

Le présent manuel contient des indications importantes pour l'usage de ce fauteuil roulant. Afin de pouvoir utiliser ce dernier et se déplacer en sécurité, nous vous prions de lire attentivement le manuel et d'observer les consignes de sécurité. En cas de problèmes de vue, il est possible de visualiser le présent Manuel d'usage comme fichier PDF sur Internet à l'adresse : www.ariawheels.fr ; l'agrandir sur l'écran selon la nécessité. Si l'on n'arrive pas à agrandir suffisamment les textes et les graphismes, contacter le distributeur ARIA présent sur le territoire national ; les adresses sont indiquées dans le site web. Si nécessaire, nous pouvons fournir un fichier PDF en haute résolution du présent manuel d'utilisation. En outre, il est possible d'obtenir la lecture du fichier à l'aide de logiciels adaptés (installés préalablement sur son propre ordinateur) qui utilisent des fonctions linguistiques spéciales.

1.2 EXPLICATIONS DES SYMBOLES

Symboles de ce manuel.

Tous les avertissements dans le présent manuel d'utilisation sont identifiés par des symboles. Chaque message est précédé par un symbole et un mot d'avertissement qui indiquent la nature du danger.

ATTENTION !

Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des graves lésions voir la mort.



ATTENTION !

AVERTISSEMENT !

Indique une situation de danger potentiel, qui peut causer des petites ou moyennes lésions, si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT !

IMPORTANT !

Indique une situation de danger potentiel, qui peut causer des dommages matériels, si elle n'est pas évitée.

Indique aussi recommandations et consignes utiles pour un usage efficient et sans inconvénients du fauteuil roulant.



IMPORTANT !

Ce produit est conforme à la directive (UE) 2017/745 relative aux produits médicaux. La date de lancement de ce produit est indiquée dans la déclaration de conformité CE.

Symboles sur le produit

Sur le produit est appliqué une étiquette identificatrice.

Les symboles affichés sur l'étiquette sont définis dans les détails dans la section 11.4 du présent manuel d'usage.

1.3 GARANTIE APRÈS VENTE

Aria Wheels Srl garantit l'absence de défauts et la fonctionnalité de ses propres fauteuils roulants. La garantie couvre les défauts de fabrication, d'emploi de matériels de mauvaise qualité, ou de l'usure inappropriée de ces derniers. Les droits de garantie chez Aria Wheels Srl, peuvent être faits valoir seulement par le revendeur et non par l'utilisateur du fauteuil roulant.

La garantie commerciale ne couvre pas : l'usure normale, dommages ou défauts dérivés directement ou indirectement d'accidents, de chutes, de chocs, d'usage inapproprié, d'entretien insuffisant, de montages incorrects, ou d'un défaut causé par démontages et réparations ou modifications effectuées par du personnel non autorisé. Les éléments assujettis à usure et les détails d'usure (bandages, revêtements assise et dossier...) ne sont pas couverts par la garantie. Cette dernière déchoit si on apporte des modifications non prévues ou effectuées avec des pièces de rechange inappropriées ou pas originelles. La garantie ne couvre pas les frais dérivés de l'élimination des défauts, tels que les frais d'envoi et de voyage, de main d'œuvre, etc... La garantie a une durée de 24 (vingt-quatre) mois à partir de la date de facturation.

Tous les composants qui ne sont pas fabriqués par Aria Wheels Srl, ont une garantie dérivée du producteur relatif. De plus, les termes et les conditions sont partie intégrante des conditions générales et des conditions spécifiques appliquées par chaque pays où le produit est commercialisé.

1.4 USAGE CONFORME AUX BUTS PRÉVUS

Le fauteuil roulant ARIA est propulsé manuellement et sert uniquement au déplacement de façon autonome, ou avec accompagnement, d'une personne différemment habile. Sans accompagnement il doit être utilisé seulement par des personnes physiquement et mentalement capables de le contrôler et de le conduire en toute sécurité (par exemple déplacement en avant, changement de direction, freinage). Le fauteuil roulant doit être utilisé exclusivement sur sols plans, terrains praticables si en plein air et à l'intérieur d'immeubles. Ce fauteuil roulant actif doit être approuvé et adapté aux conditions physiques spécifiques de l'utilisateur.



ATTENTION !

Chaque usage du fauteuil roulant non conforme aux buts prévus, ou de tout autre type, peut conduire à des situations dangereuses.

1.5 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Aria Wheels Srl décline toute responsabilité en cas de dommage lié à :

Un non respect du manuel d'utilisation; une utilisation incorrecte; l'usure normale; un assemblage ou montage incorrect par l'acheteur ou des tiers; des modifications techniques; des modifications non autorisées et/ou l'utilisation de pièces détachées inadaptées.

L'installation d'adaptations supplémentaires sur un fauteuil roulant ARIA nécessite l'autorisation écrite préalable de Aria Wheels Srl Dans le cas contraire, aucune réclamation ne sera acceptée.

1.6 DURÉE DE VIE DU FAUTEUIL ROULANT

La durée de vie prévue du produit est de quatre années, dans l'hypothèse d'un usage quotidien et à condition qu'il soit utilisé en conformité aux consignes de sécurité, d'entretien et d'usage prévu dans le présent manuel.

2. SÉCURITÉ

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Le présent chapitre contient des aspects importants pour la sécurité, aptes à protéger l'utilisateur du fauteuil roulant et son accompagnateur (quand il est présent) et donc à en garantir un usage sécurisé et sans inconvénients.



ATTENTION !

Danger d'accidents et lésions graves à l'utilisateur.
Il peut survenir des accidents avec des lésions graves si le fauteuil n'est pas bien réglé. Les réglages du fauteuil roulant doivent toujours être effectués par un revendeur spécialisé.



ATTENTION !

Danger causé par une conduite inappropriée.
En se déplaçant sur terrains mouillés, sur gravier et terrains accidentés, l'utilisateur court le risque de glisser. Adapter toujours la vitesse et la façon de conduire aux différentes situations (condition atmosphériques, terrain, capacités individuelles, etc...).



ATTENTION !

Danger de lésions à l'utilisateur. *En cas de collision l'utilisateur peut se blesser aux parties du corps qui dépassent du fauteuil roulant (par exemple pieds ou mains). Éviter toute collision en essayant d'abord d'actionner les freins. N'amener jamais le fauteuil roulant frontalement contre un objet. Parcourir avec précaution les passages étroits.*



ATTENTION !

Danger dû à une conduite inappropriée.
En se déplaçant à vitesse élevée l'utilisateur peut perdre le contrôle du fauteuil roulant et tomber. Ne jamais franchir la vitesse de 5 km/h. Éviter toute collision..



AVERTISSEMENT !

Danger de brûlures.
Les composants du fauteuil roulant peuvent se réchauffer si exposés aux fortes radiations solaires.

2.2 CONTRE-INDICATIONS

Aucune contre-indication n'a été trouvée, sauf en cas de sensibilité prouvée aux composants.



AVERTISSEMENT !

Risque de s'écraser les doigts. L'utilisateur court toujours le risque de s'écraser les doigts ou les bras entre les parties en mouvement du fauteuil roulant. En activant les mécanismes de pliage ou d'insertion des parties en mouvement, tels que l'axe extractible de la roue arrière, ou le dispositif antibasculement, s'assurer que rien ne puisse rester coincé.

2.3 ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



ATTENTION !


Danger d'accident !

Les équipements de sécurité (freins, dispositif antibasculement) réglés de façon inappropriée ou s'il ne sont plus fonctionnels, peuvent causer des accidents. Avant chaque usage du fauteuil roulant contrôler le bon fonctionnement des équipements de sécurité et les faire réviser régulièrement par un revendeur spécialisé.

Le fonctionnement des équipements de sécurité est décrit au chapitre 3. Structure et fonctionnement.

3. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

3.1 COMPOSANTS DU FAUTEUIL ROULANT ET MATERIAUX



- 1) Dossier
- 2) Protections latérales or accoudoirs
- 3) Assise
- 4) Frein de stationnement
- 5) Châssis
- 6) Repose-pieds
- 7) Poignées tierce personne
- 8) Roues principales
- 9) Dispositif antibasculement
- 10) Roues orientables



PARTIE	MATÉRIEL
Dossier	Corps du dossier: fibre de carbone ou aluminium Revêtement: tissu respirant et mousse de polyuréthane Supports de sangle: polyuréthane et tissu Bande: Tissue et Velcro
Protection latérale	Fibre de carbone ou ABS
Accoudoir	Structure des accoudoirs: aluminium Garde-boue intégré: fibre de carbone Rembourrage: polyuréthane (PU)
Châssis	Aria 2.0Al: alliage d'aluminium Aria 1.0: alliage d'aluminium ULTRA: alliage de magnésium SPECIALE: alliage de magnésium KID: alliage d'aluminium
Repose-pied	Alliage d'aluminium ou fibre de carbone
Assise	Structure: fibre de carbone ou rembourrage Coussin: non fourni

Brève description

Le fauteuil ARIA sont de type superléger à châssis rigide.

«L'équipement effectif du fauteuil roulant peut différer par rapport aux images contenues ici, car chaque fauteuil roulant est construit selon les mesures et les indications envoyées avec la commande».

3.2 FREINS DE STATIONNEMENT

Les freins de stationnement sont destinés au blocage du fauteuil roulant pour empêcher tout déplacement involontaire. Les types Push to Lock et Scissor Lock sont disponibles.



ATTENTION !

Risque de chute suit à freinage brusque!

Si pendant la marche l'utilisateur active les freins de stationnement, le fauteuil roulant peut se bloquer brusquement ou peut devenir incontrôlable. Dans les deux cas, cela peut avoir pour effet des collisions ou la chute de l'utilisateur. N'activer jamais les freins de stationnement pendant la marche.



ATTENTION !

Danger de chute !

Le fonctionnement des freins de stationnement est garanti seulement si les pneus ont une pression de gonflage suffisante.

FREINS À POUSSÉE

Figure 1
Installing the Push to Lock Wheel Lock





Figure 2
Optional Mounting of the Push to Lock Wheel Lock



FREINS À CISEAUX

Figure 1
Installing the Scissor Lock Wheel Lock





Figure 2
Optional Mounting of the Scissor Lock Wheel Lock



3.3 DOSSIERS

Revêtement du dossier



Les fauteuils roulants ARIA sont fournis en standard avec une housse de dossier rembourrée. La housse en tissu respirant est amovible et lavable.

Hauteur du dossier

Il est possible de régler la hauteur du dossier en ôtant le revêtement : dévisser les 4 vis et les resserrer à nouveau selon la hauteur souhaitée. Le réglage doit être effectué par un revendeur spécialisé.


Dossier à tension réglable

La tension des sangles du dossier peut être ajustée. Enlevez la tapisserie d'ameublement, tendez les bandes selon la posture désirée. Le réglage doit être effectué par un revendeur spécialisé.





Inclinaison du dossier

Il est possible de régler l'inclinaison du dossier : dévisser les 2 vis spéciales qui se trouvent sur l'étau, régler l'inclinaison comme souhaité et resserrer les vis. Le réglage doit être effectué par un revendeur spécialisé.




3.4 POIGNÉES TIERCE PERSONNE

Les fauteuils roulants ARIA peuvent être équipés d'une barre de poussée ou de poignées de poussée (qui font également office de porte-sac à dos). La hauteur de la barre et des poignées de poussée est réglable. Dévissez les vis, réglez-les à la hauteur souhaitée et revissez-les. Le réglage doit être effectué par votre revendeur spécialisé.




3.5 PROTECTIONS LATÉRALES

Selon la demande, le garde-boue peut être droit ou avec la courbe de recouvrement du pneu. Le modèle droit est également monté en combinaison avec les accoudoirs. Les deux modèles sont échangeables sauf que le modèle courbe ne peut pas être monté en combinaison avec les accoudoirs.




3.6 REPOSE-PIEDS

Il est possible de régler la hauteur du repose-pieds en dévissant les deux vis du cadre, en réglant la hauteur souhaitée et en les resserrant. Il est également possible, dans certains cas, de régler l'angle du repose-pieds en desserrant les vis situées sous le plateau en aluminium ou en fibre de carbone. Une fois que l'angle a été réglé comme souhaité, resserrez les vis. Les réglages doivent être effectués par votre revendeur spécialisé.



3.7 DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

Un dispositif anti-basculement empêche le fauteuil roulant de basculer vers l'arrière. L'appareil est adaptable à différents besoins. Il est fixé à l'axe de la roue arrière par un collier spécial. Il peut être positionné sur le côté droit ou gauche. Il existe différents types d'anti-basculateurs. Voir le manuel des pièces détachées sur le site web d'Aria.





ATTENTION !

Danger de chute !

Un dispositif antibascullement mal réglé ou qui ne marche plus, peut causer des chutes. Avant chaque usage du fauteuil roulant, en contrôler le fonctionnement. Si nécessaire, faire monter ou régler à nouveau le dispositif antibascullement par un revendeur spécialisé.




ATTENTION !

Danger de basculement !

Sur terrain disjoint ou mou, le dispositif antibascullement peut s'enfoncer dans les trous ou directement dans le terrain, en limitant ou en compromettant sa propre fonction de sécurité. Utiliser le dispositif antibascullement seulement sur des terrains plans et compacts.

3.8 BARRE D'AXE CENTRALE

Sur certains produits, il est possible de régler le centre de gravité en dévissant les quatre vis spéciales du cadre (deux de chaque côté), en réglant le centre de gravité souhaité et en les resserrant. Le réglage doit être effectué par votre revendeur spécialisé.



3.9 COUSSIN DE SIÈGE

Un coussin de siège correctement rembourré est nécessaire pour assurer une répartition optimale de la pression sur la surface du siège, qu'il soit en tissu ou en fibre de carbone solide.

Le coussin est fixé au siège et est empêché de glisser grâce à des bandes velcro sur le siège.

3.10 ANGLE DE CARROSSAGE

Le carrossage des roues est sélectionné au moment de la commande du fauteuil roulant ARIA. Il peut être modifié en remplaçant l'axe des roues. Le remplacement doit être effectué par le revendeur spécialisé.

3.11 RÉGLAGE D'ASSISE

Stabilité antibasculement



La position de l'assise, et donc la stabilité antibasculement du fauteuil roulant, peuvent être altérées. Le réglage doit être effectué par un revendeur spécialisé.

Hauteur d'assise avant

La hauteur avant de l'assise peut être réglée. Le réglage doit être effectué par un revendeur spécialisé.

Hauteur d'assise arrière

La hauteur arrière de l'assise peut être réglée de quelques centimètres. Le réglage doit être effectué par un revendeur spécialisé.




4. ACCESSOIRES

DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT ET LE LEVIER DE BASCULEMENT

Le levier d'inclinaison permet à un assistant d'incliner facilement le fauteuil roulant vers l'arrière pour faire un pas. Pour ce faire, tournez l'anti-basculé en utilisant votre pied (comme sur la photo de droite).



POIGNÉES TIERCE PERSONNE (QUI PEUVENT SERVIR AUSSI COMME PORTE SAC À DOS)



5. MISE EN SERVICE

5.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT !

Danger de lésions à l'utilisateur.

Avant de mettre en service le fauteuil roulant en vérifier l'état et s'assurer de son bon fonctionnement ; voir le Plan d'entretien, section 8.

Votre revendeur de confiance préparera le fauteuil roulant pour l'usage.

Le revendeur vous expliquera les fonctions principales et vérifiera avec vous que le fauteuil roulant correspond bien à vos demandes et exigences.

6. DÉPLACEMENTS AVEC LE FAUTEUIL ROULANT

6.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Danger d'accident !

Le comportement de marche du fauteuil roulant peut être fortement compromis si la pression des pneus n'est pas égale.

Contrôler la pression des pneus avant tout déplacement.



AVERTISSEMENT !

Danger d'écrasement!

La distance entre la roue arrière et la protection latérale pourrait être tellement réduite que l'utilisateur pourrait s'y écraser les doigts. L'utilisateur doit toujours s'assurer de déplacer le fauteuil roulant en agissant seulement sur les mains courantes.



AVERTISSEMENT !

Danger d'écrasement.

La distance entre la roue arrière et le frein de stationnement pourrait être tellement réduite que l'utilisateur pourrait s'y écraser les doigts. L'utilisateur doit toujours s'assurer de déplacer le fauteuil roulant en agissant seulement sur les mains courantes.

6.2 FREINAGE PENDANT LA MARCHÉ

Pendant la marche l'utilisateur peut freiner le fauteuil roulant en faisant pression, avec ses mains, sur les mains courantes.



ATTENTION !

Risque de chute suite à freinage brusque!

Si pendant la marche l'utilisateur active les freins de stationnement, le fauteuil roulant peut se bloquer brusquement, ou peut devenir incontrôlable. Dans les deux cas, cela peut avoir pour effet des collisions ou la chute de l'utilisateur. N'activer jamais les freins de stationnement pendant la marche.



ATTENTION !

Risque de chute du fauteuil roulant.

Si le fauteuil roulant est ralenti soudainement par une tierce personne qui tire les poignées tierce personne, l'utilisateur risque de tomber. Brancher toujours la ceinture pelvienne si présente. S'assurer que la tierce personne ait reçu une formation concernant la poussée des fauteuils roulants occupés.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlures de la peau.

Les mains courantes s'échauffent si l'utilisateur freine le fauteuil roulant pour un long moment ; l'utilisateur pourrait se brûler les paumes des mains. Nous recommandons de porter des gants adaptés.

Saisir les mains courantes en exerçant une pression homogène et cela jusqu'à l'arrêt complet du fauteuil.

6.3 TRANSFERTS DU FAUTEUIL ROULANT



ATTENTION !

Danger de chute !

Pendant les déplacements le danger de chute est élevé.

L'utilisateur doit s'asseoir et se lever du fauteuil roulant sans l'aide d'une tierce personne seulement s'il est physiquement en condition de le faire.



ATTENTION !

Danger de chute !

Le fauteuil roulant pourrait basculer en avant si l'utilisateur reste en appui sur le repose-pieds.

L'utilisateur ne doit jamais prendre appui sur le repose-pieds en s'asseyant ou en se levant du fauteuil roulant.



AVERTISSEMENT !

Si les freins se désactivent ou se cassent, le fauteuil roulant peut se déplacer de façon incontrôlée.

L'utilisateur ne doit pas prendre appui sur les freins en s'asseyant ou en se levant du fauteuil roulant.

1. Tirer les freins de stationnement.

2. Poser les pieds sur le sol.

3. Se tenir solidement au fauteuil roulant et, si nécessaire, même à un objet fixe le plus proche.

4. Se déplacer lentement vers le support souhaité.

6.4 MARCHE EN AVANT ET CHANGEMENT DE DIRECTION AVEC LE FAUTEUIL ROULANT

A l'aide des mains courantes il est possible de se déplacer en avant et de changer de direction.

Avant de se déplacer sans l'aide d'une tierce personne, il faut repérer le point de basculement du fauteuil roulant.



ATTENTION !

Danger de basculement ! Le fauteuil pourrait basculer en arrière, s'il n'est pas équipé du dispositif anti basculement. Pendant que l'utilisateur établit le point de basculement, une tierce personne doit se trouver directement derrière le fauteuil roulant, afin de pouvoir le saisir avant que celui-ci ne bascule. Pour empêcher le basculement, monter le dispositif anti basculement sur le fauteuil roulant.



ATTENTION !

Danger de basculement !

Le fauteuil roulant peut basculer en avant. En effectuant le réglage du fauteuil roulant, en contrôler le comportement en cas de basculement en avant ; adapter le style de conduite en conséquence.



AVERTISSEMENTS !

Danger de basculement !

Une charge lourde accrochée au dossier peut influencer sur l'axe central du fauteuil roulant. Eventuellement adapter le comportement de marche en fonction de la charge.

Etablir le point de basculement

1. Relâcher le frein.
2. Se déplacer brièvement en avant, maintenir arrêtées les deux mains courantes et puis se déplacer en arrière en se donnant une légère poussée.
3. Etablir le point de basculement en déplaçant son propre poids et en contrastant le mouvement des mains courantes.



6.5 MONTER ET DESCENDRE LES MARCHES ET LES RESSAUTS



ATTENTION !

Danger de chute !

En montant ou en descendant les marches, l'utilisateur pourrait perdre l'équilibre et se renverser avec le fauteuil roulant. L'utilisateur doit toujours se déplacer lentement et avec précaution en franchissant des marches et des ressauts. Ne pas franchir des marches d'une hauteur supérieure à 25 cm.




AVERTISSEMENT !

Un dispositif antibascullement activé empêche au fauteuil roulant de basculer en arrière. Désactiver le dispositif antibascullement avant de franchir des marches et des ressauts.

Descendre une marche avec une tierce personne

1. La tierce personne conduit le fauteuil roulant jusqu'au bord de la marche.
2. La tierce personne saisit solidement les poignées qui lui sont destinées, positionne un pied sur le dispositif anti basculement (s'il est monté et s'il est bien tourné vers le haut) et incline en arrière le fauteuil, de manière à décoller les roues avant du sol.
3. En maintenant le fauteuil roulant dans cette position, la tierce personne avance avec précaution jusqu'à ce que la marche soit franchie et que les roues arrière entrent en contact avec le sol.



Descendre une marche sans tierce personne



ATTENTION !

Danger de basculement !

Si en descendant une marche sans tierce personne l'utilisateur perd le contrôle du fauteuil roulant, il pourrait basculer en arrière. Dans un premier temps, l'utilisateur doit apprendre à descendre les marches à l'aide d'une tierce personne ; il doit d'abord apprendre à bien se balancer sur les roues arrière.

1. S'approcher de la marche, soulever les roues avant et, tout en se maintenant en équilibre, avancer prudemment jusqu'au bord de cette dernière.
2. Enchaîner le mouvement jusqu'à ce que le franchissement des roues arrière soit accompli. Effectuez cette manœuvre en saisissant solidement les mains courantes de manière à retenir le fauteuil durant sa chute ; relâcher l'effort sur les mains courantes une fois les roues avant en contact avec le sol.






ATTENTION !

Risque de blessures.

Le dossier du fauteuil roulant pourrait se rompre prématurément en cas de mauvaise manipulation de la part de la tierce personne. L'utilisateur pourrait tomber du fauteuil roulant. Pour soulever le fauteuil roulant, l'accompagnateur doit incliner les poignées tierce personne.

1. Tirer vers l'arrière le fauteuil roulant jusqu'au bord de la marche.
2. L'accompagnateur doit saisir solidement les poignées tierce personne et incliner le fauteuil roulant de façon telle que les roues arrière se soulèvent du sol ; puis l'accompagnateur doit tirer le fauteuil roulant jusqu'au complet franchissement de la marche et poser les roues arrière au sol.



6.6 MONTER ET DESCENDRE LES ESCALIERS



ATTENTION !

Danger de chute.

En montant ou en descendant les escaliers, l'utilisateur pourrait perdre l'équilibre et tomber avec le fauteuil roulant.

L'utilisateur doit toujours parcourir les escaliers à l'aide de 2 accompagnateurs.

1. Il est possible de franchir une rampe d'escalier en descendant ou en montant une marche après l'autre, comme décrit par l'image ci-dessous. Le premier accompagnateur se positionne derrière le fauteuil roulant en saisissant les poignées tierce personne ; le deuxième accompagnateur saisie une partie fixe du châssis avant, en contrôlant de ce fait la partie avant du fauteuil roulant.



6.7 MONTER ET DESCENDRE LES RAMPES ET LES TERRAINS EN PENTE



ATTENTION !

Danger dû à une conduite inappropriée !

En parcourant un terrain en pente ou en descente, le fauteuil roulant pourrait basculer en arrière, en avant ou latéralement. Ne jamais parcourir de longs trajets en côte sans l'aide d'une tierce personne. Eviter de se pencher latéralement. Eviter tout terrain présentant une inclinaison supérieure à 7°. Eviter tout changement brusque de direction sur les terrains en pente.




AVERTISSEMENT

Si l'utilisateur ne maintient pas le contrôle sur les mains courantes, le fauteuil roulant pourrait bouger involontairement même sur des terrains légèrement en pente. L'utilisateur doit toujours activer les freins de stationnement quand il se trouve sur des terrains en pente.

Montée

Pour monter une pente, l'utilisateur doit se propulser légèrement vers l'avant, tout en maintenant l'élan et en contrôlant la direction.


1. L'utilisateur doit pencher le buste en avant et faire avancer le fauteuil roulant en appliquant des poussées rapides et énergiques aux mains courantes.



Descente

En descendant une pente, l'utilisateur doit bien contrôler la direction de la marche et, surtout, sa vitesse.

1. L'utilisateur doit s'appuyer au dossier et faire glisser entre ses mains, avec précaution, les mains courantes. L'utilisateur doit toujours être en mesure d'arrêter le fauteuil roulant en bloquant les mains courantes.



ATTENTION !

Danger de brûlures !

Les mains courantes peuvent s'échauffer si l'utilisateur freine le fauteuil durant un long moment; l'utilisateur pourrait se brûler la paume des mains. Porter des gants spéciaux.

6.8 STABILITÉ ET ÉQUILIBRE

Certaines activités et mouvements pendant l'usage quotidien, peuvent nécessiter de se pencher du fauteuil roulant, en se pliant en avant, en arrière ou latéralement. Ces mouvements peuvent influencer remarquablement sur la stabilité du fauteuil roulant. Pour être certain de toujours maintenir l'équilibre, l'utilisateur doit se rappeler ce qui suit :

Se pencher en avant



ATTENTION !

Danger de chute du fauteuil roulant !

En se penchant en avant l'utilisateur pourrait tomber du fauteuil roulant.

Pour saisir des objets, l'utilisateur ne doit jamais se pencher trop en avant et il ne doit pas franchir les limites du plan d'assise avec son corps. L'utilisateur ne doit pas se pencher en avant en écartant ses jambes, afin de ramasser un objet au sol.

1. Aligner les roues avant vers l'avant (pour ce faire, déplacer le fauteuil roulant légèrement en avant, puis en arrière).
2. Activer les freins de stationnement.
3. Se pencher en avant en veillant à ne pas franchir les roues avant avec le buste.

Se pencher en arrière



ATTENTION !

Danger de chute du fauteuil roulant !

En se penchant en arrière l'utilisateur pourrait basculer avec le fauteuil roulant.

L'utilisateur ne doit pas se pencher pardessus le dossier du fauteuil roulant. Utiliser le dispositif anti basculement.

1. Aligner les roues avant vers l'avant (pour ce faire, déplacer le fauteuil roulant légèrement en avant, puis en arrière).
2. Ne pas activer les freins de stationnement.
3. Saisir seulement les objets à portée de main en prenant garde de ne pas modifier la stabilité d'assise.

7. TRANSPORT

7.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Danger de lésions si le fauteuil roulant n'est pas correctement fixé en mode sécurité.

En cas d'accident, freinage, etc..., l'utilisateur pourrait se blesser avec des pièces du fauteuil roulant qui ne sont pas fixées. Toujours extraire les roues arrière en cas de transport du fauteuil roulant. Fixer bien solidement tous les composants de ce dernier au véhicule de transport.





AVERTISSEMENT !

Une abrasion excessive du matériel pourrait compromettre la résistance des parties portantes. Ne jamais déplacer le fauteuil roulant avec les roues démontées sur une surface abrasive (par exemple en trainant le châssis sur le béton).

7.2 FERMETURE ET OUVERTURE DU FAUTEUIL ROULANT

Le dossier est incliné en tirant sur le cordon situé à l'arrière, puis en tirant le dossier vers l'avant et en l'abaissant sur le siège. Quelle que soit la géométrie du dossier, le concept de fonctionnement est le même sur tous les produits.



7.3 MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ROUES




ATTENTION !

Danger de lésions si le fauteuil roulant n'est pas correctement fixé en mode de sécurité. En cas d'accident, freinage, etc..., l'utilisateur pourrait se blesser avec des pièces du fauteuil roulant qui ne sont pas fixées. Toujours extraire les roues arrière en cas de transport du fauteuil roulant. Fixer bien solidement tous les composants de ce dernier au véhicule de transport.


Démontage des roues arrière

Appuyer sur l'axe pivot à extraction rapide et, dans le même temps, extraire la roue.




Démontage des roues pivotantes

Dévissez l'arbre d'essieu avec une clé Allen spéciale et retirez la roue.




Montage des roues arrière

Appuyer sur l'axe pivot à extraction rapide et, dans le même temps, positionner la roue jusqu'au blocage de cette dernière.



Assemblage de roues pivotantes

Suivez le processus de démontage au contraire en veillant à bien serrer l'axe de l'essieu.



7.4 TRANSPORT DU FAUTEUIL ROULANT OCCUPÉ À L'INTÉRIEUR D'UN VÉHICULE

Même si le fauteuil roulant ARIA est fixé correctement et les consignes suivantes sont respectées, en cas de collision ou freinage soudain, les passagers pourraient se blesser. Aria Wheels Srl recommande donc vivement de transférer l'utilisateur du fauteuil roulant sur un siège du véhicule et de brancher la ceinture de sécurité. Ne pas effectuer de modifications ou remplacements sur le fauteuil roulant (châssis ou autres pièces) sans le consentement écrit d'Aria Wheels Srl.



ATTENTION !

Risque de graves lésions ou de mort.

Pour utiliser le fauteuil roulant en tant que siège du véhicule, la hauteur du dossier doit être de 400 mm minimum.

Pour le transport du fauteuil roulant occupé à l'intérieur d'un véhicule, il faut installer sur ce dernier un système de sécurité.



ATTENTION !

S'il n'est pas possible de transférer l'utilisateur sur un siège du véhicule, le fauteuil roulant peut être utilisé en tant que siège du véhicule ; pour ce faire, il faut suivre impérativement les consignes suivantes :

- Le fauteuil roulant doit être fixé au véhicule avec un système de sécurité à quatre points pour fauteuils roulants.
- L'utilisateur doit porter un système de sécurité à trois points pour passagers, fixé au véhicule.
- L'utilisateur du fauteuil roulant doit avoir branché la ceinture de maintien de la posture.

Le système de sécurité à quatre points pour fauteuils roulants et le système de sécurité à trois points pour les passagers doivent être approuvés en conformité à la norme ISO -10542 - 2



ATTENTION !

Avant d'entreprendre un voyage, contacter la personne responsable du transport et vérifier avec elle la disponibilité de l'appareillage susdit. Dans le cas affirmatif, s'assurer que l'espace libre tout autour du fauteuil roulant et de son utilisateur soit suffisant, à fin d'éviter des collisions dangereuses : il ne faut pas que le fauteuil roulant et son utilisateur entrent en contact avec d'autres passagers, avec des pièces non rembourrées du véhicule, avec des accessoires du fauteuil roulant, ou avec les points d'ancrage du système de sécurité.



ATTENTION !

Vérifier que les points de fixation du fauteuil roulant ne soient pas abîmés et que les freins de stationnement soient parfaitement fonctionnants. Nous recommandons vivement d'utiliser des pneus anti-crevaisson pendant le transport, afin d'éviter des problèmes avec les freins, suite à l'éventuelle diminution de la pression des pneus.



ATTENTION !

Après un choc ou un freinage trop brusque, certains accessoires pourraient se détacher et causer des lésions ou des dommages. S'assurer que tous les composants et les accessoires extractibles soient retirés du fauteuil roulant et rangés de façon sûre dans le véhicule. Après un accident, une collision etc..., il est fondamentale de faire contrôler le fauteuil roulant par un spécialiste.



IMPORTANT !

Nous recommandons de fournir une formation sur l'usage correct d'un produit avec système de sécurité. Se référer au manuel d'usage fourni avec le système de sécurité.

Fixation d'un fauteuil roulant avec système de sécurité à 4 points.



ATTENTION !

*A l'intérieur du véhicule, le fauteuil roulant occupé par l'utilisateur doit être positionné dans le sens de la marche.
Activer les freins de stationnement.
Activer le dispositif anti basculement (si présent).*

Les points d'ancrage du fauteuil roulant où doivent être positionnées les sangles du système de sécurité, sont identifiables par les symboles représentant des mousquetons.

1. Au moyen des sangles arrière et avant du système de sécurité à quatre points, fixer le fauteuil roulant aux points d'arrimage installés sur le véhicule. Se référer au manuel d'utilisation fourni avec le susdit système de sécurité.

Position d'ancrage pour les sangles avant

1. Fixer les sangles avant sur les supports des roues.
2. Accrocher les sangles avant aux points d'arrimage, selon les consignes données par le fabricant du système de sécurité.
3. Relâcher les freins de stationnement, appliquer une tension sur les sangles avant, en tirant le fauteuil vers l'arrière.
4. Une fois la distance des sangles et leur tension correctement ajustées, activer à nouveau les freins de stationnement.

Positions d'ancrage pour les sangles et les mousquetons arrière

1. Fixer les sangles et les mousquetons arrière à l'axe en fibre de carbone, et cela au plus proche des roues.
2. Accrocher sangles et mousquetons arrière aux points d'arrimage selon les consignes données par le fabricant du système de sécurité.
3. Tendre les sangles.



IMPORTANT !

S'assurer que les mousquetons soient revêtus d'un matériel anti dérapant pour éviter qu'ils ne glissent latéralement sur l'axe et qu'ils n'endommagent pas le fauteuil .



IMPORTANT !

Vérifier que les points d'ancrage soient fixés à égale distance du fauteuil roulant, à l'avant comme à l'arrière, de manière symétrique. S'assurer que l'inclinaison des sangles présente, à l'avant comme à l'arrière, un angle d'ouverture compris entre 40° et 45°.

Réglage de la ceinture de maintien de la posture



ATTENTION !

La ceinture de maintien de la posture doit toujours être utilisée en complément et jamais comme remplacement d'un système de sécurité homologué pour passagers (ceinture à trois points).

1. Régler la ceinture de maintien de la posture de façon à l'adapter à l'usager du fauteuil roulant.



ATTENTION !

S'assurer que le système de sécurité à trois points pour passagers soit branché le plus étroitement possible, sans pourtant créer de la gêne à l'utilisateur et sans tordre la ceinture.

S'assurer que le susdit système de sécurité ne soit pas éloigné du corps de l'utilisateur par des éléments du fauteuil roulant, tels les accoudoirs, les roues etc...

S'assurer que le système de sécurité à trois points pour passagers aille depuis l'utilisateur jusqu'aux points d'ancrage sans l'interférence d'aucune autre partie du véhicule, du fauteuil roulant, des sièges ou des accessoires .

S'assurer que la ceinture sous-abdominale passe exactement sur le bassin de l'utilisateur et qu'elle ne puisse pas glisser vers le haut, vers la zone abdominale.

S'assurer que l'utilisateur soit en mesure d'accéder au bouton de libération sans besoin d'aide.



IMPORTANT !

Appliquer la partie du système de sécurité destinée à la zone pelvienne le long du bassin, de façon à ce que l'inclinaison de la ceinture s'insère dans la zone la plus appropriée : généralement entre 30° et 75° par rapport aux cuisses. Il faut privilégier, tant que possible, une inclinaison proche des 75° , mais il ne faut jamais franchir la limite de 75°.

8. ENTRETIEN

8.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Les matériaux sont soumis à une usure naturelle ; cela pourrait altérer des parties du fauteuil roulant.

Faire contrôler ce dernier par un revendeur spécialisé après une période d'arrêt prolongé ou, au minimum, une fois par an.

Votre revendeur Aria Wheels Srl sera heureux de vous assister dans la programmation d'entretiens réguliers.
Pour trouver le revendeur autorisé le plus proche, adressez-vous au contact Aria Wheels Srl que vous trouverez à la fin de ce manuel.

8.2 PLAN D'ENTRETIEN

Pour garantir la sécurité et la fiabilité nécessaires, effectuez régulièrement les travaux d'entretien suivants ou faites-les effectuer par votre concessionnaire.

	<i>Toutes les semaines</i>	<i>Tous les mois</i>	<i>Tous les ans</i>
<i>Contrôle de la pression de gonflage des pneus</i>	X		
<i>Contrôle de la bonne mise en place des roues arrière</i>	X		
<i>Contrôle et ajustements du dossier</i>	X		
<i>Contrôle de la ceinture du maintien de la posture</i>	X		
<i>Contrôle visuel</i>		X	
<i>Nettoyage des roues arrière</i>		X	
<i>Contrôle des jonctions à vis</i>		X	
<i>Contrôle des rayons</i>		X	
<i>Contrôle des freins de stationnement</i>		X	
<i>Contrôle du fauteuil roulant par un revendeur spécialisé</i>			X

Contrôle de la pression de gonflage des pneus

Mesurer la pression des pneus (voir pressions optimales au chapitre 11.3 Pneus).

1. Gonfler les pneus à la pression nécessaire.
2. Contrôler aussi le profil des pneus.
3. Si nécessaire changer les pneus.

Contrôle de la bonne mise en place des roues arrière

1. Tirer les roues arrière pour vérifier que leurs axes soient mis en place correctement. Il ne doit pas être possible d'extraire les roues.
2. Si les roues ne restent pas correctement en place, retirer d'éventuels dépôts de salissure et incrustations. Si le problème persiste, faire régler à nouveau les axes par un revendeur spécialisé.

Contrôle de l'ajustement du dossier

1. S'asseoir sur le fauteuil roulant et s'appuyer sur le dossier. Ce dernier doit être verrouillé correctement.
2. Saisir le cordon de libération à pleine main, en effectuant une rotation du poignet. Les pivots doivent pouvoir se déplacer librement sur les deux côtés. Dans le cas contraire, la jonction du dossier devra être réassemblée par un revendeur spécialisé.

Contrôle de la ceinture du maintien de la posture

1. Contrôler que la ceinture de maintien de la posture soit réglée correctement.



IMPORTANT !

***Si les ceintures de maintien de la posture sont desserrées, il faut les faire régler par un revendeur spécialisé.
Si les ceintures de maintien de la posture sont abîmées, il faut les faire remplacer par un revendeur spécialisé.***

Contrôle à vue

1. Contrôler si le fauteuil roulant présente des pièces desserrées, des crevasses ou d'autres défauts.
2. Si l'on repère des défauts, faire contrôler rapidement le fauteuil roulant par un revendeur spécialisé.

Nettoyage des roues avant

1. Contrôler si les roues avant peuvent tourner librement.
2. Retirer les salissures et d'éventuels cheveux des axes et des roulements des roues avant.

Contrôle de la fixation des vis

Les vis peuvent se desserrer par l'usage fréquent du fauteuil roulant.

1. Contrôler si les vis sont serrées correctement (repose-pieds, revêtement de l'assise, protections latérales, dossier, châssis...).
2. Serrer les éventuels boulons desserrés avec un outil approprié.



IMPORTANT!

Les écrous autobloquants et les vis de sécurité perdent leurs efficacité après avoir été desserrés et serrés plusieurs fois ; il faut les faire remplacer par un revendeur spécialisé.

Contrôle de la tension des rayons

Les rayons ne doivent pas être détendus ou déformés.

1. Faire régler la tension des rayons détendus par un revendeur spécialisé.
- Faire remplacer les rayons cassés par un revendeur spécialisé..

Contrôle des freins de stationnement

1. Contrôler que les freins soient en place correctement. Si les freins sont tirés et leurs patins pénètrent de quelques millimètres dans les pneus, alors ça signifie qu'ils sont réglés correctement.
2. Si les freins ne sont pas réglés correctement, les faire régler à nouveau par un revendeur spécialisé.



IMPORTANT!

Après avoir modifié le centre de gravité des roues arrière, ou après avoir fait remplacer ces dernières, il est nécessaire de régler à nouveau les freins de stationnement.



IMPORTANT!

Suite à une forte collision ou un choc, le fauteuil roulant peut subir des dégâts qui ne sont pas visibles à l'œil nu ; il est donc essentiel de le faire contrôler par un spécialiste.

Réparation ou remplacement de la chambre à air, de pneu, du bandage.

Pour le bandage suivre les points : 1, 3, 8.

Pour le pneu et la chambre à air suivre l'ensemble de la procédure.

1. Démonter la roue arrière et vider la chambre à air.
2. Soulever le talon du pneu, ou du bandage, à l'aide d'un jeu de démonte pneu ; ne pas utiliser un objet pointu, par exemple un tourne vis, afin de ne pas abîmer la chambre à air.
3. Extraire la chambre à air du pneu.
4. Réparer la chambre à air avec un kit de réparation pour vélos ou, si nécessaire, la remplacer.
5. Gonfler légèrement la chambre à air jusqu'à ce qu'elle prenne une forme arrondie.
6. Introduire la valve dans le trou spécial présent dans le cercle ; puis insérer la chambre à air dans le pneu (la chambre à air devrait s'adapter à la circonférence du pneu sans former des pliures).
7. Soulever le talon du pneu, ou du bandage, sur le bord de la jante. Partir de la zone autour de la valve puis, à l'aide du jeu de démonte pneu, réinsérer les flancs du pneu ou du bandage dans la jante. Contrôler tout le long de la circonférence que la chambre à air ne soit pas coincée entre le pneu et la jante.
8. Gonfler le pneu à sa pression maximale. S'assurer qu'il n'y ait pas de fuites d'air.

8.3 ENTRETIEN

Votre fauteuil roulant vous accompagnera durant plusieurs années, si vous en prenez soin régulièrement.



IMPORTANT !

Le sable et l'eau de la mer peuvent abîmer les roulements à billes et les parties en acier peuvent s'oxyder si leur surface est abîmée. Exposer le fauteuil roulant au sable et à l'eau de la mer seulement pour des courtes périodes et le nettoyer après avoir été à la plage.



IMPORTANT!

Ne pas utiliser de substances abrasives, produits nettoyants agressifs et nettoyeurs à haute pression.

1. Nettoyer les parties rembourrées et les parties en métal avec un chiffon mou humidifié.
2. Sécher soigneusement le fauteuil roulant après une marche sous la pluie ou après une douche.
3. Si le fauteuil roulant est très sale, humidifiez la zone à traiter et retirer les salissures le plus tôt possible. Puis sécher soigneusement le fauteuil roulant.

8.4 DÉSINFECTION

Lisez attentivement la concentration et les temps d'exposition du fabricant du désinfectant. Le produit convient à la désinfection par pulvérisation et détergent avec les désinfectants domestiques ordinaires. Toutes les surfaces doivent être nettoyées avec un chiffon propre imbibé de désinfectant. Appliquez le désinfectant uniformément. Ne pas rincer et laisser le produit sécher à l'air. Ensuite, le produit doit être vérifié pour le nettoyage et les dommages.



IMPORTANT !

Pour avoir une liste des produits désinfectants homologués, s'adresser au revendeur de confiance.

9. RESOLUTIONS DES PANNES

9.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'usage quotidien, des nouveaux réglages ou des changements de forces auxquels est soumis le fauteuil roulant, peuvent causer des dommages



AVERTISSEMENT !

En cas d'identification d'une anomalie sur le fauteuil roulant, par exemple un changement excessif de son comportement durant son usage, s'adresser immédiatement à un revendeur spécialisé.



IMPORTANT!

Certaines interventions parmi celles indiquées ci-dessous, doivent être effectuées par un revendeur autorisé ; ces interventions ont été opportunément indiquées. Nous conseillons de faire effectuer tout réglage par un revendeur spécialisé.

9.2 IDENTIFICATION ET DEPANNAGE

Le fauteuil roulant n'avance pas en ligne droite	La pression de gonflage des pneus arrière n'est pas correcte	Corriger la pression de gonflage des pneus > 11.3 Pneus
	Un ou plusieurs rayons sont cassés	Remplacer les rayons cassés > Revendeur spécialisé
	La tension des rayons est différente	Faire régler la tension des rayons desserrés > Revendeur spécialisé
	Les roulements à bille des roues avant sont sales ou abîmés	Nettoyer ou remplacer les roulements à billes > Revendeur spécialisé
Le fauteuil roulant bascule facilement en arrière	Les roues arrière sont montées trop en avant	Régler la barre d'axe centrale > Revendeur spécialisé
	L'inclinaison du dossier est excessive	Réduire l'inclinaison du dossier > Revendeur spécialisé
Les freins ne marchent pas correctement ou marchent de manière asymétrique	La pression de gonflage des pneus des roues arrière n'est pas correcte	Corriger la pression de gonflage des pneus > 11.3 Pneus
	Le réglage des freins n'est pas correct	Corriger le réglage des freins > Revendeur spécialisé
La résistance aux déplacements est très élevée	La pression de gonflage des pneus des roues arrière est insuffisante	Corriger la pression de gonflage des pneus > 11.3 Pneus
	Les roues arrière ne sont pas parallèles	Vérifier que les roues arrière soient parallèles > Revendeur spécialisé
Les roues avant font une embardée quand la vitesse de marche est élevée	Maintien insuffisant des roues et/ou des fourches sur leurs axes	Resserrer les boulons des axes de support des fourches et des roues > Revendeur spécialisé
	Les roues arrière sont lisses	Remplacer les roues avant > Revendeur spécialisé
Les roues arrière tournent avec difficulté ou sont bloquées	Les roulements à billes sont sales ou défectueux	Nettoyer ou remplacer les roulements à billes > Revendeur spécialisé

10. APRÈS L'USAGE

10.1 ENTRETIEN COURANT

Après chaque usage, il est nécessaire de suivre les opérations suivantes :

- Nettoyage et désinfection selon les consignes indiquées dans le présent manuel, au chapitre 8.3 Soin, et dans le chapitre 8.4 Désinfection.
- Inspection selon les consignes indiquées dans le chapitre 8.2 Plan d'entretien.
- Adaptation à l'usager selon ce qui est reporté dans la documentation d'Assistance technique disponible près d'Aria Wheels Srl.

10.2 RECYCLAGE

Protéger l'environnement en veillant au démantèlement approprié du fauteuil roulant, dans l'observation des normes de lois nationales et locales. Pour le démantèlement correct, s'adresser à un revendeur spécialisé ou à l'administration de la Mairie à fin de recevoir l'adresse d'un centre de démantèlement local.

11. DONNÉES TECHNIQUES

11.1 POIDS ET TAILLES

Toutes spécifications de poids et de taille se réfèrent à une largeur d'assise et à sa profondeur dans les configurations possibles du fauteuil roulant. La taille et le poids peuvent varier selon les différentes configurations.

Largeur d'assise:	240 à 460 mm, ordinaire à intervalles de 20 mm
Profondeur d'assise:	280 à 460 mm, ordinaire à intervalles de 20 mm
Longueur du siège au footboard:	120 à 180 mm, ordinaire à intervalles de 20 mm
Hauteur du dossier:	240 à 420 mm, réglables à intervalles de 15 mm
Longueur du talon au genou:	300 à 440 mm, réglables à intervalles de 10 mm
Hauteur de l'assise avant:	450 à 520 mm, réglables à intervalles de 10 mm
Hauteur de l'assise arrière:	360 à 430 mm, réglables à intervalles de 10 mm
Centre de gravité:	100 à 150 mm, réglables à intervalles de 10 mm
Angle d'inclinaison du dossier:	85° à 95° par rapport au sol
Angle de carrossage:	0° à 3°
Angle de châssis:	83° ou 93° disponibles uniquement pour certains modèles
Poids du fauteuil roulant SW440: (dossier inclus)	environ 9.5 Kg* pour ARIA 1.0 environ 10.7 Kg* pour ARIA 2.0 environ 8.1 Kg* pour ARIA ULTRA environ 7.1 Kg* pour ARIA SPECIALE environ 7.5 Kg* pour ARIA KID
Poids du fauteuil roulant SW440 pendant le transport: (dossier inclus)	environ 5.5 Kg* pour ARIA 1.0 environ 7.5 Kg* pour ARIA 2.0 environ 4.9 Kg* pour ARIA ULTRA environ 3.9 Kg* pour ARIA SPECIALE environ 4.5 Kg* pour ARIA KID
Charge maximale:	120 Kg pour ARIA 1.0 et pour ARIA 2.0 100 Kg pour ULTRA et SPECIALE 75 Kg pour KID

Le poids dépend des configurations possibles. Certaines dimensions peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles de fauteuil roulant. Voir les formulaires de commande de produits pour les spécifications.

11.2 CONDITIONS AMBIENTALES

Ne pas exposer le fauteuil roulant à des températures inférieures à -20 °C et supérieures à 40 °C.

11.3 PNEUS

La pression optimale dépend du type de pneu.

Pression maximale des pneus :

Pneus à facilité élevée de mouvement 7 bar 700 kPa 101 psi

Pneus profilés (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi

Pneus type slik (speed run) 10 bar 1000 kPa 145 psi

Pneus type mountain bike 4 bar 400 kPa 58 psi

Pneus pleins (bandage) – Non applicable



LARGEUR TOTALE (TW)
(carrossage 0°) SW +180 mm
(carrossage 3°) SW + 225 mm



PROFONDEUR TOTALE (TD)
83° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG)
93° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG) + 35mm

11.4 ETIQUETTES

Les symboles affichés sur l'étiquette sont ceux conformes aux normes UNI EN ISO 15223-1 / UNI CEI EN 1041

SYMBOLES	SIGNIFICATION
	Numéro de catalogue
	Fabricant
	Date de fabrication
	Consulter les informations pour l'usage Manuel d'utilisation
SN	Numéro de série
CE	Conformité aux normes communautaires européennes
	Charge maximale
	Attention
MD	MDR 2017/745 (UE)

12. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Visitez ariawheels.com pour accéder aux déclarations de conformité

AVIS POUR L'UTILISATEUR:

**SIGNALER TOUT INCIDENT GRAVE SURVENU EN RAPPORT AVEC
L'APPAREIL AU FABRICANT ET À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DE
L'ÉTAT MEMBRE DE RÉSIDENCE**

NOTER SUR CETTE PAGE LES TRAVAUX D'ENTRETIEN EFFECTUÉS



FABRICANT

Aria Wheels Srl

Registered Office | Sede Legale Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy
Production Department | Sede Produttiva Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy
Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com

BENUTZERHANDBUCH

ARIA **1.0**

ARIA **2.0 AI**

ARIA **ULTRA**

ARIA **KID**

ARIA **Speciale**



www.ariawheels.com

INHALT

1 EINFÜHRUNG/GRUNDLEGENDES	s.4
1.1 Informationen zum vorliegenden Benutzerhandbuch	
1.2 Erklärung der Symbole	
1.3 Garantie	
1.4 Verwendungszweck	
1.5 Haftungsbeschränkung	
1.6 Nutzungsdauer der Rollstühle	
2 SICHERHEIT	s.6
2.1 Sicherheitsinformationen	
2.2 Gegenanzeigen	
2.3 Sicherheitsausrüstung	
3 AUFBAU UND BEDIENUNG	s.7
3.1 Bestandteile des Rollstuhls und Materialien	
3.2 Feststellbremsen	
3.3 Rückenlehnen	
3.4 Schiebegriffe	
3.5 Kleiderschutz	
3.6 Fußstütze	
3.7 Kippenschutz	
3.8 Schwerpunkt	
3.9 Gepolstertes Sitzkissen	
3.10 Sturz	
3.11 Sitz-Balance	
4 ZUBEHÖR	s.15
5 INBETRIEBNAHME	s.16
5.1 Sicherheitshinweise	
6 BEWEGEN MIT DEM ROLLSTUHL	s.16
6.1 Sicherheitshinweise	
6.2 Bremsen während der Bewegung	
6.3 Transfer in und aus dem Rollstuhl	
6.4 Vorwärtsfahren und Richtungswechsel mit dem Rollstuhl	
6.5 Stufen und Hindernisse überwinden	
6.6 Überwinden von Treppen (auf und ab)	
6.7 Rampen und schräge Flächen befahren	
6.8 Stabilität und Gleichgewicht	
7 TRANSPORT	s.24
7.1 Sicherheitshinweise	
7.2 Ein- und Aufklappen der Rückenlehne (Schließen und Öffnen des Rollstuhls)	
7.3 Montage und Demontage der Räder	
7.4 Transport in einem Fahrzeug (Rollstuhl mit Nutzer)	
8 WARTUNG	s.30
8.1 Sicherheitshinweise	
8.2 Wartungsplan	
8.3 Pflege	
8.4 Desinfektion	
9 FEHLERBEHEBUNG	s.34
9.1 Sicherheitshinweise	
9.2 Probleme erkennen und beheben	
10 NACH GEBRAUCH	s.36
10.1 Wiedereinsatz	
10.2 Entsorgung	
11 TECHNISCHE DATEN	s.36
11.1 Gewicht und Abmessungen	
11.2 Umweltbedingungen	
11.3 Reifen	
11.4 Etiketten	
12 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	s.38

1 EINFÜHRUNG/GRUNDLEGENDES

1.1 INFORMATIONEN ZUM VORLIEGENDEN BENUTZERHANDBUCH

Danke, dass Du Dich für einen ARIA-Rollstuhl entschieden hast.

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Hinweise zur Verwendung des Rollstuhls. Um den Rollstuhl benutzen und sicher bewegen zu können, bitten wir Dich, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und die Sicherheitshinweise zu beachten.

Bei Sehstörungen kannst Du dieses Benutzerhandbuch im Internet unter www.ariawheels.de anzeigen lassen und je nach Bedarf auf dem Bildschirm vergrößern. Wenn Du die Texte und Grafiken nicht ausreichend vergrößern kannst, dann wende Dich bitte an Deinen offiziellen ARIA-Händler oder den ARIA-Vertrieb in Deinem Land. Bei Bedarf stellen wir Dir ein hochauflösendes PDF zur Verfügung. Darüber hinaus ist es möglich, die PDF-Datei mit einer geeigneten Software zu lesen, die spezielle Sprachfunktionen verwendet, die auf Deinem Computer installiert sind..

1.2 ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

Symbole, die in diesem Handbuch verwendet werden.

Alle Anweisungen in diesem Handbuch sind mit Symbolen gekennzeichnet. Vor den einzelnen Meldungen befinden sich Symbole und Wörter, die auf die Schwere der Gefahr hinweisen.

WARNUNG !

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG !

ACHTUNG! !

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu kleinen bis mittleren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden werden.



ACHTUNG/VORSICHT !

WICHTIG !

Weist auf eine mögliche Gefahr hin, die zu Sachschäden führen kann. Weist auf Tipps und nützliche Empfehlungen für eine effiziente und unkomplizierte Nutzung des Rollstuhls hin.



WICHTIG !

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie (UE) 2017/745 für medizinische Produkte. Das Startdatum dieses Produkts ist in der CE-Konformitätserklärung angegeben.

Symbole auf dem Produkt

Ein Produktetikett wird auf dem Produkt angebracht.

Die Symbole auf dem Etikett sind in Abschnitt 11.4 in diesem Benutzerhandbuch definiert.

1.3 GARANTIE

Aria Wheels Srl garantiert die Fehlerfreiheit und Funktionalität der Rollstühle. Die Garantie deckt Mängel ab, die sich aus der Herstellung, der Verwendung von Materialien schlechter Qualität oder deren unsachgemäßen Gebrauch ergeben. Die Gewährleistungsrechte gegenüber Aria Wheels Srl können nur vom Verkäufer und nicht vom Nutzer des Rollstuhls ausgeübt werden. Die kommerzielle Garantie umfasst nicht den normalen Verschleiß, Schäden oder Fehler, die direkt oder indirekt durch Unfälle, Stürze, Kollisionen, nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unzureichende Wartung und durch, von nicht autorisiertem Personal, vorgenommene Änderungen entstehen. Die Verschleiß- und Verbrauchsteile (Reifen, Sitzflächen/Sitzkissen und Rückenlehne ...) unterliegen nicht der Gewährleistung. Die Garantie entfällt, wenn unerwartet Änderungen am Rollstuhl vorgenommen werden. Bei nicht genehmigten Änderungen umfasst die Garantie nicht die Kosten, die durch die Beseitigung des Mangels entstehen, wie z.B. Versandkosten, Lohnkosten usw. Die Garantie beträgt 24 (vierundzwanzig) Monate ab Rechnungs-/Lieferdatum. Alle Komponenten, die nicht von Aria Wheels Srl hergestellt werden, unterliegen den Garantieregelungen der jeweiligen Hersteller. Darüber hinaus sind die Geschäftsbedingungen ein wesentlicher Bestandteil der allgemeinen und besonderen Bedingungen für die einzelnen Länder, in denen das Produkt vermarktet wird.

1.4 VERWENDUNGSZWECK

Ein ARIA-Rollstuhl soll manuell betrieben werden und dient ausschließlich der Mobilität einer in der Bewegung eingeschränkten Person, entweder autonom oder durch einen Helfer. Ohne Helfer sollte das Produkt nur von Personen genutzt werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, einen Rollstuhl sicher zu steuern und zu fahren (z.B. Vorwärtsfahren, Richtungswechsel und Bremsen). Der Rollstuhl sollte ausschließlich auf ebenen Flächen, begehbarem Rasen und in Innenräumen genutzt werden. Dieser Aktivrollstuhl muss genehmigt werden und zu den spezifischen körperlichen Bedingungen des Benutzers passen.



WARNUNG!

Jede Verwendung, die nicht den erwarteten Zwecken oder einer anderen Art entspricht, kann zu gefährlichen Situationen führen.

1.5 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Aria Wheels Srl Srl übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus folgenden Gegebenheiten entstehen: Nichteinhaltung der Anweisungen und Informationen des Benutzerhandbuchs; Falsche Verwendung; Natürliche Abnutzung; Falsche Montage oder Zusammenstellung durch den Käufer oder einen Dritten; Technische Modifikationen; Eigenmächtige Modifikationen und/oder Verwendung ungeeigneter Ersatzteile. Eine schriftliche Genehmigung von Aria Wheels Srl Srl muss vor der Installation zusätzlicher Anpassungen oder Änderungen erworben werden. Ansonsten können keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

1.6 NUTZUNGSDAUER DER ROLLSTÜHLE

Die erwartete Lebensdauer des Produkts beträgt vier Jahre. Es wird davon ausgegangen, dass die tägliche Nutzung unter den Bedingungen erfolgt, die den Sicherheits-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch entsprechen.

2. SICHERHEIT

2.1 SICHERHEITSINFORMATIONEN

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsaspekte, die darauf abzielen, den Benutzer des Rollstuhls und seinen Helfer (sofern vorhanden) zu schützen und eine sichere und bequeme Benutzung des Rollstuhl zu gewährleisten.



WARNUNG!

Unfallgefahr und schwere Verletzungen des Nutzers!
Wenn der Rollstuhl nicht richtig eingestellt ist, kann dies zu Unfällen mit schweren Verletzungen führen.
Die Einstellungen am Rollstuhl sollten immer von einem spezialisierten Fachhändler vorgenommen werden.



WARNUNG!

Gefahr durch unangemessenes und unzureichendes Fahrverhalten!
Das Bewegen auf nasser Fahrbahn, Kies und unebenem Boden kann zum Rutschen führen.
Passe die Geschwindigkeit und die Fahrweise immer an die vorherrschende Situation (Witterungsbedingungen, Oberfläche, individuelle Fähigkeiten usw.) an.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr für den Nutzer!
Im Falle einer Kollision können Verletzungen an Körperregionen entstehen, die aus dem Rollstuhl herausragen (wie Füße oder Hände). Vermeide alle Kollisionen ohne Einsatz der Feststellbremsen. Fahre niemals mit dem Rollstuhl in einen Gegenstand. Fahre vorsichtig durch enge Passagen.



WARNUNG!

Gefahr durch übermütiges Fahren!
Bei hohen Geschwindigkeiten kannst Du die Kontrolle über Deinen Rollstuhl verlieren und stürzen. Fahre nicht schneller als 5 km/h. Vermeide jede Art von Zusammenstoß.



ACHTUNG!

Verbrennungsgefahr!
Die Komponenten des Rollstuhls können sich bei starker Sonneneinstrahlung erwärmen.

2.2 GEGENANZEIGEN

Es wurden keine Kontraindikationen gefunden, außer in Fällen von nachgewiesener Empfindlichkeit gegenüber den Komponentenmaterialien.



ACHTUNG!

Quetschgefahr der Finger!

Bei beweglichen Teilen des Rollstuhls besteht immer die Gefahr, dass Finger oder Arme gequetscht werden können. Achte darauf, dass nichts eingeklemmt werden kann, wenn Du den Klappmechanismus aktivierst oder bewegliche Teile, z.B. Steckachse, Kippschutz usw., einsetzt.

2.3 SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



WARNUNG!


Unfallgefahr!

Sicherheitselemente (Bremsen, Kippschutz) können zu Unfällen führen, wenn sie falsch eingestellt werden oder nicht funktionieren. Überprüfe vor jeder Benutzung des Rollstuhl die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsausrüstung und lasse diese regelmäßig von einem spezialisierten Fachhändler überprüfen.

Die Bedienung der Sicherheitsausrüstung wird in Kapitel 3 Aufbau und Bedienung beschrieben.

3 AUFBAU UND BETRIEB

3.1 Bestandteile des Rollstuhls und Materialien



- 1) Rückenlehne
- 2) Kleiderschutz / Armauflage
- 3) Sitz
- 4) Feststellbremse
- 5) Rahmen
- 6) Fußstütze
- 7) Schiebegriffe (auf der Rückenlehnenrückseite)
- 8) Laufrad
- 9) Kippschutz
- 10) Einstellbare Lenkrollen



TEIL	MATERIAL
"Postural" Rückenlehne mit Bezug	Rückenlehnenkörper: Kohlefaser oder Aluminium Bezug: atmungsaktives Gewebe und Polyurethanschaum Bandhalterungen: Polyurethan und Stoff Band: Stoff und Klettverschluss
Kleiderschutz	Kohlefaser oder ABS
Armauflage	Armlehnenstruktur: Aluminium Integrierter Kleiderschutz: Kohlefaser Polsterung: Polyurethan (PU)
Rahmen	Aria 2.0Al: Aluminiumlegierung Aria 1.0: Aluminiumlegierung ULTRA: Magnesiumlegierung SPECIALE: Magnesiumlegierung KID: Aluminiumlegierung
Fußstütze	Aluminiumlegierung oder Magnesiumlegierung
Sitz	Struktur: Kohlefaser oder Stoff Kissen: nicht zur Verfügung gestellt

Kurzbeschreibung

Die Aria Wheels Srl Rollstühle sind Leichtgewichts-Starrahmenrollstühle.

"Die tatsächliche Ausstattung kann von den Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch abweichen, da jeder Rollstuhl gemäß den Angaben im Bestellformular gefertigt wird."

3.2 FESTSTELLBREMSEN

Die Feststellbremsen verhindern das versehentliche Bewegen des Rollstuhls im Stillstand.
Erhältlich sind die Typen Push to Lock und Scissor Lock.



WARNUNG!

Sturzgefahr nach einem plötzlichen Stopp!

Wenn Du während der Fahrt die Feststellbremsen verwendest, ist es nicht mehr möglich die Fahrtrichtung zu bestimmen und die Räder des Rollstuhls können blockieren. Dadurch können Zusammenstöße verursacht werden oder Du kannst aus Deinem Rollstuhl fallen. Betätige niemals während der Fahrt die Feststellbremsen!





WARNUNG!

Sturz- und Fehlfunktionsgefahr



Die Funktionsweise der Feststellbremse ist nur bei ausreichendem/richtigen Reifendruck gegeben.

Überprüfe den Reifendruck s. Abschnitt 11.3 Reifen

PUSH-TO-LOCK Bremse



SCHEREN-Bremse



3.3 RÜCKENLEHNE

Rückenlehnenbezug


Die ARIA-Rollstühle werden standardmäßig mit einem gepolsterten Rückenlehnenbezug geliefert. Der atmungsaktive Stoffbezug ist abnehmbar und waschbar.

Höhe der "Postural" Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann eingestellt werden. Entferne die Polsterung und löse die vier Schrauben. Positioniere die Rückenlehne in der gewünschte Höhe und befestige die Rückenlehne wieder mit den zuvor gelösten Schrauben. Die Einstellung muss zusammen mit einem spezialisierten Fachhändler erfolgen..


Spannbare Rückenlehne

Die Spannung der Rückenlehnengurte kann eingestellt werden. Entferne die Polsterung und spanne die Bänder entsprechend der gewünschten Haltung. Die Anpassung muss zusammen mit einem spezialisierten Fachhändler erfolgen.





Neigung der Rückenlehne

Die Neigung der Rückenlehne (Postural Rücken) kann eingestellt werden. Löse die beiden Schraube der Klemme, stelle den gewünschten Neigungswinkel ein und drehe die Schrauben wieder fest. Die Einstellung muss zusammen mit einem spezialisierten Fachhändler erfolgen.




3.4 SCHIEBEGRIFFE

ARIA-Rollstühle können mit einem Schiebebügel oder Schiebegriffen (die auch als Rucksackträger dienen) ausgestattet werden. Der Bügel und die Schiebegriffe können in der Höhe verstellt werden. Lösen Sie die Schrauben, stellen Sie sie auf die gewünschte Höhe ein und schrauben Sie sie wieder ein. Die Einstellung muss von Ihrem Fachhändler durchgeführt werden.




3.5 KLEIDERSCHUTZ

Je nach Anforderung kann der Schutzblech gerade oder mit der Reifendeckungskurve sein. Das gerade Modell wird auch in Kombination mit den Armlehnen montiert. Beide Modelle sind austauschbar mit der Ausnahme, dass das Kurvenmodell nicht in Kombination mit den Armlehnen montiert werden kann.




3.6 FUSSSTÜTZE

Sie können die Höhe der Fußstütze einstellen, indem Sie die beiden Schrauben am Rahmen lösen, die gewünschte Höhe einstellen und wieder festziehen. In einigen Fällen ist es auch möglich, den Winkel der Fußstütze zu verstellen, indem die Schrauben unter der Aluminium- oder Kohlefaserplatte gelöst werden. Wenn der Winkel wie gewünscht eingestellt ist, ziehen Sie die Schrauben wieder an. Die Einstellungen müssen von Ihrem Fachhändler vorgenommen werden.



3.7 KIPPSCHUTZ

Eine Kippsicherung verhindert, dass der Rollstuhl nach hinten kippt. Das Gerät ist an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar. Er wird mit einer speziellen Schelle an der Hinterradachse befestigt. Sie kann auf der rechten oder linken Seite angebracht werden. Es gibt verschiedene Arten von Kippschutz. Siehe das Ersatzteihandbuch auf der Aria-Website.





WARNUNG!

Sturzgefahr!

Ein falsch eingestellter oder nicht funktionierender Kippschutz kann zu Stürzen führen. Kontrolliere vor jeder Fahrt die Kippschutzvorrichtung und lasse sie gegebenenfalls von einem spezialisierten Fachhändler anbringen und einstellen..




WARNUNG!

Kippgefahr!

Bei unebenem und weichem Untergrund kann der Kippschutz in Löcher oder in den Boden einsinken. Dadurch wird die vorgesehene Sicherheitsfunktion eingeschränkt oder verhindert. Verwende den Kippschutz nur, wenn Du auf ebenem und festem Untergrund fährst.

3.8 SCHWERPUNKT

Bei einigen Produkten ist es möglich, den Schwerpunkt einzustellen, indem Sie die vier Spezialschrauben am Rahmen (zwei auf jeder Seite) lösen, den gewünschten Schwerpunkt einstellen und wieder anziehen. Die Einstellung muss von Ihrem Fachhändler durchgeführt werden.



3.9 SEAT CUSHION

Um eine optimale Druckverteilung auf der Sitzfläche zu gewährleisten, ist ein entsprechend gepolstertes Sitzkissen erforderlich, unabhängig davon, ob es aus Stoff oder aus fester Kohlefaser besteht.

Das Kissen ist am Sitz befestigt und wird durch Klettverschlüsse am Sitz am Verrutschen gehindert.

3.10 STURZ

Der Radsturz wird bei der Bestellung des ARIA-Rollstuhls ausgewählt. Anschließend kann es durch Austausch der Radachse geändert werden. Der Austausch sollte vom Fachhändler vorgenommen werden.

3.11 SITZ-BALANCE

Kippstabilität



Die Sitzposition, und damit die Kippstabilität, kann eingestellt werden. Die Einstellung sollte zusammen mit einem spezialisierten Fachhändler erfolgen.

Vordere Sitzhöhe

Die vordere Sitzhöhe kann eingestellt werden. Die Einstellung sollte zusammen mit einem spezialisierten Fachhändler erfolgen.

Hintere Sitzhöhe

Die hintere Sitzhöhe kann um einige Zentimeter angepasst werden. Die Einstellung sollte zusammen mit einem spezialisierten Fachhändler erfolgen.




4. ZUBEHÖR

ANTI-TIP UND HEBEL ANTI-TIP

Der hebel anti-tip macht es einem Assistenten leicht, den Rollstuhl nach hinten zu kippen, um eine Stufe zu überschreiten. Drehen Sie dazu den Kippschutz mit dem Fuß nach unten (wie im Bild rechts).



SCHIEBEGRIFFVORRICHTUNG (und Taschen/Rucksack-Halter)



5. INBETRIEBNAHME

5.1 SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT!

Verletzungsgefahr für den Nutzer!
Vergewissere Dich vor der Inbetriebnahme, dass der Rollstuhl in gutem Zustand ist und die wichtigsten Funktionen ordnungsgemäß funktionieren. Siehe hierzu auch den Wartungsplan im Kapitel 8.

Dein vertrauenswürdiger Händler bereitet Deinen Rollstuhl für den Einsatz vor. Er erklärt Dir die Hauptfunktionen und sorgt dafür, dass der Rollstuhl Deinen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht..

6. BEWEGEN MIT DEM ROLLSTUHL

6.1 SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG!

Unfallgefahr!
Das Bewegungs-/ und Fahrverhalten könnte erheblich beeinträchtigt werden, wenn der Reifendruck auf beiden Seiten nicht identisch ist. Kontrolliere vor jeder Fahrt den Reifendruck.



VORSICHT!

Quetschgefahr!
Der Abstand zwischen dem Laufrad und dem Kleiderschutz könnte so klein sein, dass die Finger gequetscht bzw. eingeklemmt werden. Bewege daher den Rollstuhl ausschließlich mit den Greifreifen.



ACHTUNG!

Quetschgefahr!
Der Abstand zwischen den Laufrädern und den Feststellbremsen könnte so gering sein, dass die Finger gequetscht bzw. eingeklemmt werden. Bewege daher den Rollstuhl ausschließlich über die Greifreifen.

6.2 BREMSEN WÄHREND DER BEWEGUNG

Während der Fahrt ist es möglich den Rollstuhl abzubremsen, indem Du mit den Händen Druck auf die Greifreifen ausübst, bzw. diese kontrolliert festhältst.



WARNUNG!

Sturzgefahr nach plötzlichem Bremsen!
Wenn Du die Feststellbremsen während der Fahrt benutzt, ist es nicht mehr möglich die Fahrtrichtung zu bestimmen und der Rollstuhl kann blockieren. Das kann zu einem Zusammenstoß oder einem Sturz führen. Ziehe niemals die Feststellbremsen während der Bewegung an.



WARNUNG!

Es besteht die Gefahr, dass Du aus dem Rollstuhl fällst, wenn eine helfende Person an den Schiebegriffen nach hinten zieht und den Rollstuhl dadurch plötzlich abbremst. Wenn es einen Sicherheitsgurt gibt, dann lege diesen an. Achte darauf, dass helfende Personen im Umgang mit Rollstühlen entsprechend geschult wurden.



VORSICHT!

Verbrennungsgefahr der Haut!
Wenn der Rollstuhl über die Greifreifen längere Zeit gebremst wird, könnten diese sich erwärmen. Dabei könntest Du Dir die Handflächen verbrennen. Um dies zu verhindern kannst Du geeignete Handschuhe tragen.

Greife die Greifreifen und übe mit beiden Händen einen gleichmäßigen Druck aus, bis der Rollstuhl vollständig zum Stillstand kommt.

6.3 TRANSFERS AUS DEM ROLLSTUHL



WARNUNG!

Sturzgefahr!
Während des Transfers ist das Sturzrisiko sehr hoch. Nimm einen Transfer in und aus dem Rollstuhl nur dann ohne Hilfe vor, wenn Du körperlich auch dazu in der Lage bist.



WARNUNG!

Sturzgefahr!

Der Rollstuhl kann nach vorne kippen, wenn Deine Beine auf der Fußstütze positioniert werden, bevor Du auf dem Rollstuhl sitzt. Tritt niemals auf die Fußstütze während eines Transfers in oder aus dem Rollstuhl.



VORSICHT!

Wenn die Bremsen nicht festgestellt werden oder defekt sind, kann sich der Rollstuhl ungewollt und unkontrolliert bewegen. Achte darauf, dass Du Dich nicht auf die Bremsen stützt, während Du einen Transfer ausübst.

1. Stelle die Feststellbremsen fest.
2. Stelle Deine Füße auf den Boden.
3. Halte Dich am Rollstuhl und - wenn nötig - an einem unbeweglichen Gegenstand in Deiner Nähe fest.
4. Bewege Dich langsam in den Rollstuhl.

6.4 VORWÄRTSFAHREN UND RICHTUNGSWECHSEL MIT DEM ROLLSTUHL

Über die Greifringe kann der Rollstuhl vorwärts bewegt und die Fahrtrichtung geändert werden. Bevor Du Dich ohne Hilfe bewegst, musst Du den Kippunkt des Rollstuhls ermitteln..



WARNUNG!

Kippgefahr!

Der Rollstuhl könnte nach hinten kippen, wenn kein Kippschutz installiert ist. Wenn Du den Kippunkt bestimmst, sollte ein Helfer hinter dem Rollstuhl stehen, um den Rollstuhl bei Bedarf festhalten zu können. Installiere einen Kippschutz, um ein Umkippen des Rollstuhls zu verhindern.



WARNUNG!

Kippgefahr!

Der Rollstuhl könnte nach vorne kippen. Überprüfe beim Einstellen des Rollstuhls das Kippverhalten nach vorne und passe Deinen Fahrstil entsprechend an.



VORSICHT!

Kippgefahr!

Eine Last, die an der Rückenlehne angebracht ist, kann den Schwerpunkt des Rollstuhls verändern.

Beachte immer diese Last und passe Deinen Fahrstil entsprechend an.

Bestimmung des Kipppunktes

1. Öffne die Bremsen.
2. Bewege Dich kurz nach vorne, halte beide Greifringe fest und bewege Dich rückwärts mit einem leichten Druck.
3. Bestimme den Wendepunkt, indem Du das Gewicht verlagerst und die Bewegung der Greifringe entgegenführst.



6.5 STUFEN UND HINDERNISSE ÜBERWINDEN



WARNUNG!

Sturzgefahr!

Beim Überwinden von Stufen (auf und ab) könntest Du das Gleichgewicht verlieren und der Rollstuhl könnte kippen. Bewege Dich immer langsam und vorsichtig, wenn Du über Stufen, Gehwege oder Stürze/Kanten, fährst. Fahre nicht über Stufen, die höher als 25 cm sind.



ACHTUNG!

Ein Kippschutz verhindert, dass Du nach hinten kippst.

Mit einem Helfer eine Stufe hinunter fahren

1. Fahre den Rollstuhl bis zur Kante der Stufe und der Helfer greift die Schiebegriffe.
2. Der Helfer hält die Schiebegriffe sicher fest, setzt einen Fuß auf die Kippsicherung (sofern vorhanden) und neigt den Rollstuhl nach hinten, so dass die Lenkrollen vom Boden abheben.
3. Der Helfer hält den Rollstuhl in dieser Position und schiebt diesen vorsichtig über die Stufe. Danach neigt er den Rollstuhl wieder nach vorne, so dass die Lenkrollen den Boden wieder berühren.



Eine Stufe ohne Helfer überwinden (ab)



WARNUNG!

Kippgefahr!

Wenn Du ohne Helfer eine Stufe hinunter fährst, besteht die Gefahr, dass Du nach hinten kippst. Das Risiko ist besonders hoch, wenn Du den Rollstuhl nicht kontrollieren kannst. Übe zunächst das Hinunterfahren einer Stufe zusammen mit einem Helfer. Lerne auf den Hinterrädern zu balancieren.

1. Fahre zum Rand der Stufe, hebe die Lenkrollen vom Boden ab und balanciere.
2. Gleite mit den Laufrädern langsam über die Kante nach vorn. Halte die Greifringe mit beiden Händen fest, bis die Lenkrollen den Boden wieder berühren.



Mit einem Helfer eine Stufe überwinden (auf)




WARNUNG!

Verletzungsgefahr für den Benutzer!

Die Rückenlehne des Rollstuhls kann früher als erwartet brechen, wenn Du häufig Stufen und Gehwege hinauffährst. Es wird empfohlen, den Rollstuhl an den Schiebegriffen oder am Rahmen festzuhalten und nicht am Rückenteil. Du könntest aus dem Rollstuhl fallen.

1. Fahre mit den Laufrädern rückwärts bis zum Rand der Stufe.
2. Der Helfer hält die Schiebegriffe fest und neigt den Rollstuhl so, dass sich die Lenkrollen vom Boden abheben. Dann zieht der Helfer den Rollstuhl über die Kante, bis die Lenkrollen wieder sicher auf den Boden gestellt werden können.



6.6 ÜBERWINDEN VON TREPPEN (AUF UND AB)



WARNUNG!

Sturzgefahr!

Beim Auf- und Absteigen einer Treppe könntest Du das Gleichgewicht verlieren und aus dem Rollstuhl herausfallen.

Überwinde Treppen mit mehr als einer Stufe nur zusammen mit zwei Helfern.

1. Treppenstufen können schrittweise, wie in der Abbildung gezeigt, überwunden werden. Der erste Helfer befindet sich hinter dem Rollstuhl und hält die Schiebegriffe fest. Der zweite Helfer befindet sich vor dem Rollstuhl und hält den Rahmen fest und stellt sicher, dass der Rollstuhl sich in der richtigen Position befindet. Dabei unterstützt er den ersten Helfer beim kontrollierten Überfahren der Stufenkanten.



6.7 RAMPEN UND SCHRÄGE FLÄCHEN BEFAHREN



WARNUNG!

Gefahr durch unkontrollierte Bewegungen!

Der Rollstuhl könnte auf schrägen Flächen nach hinten, seitwärts oder nach vorne kippen. Befahre langeschräge Flächen zusammen mit einem Helfer, der hinter dem Rollstuhl geht. Lehne Dich nicht zu den Seiten hin. Vermeide Steigungen mit mehr als 7°. Vermeide abrupte Richtungswechsel auf schrägen Flächen.




VORSICHT!

Der Rollstuhl kann sich auch auf leicht schrägen Flächen unwillkürlich bewegen, wenn er nicht über die Greifreifen in Position gehalten wird. Verwende die Feststellbremsen, wenn Du Dich auf schrägen Flächen befindest und der Rollstuhl steht.

Bergauf

Um bergauf zu fahren, musst Du einen leichten Schub geben, die Bewegung aufrecht erhalten und gleichzeitig die Richtung bestimmen.


- 1. Beuge Dich nach vorn und treibe über kurze und kräftige Anschübe den Rollstuhl vorwärts.**



Bergab

Wenn Du bergab fährst, ist es wichtig die Richtung und vor allem die Geschwindigkeit zu kontrollieren.

1. Lehne Dich nach hinten und lass die Greifringe vorsichtig durch Deine Hände gleiten. Du musst die Geschwindigkeit so wählen, dass Du zu jederzeit den Rollstuhl über die Greifreifen anhalten kannst.



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Wenn Du den Rollstuhl über längere Zeit hinweg abbremsst, können sich die Greifreifen erwärmen. Du könntest Dir dabei die Handflächen verbrennen. Verwende geeignete Handschuhe, um Verbrennungen vorzubeugen.

6.8 STABILITÄT UND GLEICHGEWICHT

Bei einigen Aktivitäten und Bewegungen im Alltag musst Du Dich aus dem Rollstuhl nach vorne, zur Seite oder nach hinten hinauslehnen. Das beeinflusst deutlich die Stabilität des Rollstuhls. Bitte beachte folgende Punkte, um das Gleichgewicht in solchen Fällen halten zu können.

Nach vorne lehnen



WARNUNG!

Gefahr aus dem Rollstuhl zu fallen!

Wenn Du Dich nach vorne lehnst, dann kannst Du aus dem Rollstuhl fallen. Beuge Dich nicht zu weit nach vorne und bewege Deinen Körper nicht über den Sitz hinaus, wenn Du nach Gegenständen greifst. Beuge Deine Knie nicht nach vorne, um nach Gegenständen auf dem Boden zu greifen.

1. Richte die Lenkrollen aus (bewege dazu den Rollstuhl leicht nach vorn und dann nach hinten).
2. Betätige die Feststellbremsen!
3. Lehne Dich nur so weit nach vorne, dass sich Dein Oberkörper noch über den Lenkrollen befindet.

Nach hinten lehnen



WARNUNG!

Gefahr aus dem Rollstuhl zu fallen! Kippgefahr!

Wenn Du Dich zu weit nach hinten lehnst, dann kann der Rollstuhl kippen. Lehne Dich nicht hinter den Schwerpunkt des Rollstuhls. Verwende einen Kippschutz!

1. Richte die Lenkrollen aus (bewege dazu den Rollstuhl leicht nach vorne und dann nach hinten).
2. Betätige nicht die Feststellbremsen!
3. Greife nur nach Gegenständen, die erreichbar sind, ohne dass Du Deine Sitzposition verändern musst.

7. TRANSPORT

7.1 SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG!

Verletzungsgefahr, wenn der Rollstuhl nicht korrekt und sicher fixiert ist!

Bei einem Unfall, beim Bremsen usw. können schwere Verletzungen durch nicht gesicherte und lose Teile des Rollstuhls verursacht werden. Entferne immer die Laufräder, wenn Du den Rollstuhl transportierst. Stelle sicher, dass alle Bestandteile des Rollstuhls im Fahrzeug gesichert werden, um zu verhindern, dass diese sich während der Fahrt lösen.





VORSICHT!

Übermäßiger Materialabrieb könnte die Widerstandsfähigkeit der tragenden Teile beeinträchtigen. Bewege den Rollstuhl nicht auf rauhem Untergrund, wenn die Laufräder demontiert sind (z.B. Ziehen auf Asphalt, etc.).

7.2 EIN- UND AUFKLAPPEN DER RÜCKENLEHNE (SCHLIESSEN UND ÖFFNEN DES ROLLSTUHLS)

Die Rückenlehne wird zurückgeklappt, indem man an der Schnur auf der Rückseite zieht, dann die Rückenlehne nach vorne zieht und sie auf den Sitz absenkt. Unabhängig von der Geometrie der Rückenlehne ist das Bedienkonzept bei allen Produkten gleich.






WARNUNG!

Kippgefahr!

Wenn die Steckachse des Laufrads nicht vollständig blockiert bzw. arretiert ist, kann das Laufrad während der Fahrt abfallen. Dies kann zum Umkippen führen! Vergewissere Dich vor jeder Fahrt und jeder Montage eines Rads, dass die Steckachsen vollständig arretiert sind.


Demontage der Laufräder

Halte den Schnellabnahme-Pin gedrückt (1) und ziehe gleichzeitig das Rad ab (2).




Montage der Laufräder

Halte den Schnellabnahme-Pin gedrückt (1) und schiebe die Steckachse mit dem Laufrad in die Aufnahme bis die Steckachse vollständig arretiert ist. (2).




Demontage der Schwenkräder

Lösen Sie die Achswelle mit einem speziellen Inbusschlüssel und entfernen Sie das Rad.



Montage von Schwenkrädern

Befolgen Sie im Gegenteil die Demontage und achten Sie darauf, den Achsstift sicher festzuziehen.



7.4 TRANSPORT IN EINEM FAHRZEUG (ROLLSTUHL MIT NUTZER)

Selbst wenn der ARIA-Rollstuhl korrekt fixiert ist und die folgenden Regeln beachtet werden, kann es bei einem Aufprall/Unfall oder einem abrupten Anhalten zu Verletzungen der Insassen kommen. Daher empfiehlt Aria Wheels Srl nachdrücklich, dass Du einen Transfer in einen Fahrzeugsitz durchführst und den Sicherheitsgurt ordnungsgemäß anlegst. Es dürfen keine Änderungen am Rollstuhl vorgenommen oder Teile des Rollstuhls ersetzt werden (Struktur, Rahmen oder Teile), ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von Aria Wheels Srl..



WARNUNG!

Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod

Um den Rollstuhl als Fahrzeugsitz zu verwenden, muss die Rückenlehnenhöhe mindestens 400 mm betragen.

Für den Transport eines Rollstuhls mit Nutzer in einem Fahrzeug muss ein geeignetes Sicherheitssystem installiert sein.



WARNUNG!

Wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, dass Du Dich auf einen Fahrzeugsitz setzt, kannst Du Deinen Rollstuhl als Fahrzeugsitz verwenden, sofern folgende Regeln und Verfahren befolgt werden:

- Der Rollstuhl muss mit einem Vierpunkt-Sicherungssystem für Rollstühle im Fahrzeug befestigt werden.
- Der Rollstuhlnutzer muss ein Drei-Punkt-Sicherungssystem für Passagiere tragen, welches am Fahrzeug befestigt ist.
- Im Rollstuhl muss der Haltegurt angelegt werden.

Sowohl das Vierpunkt-Sicherungssystem für Rollstühle als auch das Dreipunkt-Sicherungssystem für Fahrgäste müssen gemäß der ISO-10542-2-Verordnung zugelassen sein.



WARNUNG!

Wende Dich vor Fahrantritt an die für den Transport verantwortliche Person und fordere Informationen zur Verfügbarkeit der hier aufgeführten Geräte an. Achte darauf, dass um Deinen Rollstuhl herum ausreichend Platz vorhanden ist, um zu verhindern, dass der Rollstuhl andere Fahrgäste, nicht gepolsterte Teile des Fahrzeugs, Rollstuhlzubehör und die Verankerungspunkte der Sicherungssysteme nicht berührt.



WARNUNG!

Achte darauf, dass die Hebepunkte des Rollstuhls nicht beschädigt sind und die Feststellbremsen einwandfrei funktionieren. Die Verwendung von Pannenschutzreifen wird für den Transport empfohlen, um Probleme mit den Bremsen aufgrund von Reifendruckänderungen zu vermeiden.



WARNUNG!

Verletzungen oder Beschädigungen können sich durch Teile und Zubehör des Rollstuhls, die sich bei einem Aufprall oder einem abrupten Stopp lösen, ergeben. Achte darauf, dass Du alle abnehmbaren oder herausziehbaren Komponenten und Zubehörteile vom Rollstuhl entfernst und sicher im Fahrzeug verstaust.

Es ist wichtig, dass Du Deinen Rollstuhl von einem Spezialisten überprüfen lässt, sollte sich ein Unfall, ein Zusammenstoß, etc. ereignet haben.



WICHTIG!

Es wird empfohlen, dass Du an einer Schulung zur Handhabung von Produkten mit Sicherungssystem teilnimmst. Beschäftige Dich ausführlich mit dem Benutzerhandbuch des Sicherungssystems.

Die folgenden Bilder sind als Referenz zu verstehen. Je nach Hersteller kann die Darstellung und Handhabung abweichend sein.

Vier-Punkt-Sicherheitssystem für Rollstühle



VORSICHT!

*Positioniere den Rollstuhl in Fahrtrichtung.
Betätige die Feststellbremse des Rollstuhl.
Nutze einen Kippschutz im Fahrzeug (falls installiert).*

Die Verankerungspositionen des Rollstuhls, an denen die Gurte des Sicherungssystems angebracht werden müssen, sind mit Karabinerhaken-Symbolen gekennzeichnet.

1. Wenn Du die vorderen und hinteren Gurte des 4-Punkt-Sicherungssystems verwendest, befestige den Rollstuhl an den im Fahrzeug montierten Karabinerhaken. Beachte das Handbuch des 4-Punkt-Sicherungssystems.

Verankerungspunkte für die vorderen Gurte

1. Befestige die vorderen Gurte an den Radaufnahmen bzw. Gabeln.
2. Befestige die vorderen Gurte gemäß den Anweisungen des Herstellers des Sicherungssystems am Schnapphakensystem.
3. Löse die Feststellbremsen und spanne die vorderen Gurte, indem Du den Rollstuhl nach hinten ziehst.
4. Stelle die Feststellbremsen wieder fest.

Verankerungspositionen für die Karabinerhaken hinten

1. Befestige die Karabinerhaken an der Laufradachse.
2. Befestige die hinteren Gurte gemäß den Anweisungen des Herstellers des Sicherungssystems.
3. Ziehe die Gurte an.



WICHTIG!

Achte darauf, dass die Karabinerhaken mit rutschfestem Material bedeckt sind, um ein seitliches Verrutschen der Achse zu vermeiden.



WICHTIG!

Die Drehzapfen müssen vollständig und in der gleichen Position auf beiden Seiten eingesetzt sein. Die Neigung zwischen den Karabinerhaken und den Gurten muss zwischen 40° und 45° betragen.

Einstellung des Sitzgurts



VORSICHT!

Der Sitzgurt (Haltegurt) muss zusätzlich verwendet werden. Der Haltegurt kann jedoch niemals ein Drei-Punkt-Sicherungssystem für Passagiere ersetzen.

1. Der Haltegurt muss so eingestellt sein, dass er an den Rollstuhlfahrer angepasst ist.



VORSICHT!

Achte darauf, dass das 3-Punkt-Sicherungssystem so eng wie möglich am Körper anliegt, ohne dass die Haltung verändert werden muss, oder der Gurt verdreht wird. Vergewissere Dich, dass der 3-Punkt-Sicherungsgurt nicht über oder durch Teile des Rollstuhls verläuft (Armlehnen, Räder, etc.) und dadurch ein sauberes Anliegen am Körper verhindert wird. Achte darauf, dass der Sicherheitsgurt direkt zum Verschlussystem verläuft, ohne durch Teile des Rollstuhls, des Fahrzeugs, der Sitze oder der Zubehörteile beeinflusst zu werden. Der Bauchgurt muss sich über dem Becken befinden und darf nicht in die Bauchregion verrutschen. Es muss sichergestellt sein, dass Du den Verschluss selbstständig erreichen und lösen kannst.



WICHTIG!

Trage den Beckenteil des 3-Punkt-Sicherheitsgurts entlang des Beckens, so dass sich eine Neigung in der bevorzugten Zone (A) zwischen 30° und 75° gegenüber der horizontalen Bezugszone ergibt. Ein größerer Neigungswinkel ist vorzuziehen. Jedoch darf Dieser nicht mehr als 75° betragen.

8. WARTUNG

8.1 SICHERHEITSHINWEISE



VORSICHT!

Einige Materialien unterliegen einer natürlichen Alterung. Dadurch könnten einige Teile des Rollstuhls mit der Zeit beschädigt werden. Lass Deinen Rollstuhl nach längerem Gebrauch oder mindestens einmal pro Jahr von einem spezialisierten Fachhändler überprüfen.

Dein Händler unterstützt Dich gerne bei der Durchführung einer regelmäßigen Wartung. Über den Aria Wheels Srl-Kontakt (am Ende dieses Handbuchs angegeben) kannst Du einen autorisierten Händler in Deiner Nähe finden.

8.2 WARTUNGSPLAN

Um die notwendige Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, führen Sie die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durch oder lassen Sie sie von Ihrem Händler durchführen.

	<i>Wöchentlich</i>	<i>Monatlich</i>	<i>Jährlich</i>
<i>Kontrolle Reifendruck</i>	X		
<i>Kontrolle Laufräder</i>	X		
<i>Kontrolle Rückenlehne, Halterung und Faltmechanismus</i>	X		
<i>Kontrolle Haltegurt (falls vorhanden)</i>	X		
<i>Sichtprüfung aller Teile</i>		X	
<i>Reinigung Lenkrollen</i>		X	
<i>Kontrolle Schraubverbindungen</i>		X	
<i>Kontrolle Radspeichen</i>		X	
<i>Kontrolle Feststellbremsen</i>		X	
<i>Überprüfung durch spezialisierten Fachhändler</i>			X

Kontrolle des Reifendrucks

Ermittle den Reifendruck anhand der relativen Reifendrucktabelle (s. Kapitel 11.3 Reifen)

1. Pumpe Luft in den Reifen bis der erforderliche Druck erreicht ist.
2. Überprüfe das Reifenprofil.
3. Ersetze ggf. den Reifen.

Kontrolle der Laufräder und Laufradposition

1. Ziehe am Laufrad, um die Position der Achse/Steckachse zu überprüfen. Das Rad sollte nicht herausgezogen werden können.
2. Falls sich die Laufräder nicht in der richtigen Position arretieren, entferne Schmutz und Ablagerungen. Wende Dich an Deinen Fachhändler, wenn das Problem danach weiterhin besteht. Die Achse muss in diesem Fall neu eingestellt werden.

Kontrolle der Rückenlehne, Halterung und Faltmechanismus

1. Setze Dich in Deinen Rollstuhl und lehne Dich gegen die Rückenlehne. Dabei darf sich die Rückenlehne nicht verdrehen.
2. Ziehe an der "Faltschnur", um den Rücken einzuklappen. Wenn sich die Sicherungsbolzen auf beiden Seiten nicht frei bewegen und der Rücken sich nicht leicht klappen lässt, muss der Faltmechanismus von einem spezialisierten Fachhändler überprüft und neu zusammengesetzt werden.

Kontrolle des Haltegurts

1. Überprüfe die Einstellung des Haltegurts. Er muss korrekt am Körper verlaufen.



WICHTIG!

**Lose Haltinggurte müssen von einem Fachhändler eingestellt werden.
Beschädigte Gurte müssen von einem Fachhändler ausgetauscht werden.**

Sichtprüfung

1. Prüfe, ob der Rollstuhl lose Teile, Risse oder andere Defekte aufweist.
2. Falls Mängel festgestellt werden, wende Dich an einen Fachhändler, um den Rollstuhl sofort überprüfen zu lassen.

Reinigung der Lenkrollen

1. Prüfe, ob die Lenkrollen frei drehbar sind.
2. Entferne Schmutz und Haare von den Lenkrollenlagern.

Festigkeit der Schrauben überprüfen

Bolzen und Schrauben können sich durch regelmäßige Nutzung des Rollstuhls lösen.

1. Überprüfe, ob die Schrauben richtig angezogen sind (Fußstütze, Sitzbezug, Seiten, Rückenlehne, Rahmen, Sitzmodul).
2. Ziehe lose Muttern/Schrauben mit einem angemessenen Drehmoment an.



WICHTIG!

**Sicherheitsmutter und -schrauben verlieren ihre Wirksamkeit, wenn sie mehrmals gelöst und festgezogen werden.
Wende Dich an einen Fachhändler, um die Sicherheitsmutter und -schrauben ersetzen zu lassen.**

Speichenspannung prüfen

Speichen dürfen weder lose noch deformiert sein.

1. Wende Dich an einen Fachhändler, um die Spannung loser Speichen einzustellen.
2. Wende Dich an einen Fachhändler, um defekte Speichen austauschen zu lassen.

Überprüfung der Feststellbremsen

1. Überprüfe die korrekte Position der Feststellbremsen. Die Bremsen sind richtig eingestellt, wenn die Bremsbacke den Reifen einige Millimeter eindrückt.
2. Sollten die Feststellbremsen nicht richtig eingestellt sein, dann wende Dich an Deinen Fachhändler, um die Bremsen richtig einstellen zu lassen.



WICHTIG!

Nach dem Austausch der Laufräder oder einer Änderung der Position müssen die Feststellbremsen neu eingestellt werden.



WICHTIG!

Der Rollstuhl kann durch eine starke Kollision oder einen Aufprall einen Schaden erleiden, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist.

Es ist daher von grundlegender Bedeutung, dass ein Fachmann nach einer starken Kollision oder einem Aufprall den Rollstuhl überprüft.

Reparatur oder Austausch des Schlauches

1. Demontiere das Laufrad und lass die restliche Luft vollständig aus dem Reifen ab.
2. Hebe eine Reifenflanke vom Rand der Felge an. Verwende hierfür ein entsprechendes Werkzeug. Verwende keine scharfen Gegenstände, z. B. einen Schraubendreher, die den Schlauch beschädigen könnten.
3. Ziehe den Schlauch vom Reifen ab.
4. Repariere den Schlauch mit einem Reparatursatz für Fahrräder oder tauschen ihn ggf. aus.
5. Pumpe den Schlauch leicht auf, bis er eine abgerundete Form hat.
6. Führe das Ventil in das Ventilloch in der Felge ein und setze den Schlauch in den Reifen ein (der Innenschlauch sollte sich an den Reifenumfang anpassen, ohne Falten zu bilden).
7. Hebe die Flanken des Reifens an der Felgenkante an. Beginne im Bereich um das Ventil herum. Achte darauf, dass der Schlauch nicht irgendwo zwischen Reifen und Felge hängen bleibt oder eingeklemmt wird.
8. Pumpe den Reifen bis zum maximalen Druck auf. Stelle sicher, dass keine Luft aus dem Reifen austritt.

8.3 PFLEGE

Dein Rollstuhl wird Dich viele Jahre begleiten, wenn Du ihn regelmäßig pflegst und sorgsam mit ihm umgehst.



WICHTIG!

Sand und Meerwasser können die Kugellager beschädigen. Wenn die Oberfläche beschädigt ist, können die Stahlteile rosten.

Setze den Rollstuhl nur kurze Zeit Sand und Meerwasser aus und reinige ihn, nachdem Du am Strand warst.



WICHTIG!

Setze keine aggressiven Reinigungsmittel und keinen Hochdruckreiniger ein.

1. Reinige den Bezug und die Metallteile mit einem feuchten, weichen Tuch.
2. Trockne den Rollstuhl nach Gebrauch im Regen oder in der Dusche sorgfältig ab.
3. Wenn der Rollstuhl schmutzig ist, entferne vorsichtig die Verunreinigungen. Trockne danach den Rollstuhl vorsichtig ab.

8.4 DESINFEKTION

Beachten Sie die Konzentration und die Einwirkzeit des Desinfektionsmittelherstellers. Das Produkt ist für die Sprühdesinfektion mit normalen Haushaltsdesinfektionsmitteln geeignet. Alle Oberflächen sollten mit einem sauberen, mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Das Desinfektionsmittel gleichmäßig auftragen. Spülen Sie das Produkt nicht ab und lassen Sie es an der Luft trocknen. Anschließend muss das Produkt auf Sauberkeit und Beschädigungen geprüft werden.



WICHTIG!

Um eine Liste aller zugelassenen Desinfektionsprodukte zu erhalten, wende Dich an deinen Händler oder ein VAH-gelistetes Desinfektionsmittel wird empfohlen, z. Bacillo AF, hergestellt von der Paul Hartmann AG (www.hartmann.de).

9 FEHLERBEHEBUNG/PROBLEMLÖSUNGEN

9.1 SICHERHEITSHINWEISE

Täglicher Gebrauch, neue Einsatzbedingungen oder Änderung der einwirkenden Kräfte können zu Fehlern/ Störungen führen. In der folgenden Tabelle sind mögliche Probleme und deren Lösung aufgelistet.



VORSICHT!

Wenn Anomalien des Rollstuhls bemerkt werden, z.B wenn sich das Rollstuhlverhalten bei höherer Fahrtgeschwindigkeit ändert, wende Dich umgehend an Deinen Fachhändler.



WICHTIG!

Einige der angegebenen Lösungen müssen von einem autorisierten Fachhändler ausgeführt werden. Diese wurden entsprechend gekennzeichnet. Wir empfehlen, dass alle Einstellungen von einem Fachhändler vorgenommen werden.

9.2 PROBLEME ERKENNEN UND BEHEBEN

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
<i>Der Rollstuhl fährt nicht geradeaus</i>	<i>Ungleicher Luftdruck in den Reifen</i>	<i>Reifendruck anpassen > 11.3 Reifen</i>
	<i>Eine oder mehrere Speichen sind defekt</i>	<i>Defekte Speichen ersetzen > Spezialisierter Fachhändler</i>
	<i>Speichenspannung ist unterschiedlich</i>	<i>Speichen nachziehen > Spezialisierter Fachhändler</i>
	<i>Lenkradlager ist verschmutzt oder beschädigt</i>	<i>Lenkradlager reinigen oder ersetzen > Spezialisierter Fachhändler</i>
<i>Der Rollstuhl kippt sehr leicht</i>	<i>Laufräder wurden zu weit nach vorn montiert</i>	<i>Schwerpunkt einstellen > Spezialisierter Fachhändler</i>
	<i>Übermäßige Neigung der Rückenlehne</i>	<i>Neigungswinkel der Rückenlehne anpassen > Spezialisierter Fachhändler</i>
<i>Bremsen greifen falsch oder asymmetrisch</i>	<i>TLuftdruck eines oder beider Laufräder ist nicht korrekt</i>	<i>Reifendruck anpassen > 11.3 Reifen</i>
	<i>Einstellung der Feststellbremse ist nicht korrekt</i>	<i>Einstellungen korrigieren > Spezialisierter Fachhändler</i>
<i>Der Rollwiderstand ist sehr hoch</i>	<i>Reifendruck ist zu gering</i>	<i>Reifendruck anpassen > 11.3 Reifen</i>
	<i>Laufräder sind nicht parallel angeordnet</i>	<i>Parallelstellung der Laufräder prüfen > Spezialisierter Fachhändler</i>
<i>Lenkrollen flattern bei höheren Geschwindigkeiten</i>	<i>Traktion des vorderen Radlagerblocks ist unzureichend</i>	<i>Schrauben an der Gabel und der Lagerachse fester drehen > Spezialisierter Fachhändler</i>
	<i>Lenkrollen sind zu glatt, abgefahren</i>	<i>Lenkrollen austauschen > Spezialisierter Fachhändler</i>
<i>Lenkrollen lenken schwer ein oder sind blockiert</i>	<i>Kugellager ist verschmutzt oder defekt</i>	<i>Reinigung oder Austausch der Kugellager > Spezialisierter Fachhändler</i>

10. NACH DEM GEBRAUCH

10.1 WIEDEREINSATZ

Der Rollstuhl kann wiederverwendet werden. Es ist notwendig, folgende Punkte zu beachten und auszuführen:

- Reinigung und Desinfektion gemäß den Beschreibungen in Kapitel 8.3 Pflege und Kapitel 8.4 Desinfektion dieser Bedienungsanleitung.
- Überprüfung gemäß der Beschreibung in Kapitel 8.2 Wartungsplan dieser Bedienungsanleitung.
- Anpassung an den Benutzer, basierend auf der Dokumentation zur technischen Unterstützung bei der Anpassung (Erhältlich von Aria Wheels Srl).

10.2 ENTSORGUNG

Achte auf die Umwelt und Sorge für eine angemessene Entsorgung Deines Rollstuhls. Beachte die nationalen Gesetze und örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung. Für eine korrekte Entsorgung wende Dich an Deinen Fachhändler oder die öffentliche Verwaltung an Deinem Wohnort, um die Adresse einer örtlichen Entsorgungsstelle zu erfahren..

11. TECHNISCHE DATEN

11.1 GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Alle Gewichts- und Maßangaben beziehen sich auf die Breite des Sitzes und auf seine Tiefe in allen möglichen Konfigurationen des Rollstuhls. Abmessungen und Gewicht können sich je nach Konfiguration ändern

Sitzbreite:	240 - 460 mm (in Schritten von 20 mm)
Sitztiefe:	280 - 460 mm (in Schritten von 20 mm)
Sitz-zu-Fußstütze Länge:	120 - 180 mm (in Schritten von 20 mm)
Rückenhöhe:	240 - 420 mm (in Schritten von 15 mm)
Knie-zu-Ferse Länge:	300 - 440 mm (in Schritten von 10 mm)
Vordere Sitzhöhe:	450 - 520 mm (in Schritten von 10 mm)
Hintere Sitzhöhe:	360 - 430 mm (in Schritten von 10 mm)
Schwerpunkt:	100 - 150 mm (in Schritten von 10 mm)
Rückenwinkel:	85° - 95° (zum Boden)
Sturz:	0° or 3°
Rahmenwinkel:	83° oder 93° nur für bestimmte Modelle verfügbar
Rollstuhl SW440 Gewicht mit Laufrädern: (Rückenlehne inklusive)	ca. 9.5 kg* bei Aria 1.0 / ca. 10.7 kg* bei Aria 2.0 ca. 8.1 kg* bei ULTRA / ca. 7.1 kg* bei SPECIALE / ca. 7.5 Kg* bei Aria KID
Rollstuhl SW440 Gewicht ohne Laufräder: (Rückenlehne inklusive)	ca. 5.5 kg* bei Aria 1.0 / ca. 7.5 kg* bei Aria 2.0 ca. 4.9 kg* bei ULTRA / ca. 3.9 kg* bei SPECIALE / ca. 4.5 Kg* bei Aria KID
Nominale max. Belastung:	120 kg bei Aria 1.0 und Aria 2.0 100 Kg bei ULTRA ist SPECIALE 75 Kg bei KID

Das Gewicht hängt von den möglichen Konfigurationen ab. Einige Abmessungen sind für einige Rollstuhlmodelle möglicherweise nicht verfügbar. Schau Dir die Produktbestellformulare für eine Übersicht der Spezifikationen an.

11.2 UMWELTBEDINGUNGEN

Setze Deinen Rollstuhl nicht Temperaturen von weniger als -20°C oder mehr als +40°C aus.

11.3 REIFEN

Der optimale Druck hängt von der Art des Reifens ab:

Max. Reifendruck

Leichtlaufreifen 7 bar 700 kPa 101 psi

Profilreifen (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi

Slick-Reifen (Speed Run) 10 bar 1000 kPa 145 psi

Mountain Bike Reifen 4 bar 400 kPa 58 psi

Pannensichere Reifen - -



TOTALE BREITE (TW)

(sturz 0°) SW + 180 mm
(sturz 3°) SW + 225 mm



GESAMTTIEFE (TD)

83° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG)
93° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG) + 35mm

11.4 ETIKETTEN

Die Symbole auf dem Etikett entsprechen denen der Normen UNI EN ISO 15223-1 / UNI CEI EN 1041

SYMBOLE	BEDEUTUNG
	Katalognummer
	Hersteller
	Datum der Herstellung
	Bedienungshandbuch lesen
SN	Seriennummer
CE	Entspricht den CE-Vorschriften
	Max. Nennbelastung
	Warnung
	MDR 2017/745 (UE)

12. KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Besuchen Sie ariawheels.com, um auf die Konformitätserklärungen zuzugreifen

HINWEIS FÜR DEN BENUTZER:

***MELDEN SIE JEDEN SCHWEREN VORFALL, DER IN BEZUG AUF
DAS GERÄT AUFGETRETEN IST, DEM HERSTELLER UND DER
ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE DES WOHNSTZMITGLIEDSTAATS***

**VERMERKEN SIE AUF DIESER SEITE DIE DURCHGEFÜHRTEN
WARTUNGSARBEITEN**



HERSTELLER

Aria Wheels Srl

Registered Office | Sede Legale Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy
Production Department | Sede Produttiva Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy
Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ARIA **1.0**

ARIA **2.0 AI**

ARIA **ULTRA**

ARIA **KID**

ARIA **Speciale**



www.ariawheels.com

Ver 2022

NDEX

1. INTRODUCTIE	pg. 4
1.1 Informatie met betrekking tot deze gebruiksaanwijzing	
1.2 Uitleg van symbolen	
1.3 Na verkoop garantie	
1.4 Gebruik in overeenstemming met de verwachte doeleinden	
1.5 Beperking van de aansprakelijkheid	
1.6 Duur van de rolstoel	
2. VEILIGHEID	pg. 6
2.1 Veiligheidsinformatie	
2.2 Contra-indicaties	
2.3 Veiligheidsuitrusting	
3. STRUCTUUR EN WERKING	pg. 7
3.1 Onderdelen van de rolstoel en materialen	
3.2 Parkeerremmen AAA	
3.3 Houding van de rugleuning	
3.4 Duwgrepen	
3.5 Spatscherm	
3.6 Voetsteun	
3.7 Anti-tip apparaten	
3.8 Zwaartepunt	
3.9 Gewatteerd zitkussen	
3.10 Camber	
3.11 Zitbalans	
4. TOEBEHOREN	pg. 15
5. IN GEBRUIK GENOMEN	pg. 16
5.1 Veiligheidsaanwijzingen	
6. BEWEGEN MET DE ROLSTOEL	pg. 16
6.1 Veiligheidsaanwijzingen	
6.2 Remmen tijdens beweging	
6.3 Zitten en opstaan uit de rolstoel	
6.4 Voorwaartse beweging en verandering van richting met de rolstoel	
6.5 Op en neer stappen en dalen	
6.6 Trappen op en af	
6.7 Opstijgen van hellingen en hellende vlakken	
6.8 Stabiliteit en evenwicht	
7. VERVOERING	pg. 24
7.1 Veiligheidsaanwijzingen	
7.2 Sluiten en openen van de rolstoel	
7.3 Montage en demontage van de wielen	
7.4 Vervoer van de bezette rolstoel in een voertuig	
8. VOORZICHTIGHEID	pg. 30
8.1 Veiligheidsaanwijzingen	
8.2 Onderhoudsplan	
8.3 Onderhoud	
8.4 Desinfectie	
9. PANNEOPLOSSINGEN	pg. 34
9.1 Veiligheidsaanwijzingen	
9.2 Onderverdelingen identificeren en oplossen	
10. NA GEBRUIK	pg. 36
10.1 Hergebruik	
10.2 Verwijdering	
11. TECHNISCHE GEGEVENS	pg. 36
11.1 Gewicht en afmetingen	
11.2 Milieuomstandigheden	
11.3 Banden. De optimale druk is afhankelijk van het type band	
11.4 Etiketten	
12. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	pg. 38

1 INTRODUCTIE

1.1 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij danken u voor uw keuze voor de ARIA rolstoel.

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van de rolstoel. Om de rolstoel te kunnen gebruiken en veilig te kunnen bewegen, vragen wij u de handleiding aandachtig door te lezen en de veiligheidsaanwijzingen in acht te nemen.

In geval van zichtproblemen is het mogelijk om deze handleiding als PDF-bestand op het internet te bekijken op www.ariawheels.com en in te zoomen op het scherm, afhankelijk van uw behoeften. Als u de teksten en afbeeldingen niet voldoende kunt vergroten, neem dan contact op met een officiële distributeur van ARIA in uw land; de adressen staan vermeld op de website. Indien nodig zorgen wij voor een hoge resolutie PDF-bestand van de handleiding. Daarnaast is het mogelijk om het PDF-bestand te lezen met behulp van geschikte software die gebruik maakt van speciale taalkundige functies die op uw computer zijn geïnstalleerd.

1.2 UITLEG VAN SYMBOLEN

Symbool in deze handleiding

Alle instructies in deze handleiding zijn voorzien van symbolen. Voor de afzonderlijke berichten staan symbolen en woorden die de ernst van het gevaar aangeven.

WAARSCHUWING !

Geeft een mogelijk gevaar aan dat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben als het niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING !

VOORZICHTIG !

Geeft een potentieel gevaar aan dat kleine tot middelzware verwondingen kan veroorzaken, indien niet vermeden.



VOORZICHTIG !

BELANGRIJK !

Duidt op een potentieel gevaar dat materiële schade kan veroorzaken, indien niet vermeden. Geeft tips en nuttige aanbevelingen voor een efficiënt en ongemakkelijk gebruik van de rolstoel.



BELANGRIJK !

Dit product voldoet aan de richtlijn (UE) 2017/745 betreffende medische producten. De introductiedatum van dit product is aangegeven in de CE-conformiteitsverklaring.

Symbolen op het product

Op het product is een identificatielabel aangebracht.

De symbolen op het etiket zijn in detail gedefinieerd in paragraaf 11.4 van deze gebruiksaanwijzing.

1.3 GARANTIE NA VERKOOP

Aria Wheels Srl garandeert de afwezigheid van defecten en de functionaliteit van haar rolstoelen. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van fabricage, het gebruik van materialen van slechte kwaliteit of de ongeschikte werking ervan. De garantierechten jegens Aria Wheels Srl kunnen alleen door de verkoper en niet door de gebruiker van de rolstoel worden uitgevoerd.

De commerciële garantie dekt geen normale slijtage, schade of fouten die direct of indirect het gevolg zijn van ongelukken, valpartijen, aanrijdingen, oneigenlijk gebruik, onvoldoende onderhoud en wijzigingen door niet bevoegd personeel. De onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en bijzonder verbruik (banden, zadeldoeken en rugleuning...) vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt als er onverwachte veranderingen aan de rolstoel worden aangebracht, of als er wijzigingen worden aangebracht met onvoldoende of niet-originele onderdelen. De garantie dekt niet de kosten die voortvloeien uit het verhelpen van het defect, zoals verzendkosten, arbeidskosten, onkosten enz.

De garantie heeft een duur van 24 (vierentwintig) maanden vanaf de factuurdatum.

Alle onderdelen die niet door Aria Wheels Srl worden geproduceerd, hebben een garantie van hun eigen fabrikant. Bovendien maken de voorwaarden integraal deel uit van de algemene en specifieke voorwaarden voor de afzonderlijke landen waar het product in de handel wordt gebracht.

1.4 GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING MET DE VERWACHTE DOELEINDEN

De ARIA-rolstoel moet met de hand worden geduwd en dient uitsluitend voor de beweging van een persoon met een motorische handicap, hetzij autonoom, hetzij met een helper. Zonder helper mag de rolstoel alleen worden gebruikt door mensen die lichamelijk en geestelijk in staat zijn om de rolstoel veilig te besturen en te besturen (bijvoorbeeld vooruitrijden, van richting veranderen en remmen). De rolstoel mag uitsluitend worden gebruikt op vlakke oppervlakken, toegankelijke grasmatten en binnenshuis. Deze actieve rolstoel moet zijn goedgekeurd en aangepast aan de specifieke fysieke omstandigheden van de gebruiker.



WAARSCHUWING !

Elk gebruik dat niet in overeenstemming is met de verwachte doeleinden of van welke aard dan ook kan tot gevaarlijke situaties leiden.

1.5 LIMITATION OF LIABILITY

Aria Wheels Srl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit:

Niet-naleving van de gebruikershandleiding; Onjuist gebruik; Natuurlijke slijtage; Onjuiste montage of opstelling door de koper of een derde partij; Technische wijzigingen; Ongeautoriseerde wijzigingen en / of gebruik van ongeschikte reserveonderdelen.

Een schriftelijke toestemming van Aria Wheels Srl moet worden verkregen voordat aanvullende aanpassingen aan een ARIA worden aangebracht rolstoel. Anders kunnen geen aansprakelijkheidsclaims worden gemaakt.

1.6 DUUR VAN DE ROLSTOEL

De verwachte gebruiksduur van het product is vier jaar, uitgaande van een dagelijks gebruik in de staat waarin het product wordt gebruikt in overeenstemming met de veiligheids-, onderhouds- en verwachte gebruiksinstructies in deze handleiding.

2. VEILIGHEID

2.1 VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

Dit hoofdstuk bevat belangrijke veiligheidsaspecten, gericht op de bescherming van de gebruiker van de rolstoel en zijn helper (indien aanwezig) en het garanderen van een veilig en ongemakkelijk gebruik van de rolstoel.



WAARSCHUWING !

Gevaar voor ongevallen en ernstig letsel van de patiënt

Als de rolstoel niet goed afgesteld is, kan dit leiden tot ongelukken met ernstig letsel. De afstelling van de rolstoel moet altijd door een gespecialiseerde dealer worden uitgevoerd.



WAARSCHUWING !

Gevaar door onvoldoende rijgedrag

Beweging op natte oppervlakken, grind en oneffenheden in de bodem kan leiden tot uitglijden. Pas de snelheid en het rijgedrag altijd aan de verschillende situaties aan (atmosferische omstandigheden, oppervlakte, individuele vaardigheden, enz.).



WAARSCHUWING !

Gevaar voor letsel bij de patiënt. In geval van een aanrijding is het mogelijk om gewond te raken in gebieden die uit de rolstoel steken (zoals voeten of handen). Vermijd alle aanrijdingen zonder te hebben geprobeerd de remmen te gebruiken. Rijd nooit met de rolstoel in een object. Rij voorzichtig door smalle doorgangen.



WAARSCHUWING !

Gevaar door verkwistend rijden.

Bij hoge snelheden kunt u de controle over uw rolstoel verliezen en vallen. Overschrijd nooit de snelheid van 5 km/u. Vermijd alle soorten aanrijdingen.



LET OP !

Gevaar voor verbranding.

De onderdelen van de rolstoel kunnen opwarmen als ze worden blootgesteld aan sterke zonnestralen.

2.2 CONTRA-INDICATIES

Er werden geen contra-indicaties gevonden behalve in gevallen van bewezen gevoeligheid voor componentmaterialen.



LET OP !

Gevaar voor beknelling van uw vingers!

Er bestaat altijd het risico dat uw vingers of armen in bewegende delen van de rolstoel worden geklemd. Het activeren van de vouwmechanismen of het plaatsen van bewegende delen, zoals de uittrekbare as van het achterwiel of het anti-kantelsysteem, zorgt ervoor dat er niets vast kan komen te zitten.

2.3 VEILIGHEIDSUITRUSTING



WAARSCHUWING !


Gevaar voor ongevallen!

Veiligheidsuitrusting (remmen, anti-kantelbeveiliging) kan, indien verkeerd afgesteld of niet werkend, ongelukken veroorzaken. Controleer voor elk gebruik van de rolstoel de werking van de veiligheidsuitrusting en laat deze regelmatig controleren door een gespecialiseerde dealer.

De werking van de veiligheidsuitrusting wordt beschreven in hoofdstuk 3 Opbouw en werking.

3 OPBOUW EN WERKING

3.1 Onderdelen van de rolstoel en materialen



- 1) Rugleuning
- 2) Spatscherm / Armleuningen
- 3) Zitplaats
- 4) Parkeerrem
- 5) Kader
- 6) Voetsteun
- 7) Duwbeugel (achter de rugleuning)
- 8) Hoofdwielen
- 9) Anti-tip apparaat
- 10) Verstelbaar linker- en rechterwiel



DEEL	MATERIAAL
Houding van de rugleuning en het deksel	Lichaam van de rugleuning: koolstofvezel of aluminium Deksel: ademende stof en polyurethaanschuim Riemsteunen: polyurethaan en stof Band: stof en klittenband
Spatscherm	Koolstofvezel of ABS
Armleuningen	Armleuning structuur: aluminium Geïntegreerd spatbord: koolstofvezel Vulling: polyurethaan (PU)
Kader	Aria 2.0AI: Aluminium legering Aria 1.0: Aluminium legering KID: Aluminium legering ULTRA: Magnesium legering SPECIALE: Magnesium legering
Voetsteun	Aluminium legering of Magnesium legering
Zitplaats	Structuur: koolstofvezel of stof Kussen: niet meegeleverd



Korte beschrijving

De rolstoelmodellen van Aria Wheels Srl zijn van het superlichte type met een stevig frame.

“De effectieve uitrusting van de rolstoel kan afwijken van de foto's in de handleiding, omdat elke rolstoel is gebouwd volgens de aanwijzingen in de bestelling.

3.2 PARKEERREMMEN

De parkeerremmen zijn gemaakt om de rolstoel tot stilstand te brengen en eventuele onwillekeurige bewegingen te belemmeren. Push to Lock en Scissor Lock types zijn beschikbaar.



WAARSCHUWING !

Gevaar voor vallen na een plotselinge stop!

Als u tijdens het rijden de parkeerremmen gebruikt, is het niet meer mogelijk om de richting te controleren en kan de rolstoel geblokkeerd raken en botsingen of een val van de rolstoel veroorzaken. Trek nooit aan de parkeerremmen tijdens het rijden.





WAARSCHUWING !

Gevaar voor vallen!



De werking van de parkeerremmen is alleen gegarandeerd als de banden voldoende druk hebben.

Controleer de juiste bandenspanning, 11.3 Banden.

PUSH TO LOCK REM



SCHAARREM



3.3 HOUSBARE RUGLEUNING

Rugleuning Hoes


Aria rolstoel wordt geleverd met een gewatteerde hoes voor de rugleuning in koolstofvezel. De bekleding van ademend materiaal is dankzij een ad-hoc rits afneembaar en gemakkelijk wasbaar

Hoogte van de rugleuning

Het is mogelijk om de hoogte van de rugleuning in te stellen door de rugleuning te verwijderen, de 4 schroeven los te draaien en op de gewenste hoogte weer in te draaien. De afstelling moet door de vakhandelaar worden uitgevoerd.


Spanbare rugleuning

De spanning van de riemen van de rugleuning kan worden aangepast. Verwijder de bekleding, span de banden in volgens de gewenste houding. De aanpassing moet door de gespecialiseerde dealer worden uitgevoerd.





Helling van de houding van de rugleuning

Het is mogelijk om de helling van de rugleuning aan te passen door de twee schroeven van de klem los te draaien, de helling aan te passen en ze weer in te draaien. De afstelling moet door de vakhandelaar worden uitgevoerd.




3.4 DUWHANDVATTEN

ARIA rolstoelen kunnen worden uitgerust met een duwstang of duwhandvatten (die tevens als rugzakdrager fungeren). De hoogte van de stang en de duwhandvatten kan worden aangepast. Schroef de schroeven los, stel ze in op de gewenste hoogte en schroef ze weer vast. De afstelling moet worden uitgevoerd door uw vakhandelaar.





3.5 SPARBORD

Afhankelijk van de vraag kan het spatbord recht zijn of met de bandomslagcurve. Het rechte model is ook gemonteerd in combinatie met de armleuningen. Beide modellen zijn uitwisselbaar met als uitzondering dat het bochtenmodel niet in combinatie met de armleuningen kan worden gemonteerd.




3.6 VOETSTEUN

De hoogte van de voetsteun kan worden ingesteld door de twee schroeven van het frame los te draaien, de gewenste hoogte in te stellen en weer aan te draaien. Bij het model Air 2.0 is het mogelijk om de hoek van de voetsteun aan te passen door de schroeven onder de POM-C top los te draaien. Pas de hoek aan om de eerder losgedraaide schroeven weer vast te draaien. De afstelling moet door de vakhandelaar worden uitgevoerd.



3.7 ANTI-KANTELBEVEILIGING

Een anti-kantelbeveiliging voorkomt dat de rolstoel achterover kantelt. Het toestel is aanpasbaar aan verschillende behoeften. Hij wordt met een speciale klem aan de achterwielas bevestigd. Hij kan aan de rechter- of de linkerkant worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten anti-tippers verkrijgbaar. Zie de handleiding voor reserveonderdelen op de Aria-website.





WAARSCHUWING !

Valgevaar!

Een verkeerd afgestelde of niet-werkende anti-kantelinrichting kan valpartijen veroorzaken.

Voor elk gebruik van de rolstoelbediening functioneert deze en laat deze, indien nodig, door een vakhandelaar monteren of afstellen.




WAARSCHUWING !

Kantelgevaar

Bij oneffenheden van zachte grond kan het anti-tip-apparaat in gaten of in de grond zinken, waardoor de juiste veiligheidsfunctie ervan wordt beperkt of in gevaar komt. Gebruik het anti-tip-apparaat alleen wanneer u zich op een vlakke en compacte ondergrond bevindt.

3.8 ZWAARTEPUNT

Bij sommige producten is het mogelijk het zwaartepunt aan te passen door de vier speciale schroeven op het frame los te draaien (twee aan elke kant), het gewenste zwaartepunt in te stellen en ze weer vast te draaien. De afstelling moet worden uitgevoerd door uw vakhandelaar.



3.9 ZITKUSSEN

Een adequaat opgevuld zitkussen is noodzakelijk voor een optimale drukverdeling op het zitoppervlak, of het nu van stof is of van massief koolstofvezel.

Het kussen wordt aan de zitting bevestigd en kan niet verschuiven dankzij klittenbandstrips op de zitting.

3.10 CAMBER

De camber is geselecteerd bij het bestellen van de ARIA-rolstoel. Vervolgens kan het worden aangepast door de as van de wielen te vervangen. De vervanging moet door de gespecialiseerde dealer worden uitgevoerd.

3.11 ZITBALANS

Anti-tip stabiliteit



De zithouding, dus de stabiliteit van het zitvlak, kan worden aangepast. De afstelling moet door de vakhandelaar worden uitgevoerd.

Hoogte van de voorstoel

De hoogte van de voorstoelen kan in sommige gevallen worden aangepast. De afstelling moet worden uitgevoerd door uw vakhandelaar.

Rughoogte van de zitting

De hoogte van de achterbank kan in sommige gevallen worden aangepast. De afstelling moet worden uitgevoerd door uw vakhandelaar.




4. TOEBEHOREN

ANTI-TIP EN KIPHENDEL

Met de kiphendel kan een assistent de rolstoel gemakkelijk achteruit kantelen om over een stap te gaan. Om dit te doen, draait u de antikipper omlaag met uw voet (zoals op de afbeelding rechts).



DUWBEUGEL (EN TASSENHOUDER)



5. IN GEBRUIK GENOMEN

5.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LET OP !

Gevaar voor letsel bij de patiënt.

Voordat u de rolstoel in gebruik neemt, moet u controleren of deze in goede staat verkeert en of de belangrijkste functies goed functioneren, zie het onderhoudsplan, zie hoofdstuk "Onderhoudsplan", paragraaf "Onderhoudsplan"

Uw vertrouwde dealer bereidt de rolstoel voor op gebruik. De dealer legt u de belangrijkste functies uit en zorgt ervoor dat de rolstoel voldoet aan uw wensen en behoeften.

6. VERHUIZEN MET DE ROLSTOEL

6.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



WAARSCHUWING !

Gevaar voor ongevallen!

Het bewegingsgedrag van de rolstoel kan aanzienlijk in gevaar komen als de druk van de banden niet gelijk is.

Controleer de druk van de banden voor elke beweging.



LET OP !

Gevaar voor beknelling!

De afstand tussen het achterwiel en het spatbord van het wiel kan zo klein zijn dat de vingers bekneld raken.

Zorg er altijd voor dat u de rolstoel uitsluitend met de hand beweegt.



LET OP !

Gevaar voor beknelling!

De afstand tussen het achterwiel en de parkeerrem kan zo klein zijn dat de vingers bekneld raken.

Zorg er altijd voor dat u de rolstoel uitsluitend met de handrims verplaatst

6.2 REMMEN TIJDENS BEWEGING

Tijdens het rijden is het mogelijk om de rolstoel af te remmen en druk uit te oefenen met de handen op de handrims.



WAARSCHUWING !

Gevaar voor vallen na plotseling remmen!

Als u de parkeerremmen tijdens het rijden gebruikt, is het niet meer mogelijk om de richting van de beweging te controleren en kan de rolstoel plotseling geblokkeerd raken, wat kan leiden tot een botsing of val van de rolstoel.

Trek nooit aan de parkeerremmen tijdens het rijden.



WAARSCHUWING !

Risico op vallen van de rolstoel Als de rolstoel snel wordt afgeremd door een helper die aan de duwgrepen trekt, kan de gebruiker van de rolstoel vallen. Maak de veiligheidsgordel altijd vast als deze aanwezig is.

Zorg ervoor dat de helper een individuele training heeft gekregen over het duwen van bezette rolstoelen.



LET OP !

Risico op brandwonden op de huid

De hoepels kunnen opwarmen als je de rolstoel voor een lange periode afremt.

U kunt de palm van uw handen verbranden.

Draag een geschikt paar handschoenen.

Pak de hoepels vast en oefen met beide handen een homogene druk uit, tot de rolstoel volledig stopt.

6.3 TRANSFERS VANUIT DE ROLSTOEL



WAARSCHUWING !

Risico op vallen!

Tijdens transfers is het risico op vallen zeer hoog.

Ga alleen zitten en sta alleen zonder hulp van de rolstoel op als u fysiek in staat bent om dit te doen.



WAARSCHUWING !

Risico op vallen!

De rolstoel kan naar voren kantelen als u op de voetsteun staat.

Ga nooit op de voetsteun staan terwijl u zit of uit de rolstoel opstaat.



LET OP !

Als de remmen gedeactiveerd of kapot zijn, kan de rolstoel ongecontroleerd bewegen.

Leun niet op de remmen terwijl u zit of uit de rolstoel staat

1. Trek aan de parkeerremmen.
2. Plaats uw voeten op de grond.
3. Houd de rolstoel stevig vast en, indien nodig, aan een vast voorwerp in de buurt.
4. Beweeg langzaam op de stoel.

6.4 VOORWAARTSE BEWEGING EN VERANDERING VAN RICHTING MET DE ROLSTOEL

Met behulp van de hoepels is het mogelijk om de rolstoel naar voren te bewegen en van richting te veranderen. Voordat u zich zonder hulp van een helper verplaatst, is het noodzakelijk om het kantelpunt van de rolstoel te identificeren.



WAARSCHUWING !

Gevaar van kantelen

De rolstoel kan naar achteren kantelen als er geen kantelbeveiliging is geïnstalleerd.

Bij het bepalen van het kantelpunt van de rolstoel moet een helper direct achter de rolstoel worden geplaatst om de rolstoel op te vangen voordat deze kantelt.

Om te voorkomen dat de rolstoel kantelt, installeert u een kantelbeveiliging.



WAARSCHUWING !

Gevaar van kantelen

De rolstoel kan naar voren kantelen.

Controleer bij het verstellen van de rolstoel zijn gedrag bij voorover kantelen en pas uw rijstijl hierop aan.



LET OP !

Gevaar van kantelen

Een zware belasting op de rugleuning kan het zwaartepunt van de rolstoel veranderen. Pas in dit geval uw rijgedrag aan om rekening te houden met de belasting.

Bepalen van het kantelpunt

1. Laat de rem los.
2. Beweeg kort naar voren, houd beide hoepels vast en beweeg naar achteren met een lichte druk.
3. Bepaal het kantelpunt door uw gewicht te verschuiven en de beweging van de hoepels te contrasteren.



6.5 OP EN NEER STAPPEN EN DALEN



WAARSCHUWING !

Gevaar voor vallen!

Bij het op en neer stappen kan je het evenwicht verliezen en de rolstoel kantelen.

Beweeg altijd langzaam en voorzichtig over trappen, zoals trottoirs en hellingen. Ga niet over treden hoger dan 25 cm.



LET OP !

Een anti-kantelbeveiliging voorkomt dat de rolstoel naar achteren kantelt. Verwijder de kantelbeveiliging voordat u over stappen of vallen gaat.

Een stap omlaag met een helper

1. Breng de rolstoel naar de rand van de trede en pak de duwbeugel.
2. De helper grijpt de duwbeugels stevig vast, plaatst een voet op het anti-kantelsysteem (indien geïnstalleerd) en zet de rolstoel naar achteren, zodat de voorwielen van de grond tillen.
3. De helper houdt de rolstoel in deze positie, duwt hem voorzichtig over de trede en hellt de rolstoel naar voren zodat de voorwielen de grond weer raken.



Een trede naar beneden gaan zonder hulp van een helper



WAARSCHUWING !

Gevaar van kantelen

Als u zonder hulp van een helper naar beneden gaat, bestaat het risico dat u achteruit kantelt als u de rolstoel niet onder controle heeft.

Leer in eerste instantie hoe u met behulp van een helper een stap naar beneden kunt gaan.

Leren balanceren op de achterwielen

1. Breng de rolstoel naar de rand van de trede, til de voorwielen op en breng ze in balans.
2. Laat de achterwielen langzaam langs de rand glijden. Pak met beide handen de handvatten stevig vast en houd ze vast totdat de voorwielen de grond weer raken






WAARSCHUWING !

Gevaar voor letsel voor de gebruiker.

De rugleuning van de rolstoel kan eerder dan verwacht breken als u vaak trappen en trottoirs opgaat, het is aan te raden om de rolstoel van het kader of van de duwbeugel te halen als deze is geïnstalleerd, de gebruiker kan van de rolstoel vallen. De gebruiker kan van de rolstoel vallen. Bij het opstappen en trottoirs kan de rolstoel van de kantelbeveiliging vallen.

1. Duw de rolstoel met de achterwielen naar achteren tot aan de rand van de trede.

2. De helper grijpt de duwbeugels vast en kantelt de rolstoel zodat de voorwielen van de grond zijn; vervolgens trekt hij de achterwielen over de rand van de trede tot het mogelijk is om de voorwielen terug op de grond te zetten.



6.6 TRAPPEN OP EN AF



WAARSCHUWING !

Valgevaar.

Als je de trap op en af gaat, kan je het evenwicht verliezen en van de rolstoel vallen. Ga altijd met meer dan één trede de trap op en af met slechts 2 helpers.

1. Het is mogelijk om traplopen één trede tegelijk af te dalen, zoals beschreven in de foto. De eerste helper bevindt zich achter de rolstoel en houdt zich vast aan de duwbeugels.

De tweede helper houdt een vast deel van het voorste frame vast, zodat de positie van de rolstoel van voren.



6.7 OPSTIJGEN VAN HELLINGEN EN HELLINGEN



WAARSCHUWING !

Gevaar door ongecontroleerde beweging! Bij het doorlopen van hellende oppervlakken kan de rolstoel naar achteren, opzij of naar voren kantelen.

Ga door lange schuine vlakken, in principe met een helper achter de rolstoel.

Voorkom zijdelings leunen. Vermijd oppervlakken met een hellingshoek groter dan 7°.

Vermijd abrupt van richting te veranderen op een hellend oppervlak.



LET OP !


De rolstoel kan zelfs op licht hellende oppervlakken onvrijwillig bewegen, als hij niet met de handrims wordt bediend.

Zet de parkeerrem in als u met de rolstoel op een hellend oppervlak rijdt.

Stijging

Om bergopwaarts te bewegen moet je een lichte duw geven, de vaart erin houden en tegelijkertijd de richting controleren.


1. Buig naar voren en beweeg de rolstoel naar voren, zodat beide handen snel en energiek kunnen worden geduwd.



Bergafwaarts

Bij het afdalen is het belangrijk om de richting van de beweging en vooral de snelheid te controleren.

1. Leun tegen de rugleuning en laat de hoepels voorzichtig door uw handen glijden. Je moet altijd in staat zijn om de rolstoel te stoppen met de hoepels



WAARSCHUWING !

Gevaar voor brandwonden

De hoepels kunnen opwarmen als je de rolstoel voor een lange periode afremt. U kunt de palm van uw handen verbranden.

Draag een geschikt paar handschoenen

6.8 STABILITEIT EN EVENWICHT

Bij sommige activiteiten en bewegingen tijdens het dagelijks gebruik kan het nodig zijn dat u uit de rolstoel steekt, naar voren, opzij of naar achteren leunt. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de stabiliteit van de rolstoel. Om er zeker van te zijn dat u altijd in evenwicht blijft, moet u rekening houden met het volgende:

Voorover leunend:



WAARSCHUWING !

Gevaar voor vallen van de rolstoel!

Als u naar voren leunt, kunt u van de rolstoel vallen.

Buig niet te ver naar voren en beweeg uw lichaam niet te ver voorbij de stoel om naar een voorwerp te reiken.

Buig niet te ver naar voren en verbreed uw knieën niet om een voorwerp op de grond te bereiken.

1. Lijn de voorwielen uit (om de rolstoel iets naar voren en vervolgens naar achteren te bewegen).
2. Zet de twee parkeerremmen aan.
3. Leun alleen naar voren tot het punt waar het bovenlichaam zich nog steeds boven de voorwielen bevindt.

Achteroverleunen



WAARSCHUWING !

Gevaar voor vallen van de rolstoel!

Als u te ver achterover leunt, kunt u de rolstoel kantelen. Leun niet achterover achterover bij de rolstoel.

Gebruik een kantelbeveiliging.

1. Lijn de voorwielen uit (om de rolstoel iets naar voren en vervolgens naar achteren te bewegen).
2. Zet de parkeerremmen niet aan.
3. Pak alleen de bereikbare voorwerpen vast zonder dat u uw zitpositie hoeft aan te passen.

7. VERVOER

7.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



WAARSCHUWING !

Gevaar voor verwondingen als de rolstoel niet correct en veilig wordt vastgezet.

Bij een ongeval, rem enz. kunnen er ernstige verwondingen ontstaan doordat delen van de rolstoel niet vastzitten en bij het transport van de rolstoel altijd de wielen uittrekken.

Zet alle onderdelen van de rolstoel stevig vast in het voertuig om te voorkomen dat ze tijdens het transport loskomen.





LET OP !

Overmatige slijtage van het materiaal kan de weerstand van de ondersteunende delen in gevaar brengen. Verplaats de rolstoel niet met de wielen gedemonteerd op een schurende ondergrond (bijv. trekken aan het frame op asfalt).

7.2 SLUITEN EN OPENEN VAN DE ROLSTOEL

De rugleuning wordt veresteld door aan het koord aan de achterkant te trekken, vervolgens de rugleuning naar voren te trekken en deze op de zitting te laten zakken. Ongeacht de geometrie van de rugleuning is het bedieningsconcept bij alle producten hetzelfde



7.3 MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DE WIELEN




WAARSCHUWING !

Kantelgevaar!

Als de snelspanas van het achterwiel niet volledig geblokkeerd is, kan het wiel er tijdens het gebruik af vallen. Hierdoor kan het wiel kantelen. Controleer bij elke montage van een wiel altijd of de snelspanassen volledig geblokkeerd zijn.


Demontage van de achterwielen

Druk op de snelspeld en haal tegelijkertijd het wiel eruit.




Demontage van de zwenkwielen

Schroef de as-as los met een speciale inbussleutel en verwijder het wiel.




Montage van de achterwielen

Druk op de snelspeld en plaats het wiel op hetzelfde moment tot de speld het blokkeert.



Montage van zwenkwielen

Volg in tegendeel het demontageproces en zorg ervoor dat de aspen stevig wordt vastgedraaid.



7.4 VERVOER VAN DE BEZETTE ROLSTOEL IN EEN VOERTUIG

Zelfs wanneer de ARIA-rolstoel correct is bevestigd en de volgende regels worden gevolgd, kunnen er bij een botsing of een abrupte stop verwondingen bij de passagiers optreden. Daarom raadt Aria Wheels Srl ten eerste aan om de gebruiker van de rolstoel over te brengen op een stoel van het voertuig en zijn veiligheidsgordel vast te maken. Breng geen wijzigingen of vervangingen aan de rolstoel (structuur, frame of onderdelen) aan zonder schriftelijke toestemming van Aria Wheels Srl



WAARSCHUWING !

Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel

Om de rolstoel als voertuigstoel te gebruiken, moet de rugleuning minstens 400 mm hoog zijn.

Voor het vervoer van de bezette rolstoel in een voertuig moet er een beveiligingssysteem zijn geïnstalleerd.



WAARSCHUWING !

Als het om welke reden dan ook niet mogelijk is om de rolstoelgebruiker op een stoel van het voertuig te plaatsen, kan de rolstoel als zitplaats in een voertuig worden gebruikt, mits de volgende regels en procedures worden gevolgd:

De rolstoel moet in het voertuig worden bevestigd met behulp van een vierpuntsbevestigingssysteem voor rolstoelen.

De gebruiker moet een driepuntsbevestigingssysteem voor passagiers dragen dat aan het voertuig is bevestigd.

In de rolstoel moet de gebruiker de houdingssteungordel bevestigd hebben.

Zowel het vierpuntsbeveiligingssysteem voor rolstoelen als het driepuntsbeveiligingssysteem voor passagiers moeten worden goedgekeurd overeenkomstig de ISO-10542-2-regelgeving.



WAARSCHUWING !

Neem voor vertrek contact op met de voor het vervoer verantwoordelijke persoon en vraag informatie over de beschikbaarheid van de hier vermelde uitrusting.

Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de rolstoel en de gebruiker om te voorkomen dat deze de andere passagiers van het voertuig, de niet-opgevulde delen van het voertuig, de accessoires van de rolstoel en de verankeringspunten van het bevestigingssysteem aanraakt.



WAARSCHUWING !

Controleer of de hefpunten van de rolstoel niet beschadigd zijn en of de parkeerremmen perfect werken.

Het gebruik van lekvrije banden wordt aanbevolen voor het vervoer om problemen met de remmen te vermijden die te wijten zijn aan de vermindering van de bandenspanning.



WAARSCHUWING !

Letsels of beschadigingen kunnen zichzelf verifiëren als gevolg van onderdelen of accessoires van de rolstoel die losraken na een botsing of een abrupte stop. Zorg ervoor dat alle verwijderbare of uittrekbare onderdelen en accessoires uit de rolstoel worden verwijderd en veilig in het voertuig worden opgeborgen. Het is van fundamenteel belang dat de rolstoel door een specialist wordt gecontroleerd na een ongeval, botsing enz.



BELANGRIJK !

Aanbevolen wordt om training te geven over het juiste gebruik van een product met een beveiligingssysteem. Zie de gebruikershandleiding die bij het beveiligingssysteem wordt geleverd. De volgende afbeeldingen kunnen verschillen afhankelijk van de leverancier van het beveiligingssysteem.

Rolstoelbevestiging door middel van een 4-puntsbevestigingssysteem.



WAARSCHUWING !

Plaats de rolstoel in het voertuig met de gebruiker in de richting van de rijrichting. Activeer de parkeerremmen van de rolstoel. Activeer het anti-kantelsysteem (indien geïnstalleerd).

De bevestigingspunten van de rolstoel, waar de gordels van het bevestigingssysteem moeten worden geplaatst, zijn gemarkeerd met symbolen met snap-hookjes.

1. Bevestig de rolstoel bij gebruik van zowel de voor- als achterriemen van het 4-puntsbevestigingssysteem aan de in het voertuig gemonteerde klikhaken. Zie de gebruikershandleiding bij het 4-puntsbevestigingssysteem.

Verankeringsposities voor de voorste riemen

1. Bevestig de voorste riemen op de wielsteunen.
2. Bevestig de veiligheidsgordels aan het klikhaaksysteem volgens de instructies van de leverancier van de veiligheidsgordel.
3. Maak de parkeerremmen los en bevestig de voorste spanriemen die de rolstoel naar achteren trekken.
4. Activeer de parkeerremmen opnieuw

Verankeringsposities voor de karabijnhaakjes aan de achterzijde

1. Bevestig de snap-haakjes aan de koolstofvezel as.
2. Bevestig de achterste riemen aan het dressoirsysteem volgens de instructies van de leverancier van de veiligheidsgordel.
3. Draai de gordels vast



BELANGRIJK !

Zorg ervoor dat de snap-haakjes bedekt zijn met antislipmateriaal om zijdelings verschuiven van de as te voorkomen.



BELANGRIJK !

Controleer of de draaipunten aan beide zijden volledig ingestoken zijn en in dezelfde positie zijn geplaatst als het dressoirdedeelte. Zorg ervoor dat de hellingshoek tussen de haken en de riemen tussen 40° en 45° ligt.

Afstelling van de houdingssteunriem



WAARSCHUWING !

De houdingsgordel moet bovendien worden gebruikt, maar kan nooit een gehomologeerd veiligheidssysteem voor passagiers (3-puntsgordel) vervangen.

1. Stel de onderhoudsgordel zo af dat deze zich aanpast aan de rolstoelgebruiker.



LET OP !

Zorg ervoor dat het 3-puntsbevestigingssysteem voor passagiers zo strak mogelijk aan het lichaam van de gebruiker wordt bevestigd, zonder de gebruiker te hinderen of de gordel te verdraaien.

Zorg ervoor dat het driepuntsbeveiligingssysteem niet van het lichaam van de gebruiker wordt weggehouden door enig deel van de rolstoel, zoals armlleuningen of wielen, enz.

Zorg ervoor dat het veiligheidssysteem van de gebruiker van de gebruiker naar het verankeringspunt gaat zonder enige storing door enig ander deel van het voertuig, de rolstoel, de stoelen of de accessoires.

Zorg ervoor dat de subabdominale gordel precies boven op het bekken van de gebruiker loopt en niet naar boven in de richting van de buikzone glijdt.

Zorg ervoor dat de gebruiker het ontgrendelingsmechanisme kan bereiken zonder hulp nodig te hebben.



BELANGRIJK !

Breng het bekkengedeelte van het 3-puntsbevestigingssysteem goed langs het bekken aan, zodat de helling van de bekkengordel zich in de gewenste zone (A) tussen 30° en 75° ten opzichte van de horizontale zone buigt. Een hogere helling heeft de voorkeur, maar nooit boven 75°.

8. INSTANDHOUDING

8.1 VEILIGHEIDSINDICATIE



LET OP !

Sommige materialen zijn onderhevig aan natuurlijke veroudering. Hierdoor kunnen sommige delen van de rolstoel beschadigd raken.

Laat uw rolstoel na een langere periode of minstens eenmaal per jaar door een gespecialiseerde dealer controleren.

Uw Aria Wheels Srl dealer helpt u graag bij het uitvoeren van regelmatige onderhoudsinterventies. Om een geautoriseerde dealer in de buurt te vinden, kunt u contact opnemen met de Aria Wheels Srl contactpersoon aan het einde van de handleiding.

8.2 ONDERHOUDSPPLAN

Om de nodige veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen, dient u de volgende onderhoudswerkzaamheden regelmatig uit te voeren of door uw dealer te laten uitvoeren.

	Wekelijks	Maandelijks	Jaarlijks
<i>Bandenspanning controleren</i>	X		
<i>Controleer de juiste positie van de achterwielen</i>	X		
<i>Controleer de afstelling van de rugleuningverbinding</i>	X		
<i>Controleer de band voor het onderhoud van de lichaamshouding</i>	X		
<i>Visuele controle</i>		X	
<i>Reinigen van de voorwielen</i>		X	
<i>Boutverbindingen controleren</i>		X	
<i>Wielspaken controleren</i>		X	
<i>Parkeerremmen controleren</i>		X	
<i>Laat de rolstoel controleren door een gespecialiseerde dealer</i>			X

Bandenspanning controleren

Meet de bandenspanning met de relatieve druk (zie hoofdstuk 11.3 Banden).

1. Pomp de band op tot de vereiste spanning.
2. Controleer ook het profiel van de band.
3. Vervang zo nodig de banden.

Controleer de juiste positie van de achterwielen.

1. Trek aan het achterwiel om te controleren of de as op de juiste plaats zit. Het mag niet mogelijk zijn om het wiel uit te trekken.
2. Indien de achterwielen niet goed op hun plaats blokkeren, verwijder dan eventuele vuil- en kalkaanslag. Als het probleem aanhoudt, vraag dan een gespecialiseerde dealer om de as opnieuw af te stellen

Controleer de afstelling van de rugleuningverbinding

1. Ga in de rolstoel zitten en leun achterover op de rugleuning. De rugleuning moet goed geblokkeerd zijn.
2. Trek aan het ontgrendelingskoord. De draaipunten moeten aan beide zijden vrij kunnen bewegen. Anders moet het scharnier van de rugleuning opnieuw worden gemonteerd door een gespecialiseerde dealer.

Controleer de onderhoudsgordel voor de lichaamshouding

1. Controleer of de band voor het houdingsonderhoud correct is afgesteld.



BELANGRIJK !

Losse onderhoudsbanden moeten door een gespecialiseerde dealer worden afgesteld. Beschadigde onderhoudsbanden moeten vervangen worden door een gespecialiseerde dealer.

Visuele controle

1. Controleer of de rolstoel losse onderdelen, scheuren of andere gebreken vertoont.
2. Indien er gebreken worden vastgesteld, laat u de rolstoel onmiddellijk controleren door een gespecialiseerde dealer.

Reinigen van de voorwielen

1. Controleer of de voorwielen vrij kunnen worden gedraaid.
2. Verwijder eventueel vuil en haar van de voorwiellagers

Controleer het aandraaien van de bouten

Bolts can loosen due to a constant use of the wheelchair.

1. Controleer of de bouten goed vastzitten (voetsteun, bekleding van de zitting, zijkanten, rugleuning, frame, zitmodule).
2. Draai de losse moeren met voldoende aanhaalmoment vast.



BELANGRIJK !

Veiligheidsmoeren en -bouten verliezen hun efficiëntie nadat ze meerdere malen zijn losgedraaid en vastgedraaid. Vraag een gespecialiseerde dealer om de veiligheidsmoeren en bouten te vervangen.

Spreekspanning controleren

Spaken mogen niet los zitten of vervormd zijn.

1. Vraag een gespecialiseerde dealer om de spanning van losse spaken aan te passen.
2. Laat een gespecialiseerde dealer de gebroken spaken vervangen.

Parkeerremmen controleren

1. Controleer de juiste positie van de parkeerremmen op hun plaats.

De rem is correct afgesteld als, wanneer de rem in gebruik is, de remschoen enkele millimeters in de band dringt.

2. Indien u zich realiseert dat de afstelling onjuist is, laat u zich door een gespecialiseerde dealer de rem correct afstellen.



BELANGRIJK !

Na het vervangen van de achterwielen is het noodzakelijk om de parkeerremmen opnieuw in te stellen.



BELANGRIJK !

De rolstoel kan schade oplopen door een sterke botsing of impact en niet zichtbaar zijn voor het blote oog.

Het is daarom van fundamenteel belang dat een specialist de rolstoel na een sterke botsing of impact controleert.

Reparatie of vervanging van de binnenband

1. Demonteer het achterwiel en leeg de binnenband uit de resterende lucht.
2. Til een hiel van de band van de rand van de velg. Gebruik een apparaat om de banden van de fiets te verwijderen; gebruik geen geslepen voorwerp, bijvoorbeeld een schroevendraaier, om beschadiging van de binnenband te voorkomen.
3. Trek de binnenband uit de band.
4. Repareer de binnenband met behulp van een reparatieset voor fietsen of vervang zo nodig de binnenband.
5. Blaas de binnenband licht op tot deze een ronde vorm heeft.
6. Breng het ventiel in het ventielgat in de wielvelg en steek de binnenband in de band (de binnenband moet zich aanpassen aan de omtrek van de band zonder dat er plooien ontstaan).
7. Til de hiel van de band op de rand van de velg op. Begin in de omgeving van het ventiel en gebruik een apparaat om de banden van de fietsen te verwijderen. Controleer langs de hele omtrek of de binnenband niet tussen de band en de velg vastzit.
8. Pomp de band op tot de maximale druk. Zorg ervoor dat er geen lucht uit de band lekt.

8.3 LET OP

Uw rolstoel zal u vele jaren begeleiden als u er regelmatig voor zorgt.



BELANGRIJK !

Zand en zeewater kunnen de kogellagers beschadigen en de stalen delen kunnen gaan roesten als het oppervlak beschadigd is.

Stel de rolstoel slechts kortstondig bloot aan zand en zeewater en reinig hem na een verblijf op het strand.



BELANGRIJK !

Gebruik geen schurende stoffen, agressieve reinigingsmiddelen en hogedrukreinigers.

1. Reinig de voering en de metalen onderdelen met een vochtige zachte doek.
2. Droog de rolstoel nauwkeurig af na gebruik in de regen of onder de douche.
3. Als de rolstoel vuil is, maak het vuil zachter en verwijder het; droog de rolstoel vervolgens met zorg.

8.4 DESINFECTIE

Let op de concentratie- en blootstellingstijden van de fabrikant van het desinfectiemiddel. Het product is geschikt voor sproei- en wisdesinfectie met gewone huishoudelijke desinfectiemiddelen. Alle oppervlakken moeten worden afgeveegd met een schone doek die is bevochtigd met een ontsmettingsmiddel. Breng het ontsmettingsmiddel gelijkmatig aan. Spoel het product niet uit en laat het niet aan de lucht drogen. Vervolgens moet het product op netheid en schade worden gecontroleerd.



BELANGRIJK !

Om een lijst van alle gehomologeerde desinfecterende producten te ontvangen, gelieve uw vertrouwde dealer te raadplegen.

9 STORINGSOPLOSSINGEN

9.1 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Dagelijks gebruik, nieuwe voorschriften of variaties in de krachten waaraan de rolstoel wordt blootgesteld, kunnen defecten veroorzaken. De onderstaande tabel geeft aanwijzingen voor het herkennen en elimineren van storingen.



LET OP !

Indien er anomalieën van de rolstoel worden opgemerkt, bijv. een verandering in snelheidsgedrag, neem dan onmiddellijk contact op met uw gespecialiseerde dealer.



BELANGRIJK !

Sommige van de gemelde ingrepen moeten worden uitgevoerd door een erkende, gespecialiseerde dealer. Deze zijn naar behoren gemarkeerd. Wij stellen voor dat alle aanpassingen worden uitgevoerd door een gespecialiseerde dealer.

BREAKDOWN	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De rolstoel beweegt niet in een rechte lijn naar voren	<i>De druk van een van de achterwielen is onjuist</i>	<i>Pas de bandenspanning aan > 11.3 Banden</i>
	<i>Een of meer spaken zijn gebroken</i>	<i>Vervang de gebroken spaak(e) > Gespecialiseerde dealer</i>
	<i>Spaak spanningen zijn verschillend</i>	<i>Laat de spanning van de losse spaken aanpassen > Gespecialiseerde dealer</i>
	<i>Het voorwiellager is vuil of beschadigd</i>	<i>Reinig of vervang het lager > Gespecialiseerde dealer</i>
De rolstoel kantelt gemakkelijk naar achteren	<i>De achterwielen zijn te ver naar voren gemonteerd</i>	<i>Aanpassen barycentrum > Gespecialiseerde dealer</i>
	<i>Overmatige helling van de rugleuning</i>	<i>De helling van de rugleuning verminderen > Gespecialiseerde dealer</i>
Remmen grijpen verkeerd of asymmetrisch in	<i>Bandenspanning van één of beide achterwielen is onjuist</i>	<i>Bandenspanning aanpassen > 11.3 Banden</i>
	<i>Remafstelling is onjuist</i>	<i>Juiste afstelling van de rem > Gespecialiseerde dealer</i>
Weerstand tegen beweging is zeer hoog	<i>Bandenspanning van de achterwielen is onvoldoende</i>	<i>Bandenspanning aanpassen > 11.3 Banden</i>
	<i>Achterwielen zijn niet parallel</i>	<i>Controleer of de achterwielen parallel zijn > Gespecialiseerde dealer</i>
Voorwielen zwenken bij hoge bewegingssnelheid	<i>Tractie van het voorste wiellagerblok is onvoldoende</i>	<i>Blokkeer de bout op de as van het lagerblok lichtjes > Gespecialiseerde dealer</i>
	<i>Het voorwiel is glad</i>	<i>Vervang het voorwiel > Gespecialiseerde dealer</i>
Voorwiel stuurt moeilijk of is geblokkeerd	<i>Het kogellager is vuil of defect</i>	<i>Reinig of vervang het kogellager > Gespecialiseerde dealer</i>

10. NA GEBRUIK VAN GEBRUIK

10.1 REUSE

De rolstoel kan opnieuw worden gebruikt. De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd:

- Reiniging en desinfectie volgens de beschrijvingen in hoofdstuk 8.3 Onderhoud en hoofdstuk 8.4 Desinfectie van deze gebruiksaanwijzing.
- Inspectie volgens de beschrijving in hoofdstuk 8.2 Onderhoudsplan van deze gebruiksaanwijzing.
- Aanpassing aan de gebruiker op basis van de documentatie voor technische assistentie die beschikbaar is op het hoofdkantoor van Aria Wheels Srl.

10.2 DISPOSAL

Verdedig de omgeving en zorg voor een adequate verwijdering van uw rolstoel. Houd u aan de nationale wetgeving en plaatselijke voorschriften voor de verwijdering.

Voor een correcte verwijdering kunt u contact opnemen met uw gespecialiseerde dealer of het openbaar bestuur van uw gemeente om het adres van een plaatselijk afvalverwijderingscentrum te verkrijgen.

11. TECHNISCHE GEGEVENS

11.1 GEWICHT EN MAATGEGEVENS

Alle gewichts- en maatgegevens hebben betrekking op de breedte van de zitting en de diepte in alle mogelijke configuraties van de rolstoel. Afmetingen en gewicht kunnen veranderen afhankelijk van de verschillende configuraties

Zitbreedte	240 - 460 mm (in stappen van 20 mm)
Zitdiepte	280 - 460 mm (in stappen van 20 mm)
Zitting tot voetensteun	120 - 180 mm (in stappen van 20 mm)
Rugleuning hoogte	240 - 420 mm (in stappen van 15 mm)
Knie-naar-wiel lengte	300 - 440 mm (in stappen van 10 mm)
Hoogte voorstoel	450 - 520 mm (in stappen van 10 mm)
Hoogte van de achterbank	360 - 430 mm (in stappen van 10 mm)
Zwaartepunt	100 - 150 mm (in stappen van 10 mm)
Rugleuninghoek	85° - 95° naar de vloer
Achterwielas	0° of 3°
Framehoek	83° of 93° alleen beschikbaar voor bepaalde modellen

Gewicht rolstoel SW440 met achterwielen (inclusief rugleuning)	ongeveer 9.5 kg* voor Aria 1.0 / ongeveer 10.7 kg* voor Aria 2.0 / ongeveer 8.1 kg* voor ULTRA / ongeveer 7.1 kg* voor SPECIALE / ongeveer 7.5 kg* voor KID
Gewicht rolstoel SW440 zonder achterwielen (inclusief rugleuning)	ongeveer 5.5 kg* voor Aria 1.0 / ongeveer 7.5 kg* voor Aria 2.0 / ongeveer 4.9 kg* voor ULTRA / ongeveer 3.9 kg* voor SPECIALE / ongeveer 4.5 kg* voor KID
Nominale belasting	120 kg voor Aria 1.0 e Aria 2.0 100Kg voor ULTRA e SPECIALE 75 Kg voor KID

Het gewicht is afhankelijk van de mogelijke configuraties. Sommige afmetingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor sommige rolstoelmodellen. Zie de productbestelformulieren voor de specificaties.

11.2 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Stel de rolstoel niet bloot aan temperaturen onder -20 °C en boven 40 °C.

11.3 TYRES

De optimale druk is afhankelijk van het soort band:

Maximale bandenspanning

hoog bewegingscomfort banden 7 bar 700 kPa 101 psi / Geprofileerde banden (Marathon) 7,5 bar 750 kPa 108 psi / Slick banden (speed run) 10 bar 1000 kPa 145 psi / Mountainbike banden 4 bar 400 kPa 58 psi /

Massieve rubberen banden - -



TOTALE BREEDTE (TW)
 (Achterwielas 0°) SW + 180 mm
 (Achterwielas 3°) SW + 225 mm



TOTALE DIEPTE (TD)
 83° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG)
 93° = SD + 120mm + 130mm + 100mm + (100mm - CG) + 35mm

11.4 LABELS

De symbolen op het etiket zijn symbolen die voldoen aan de eeggeving UNI EN ISO 15223-1 / UNI CEI EN 1041

SIMBOLEN	BETEKENIS
	Catalogusnummer
	Producent
	Fabricagedatum
	Lees gebruikershandleiding
SN	Serienummer
CE	Voldoet aan de CE-voorschriften
	Nominale stroom
	Waarschuwing
MD	MDR 2017/745 (UE)

12. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Bezoek ariawheels.com om toegang te krijgen tot de conformiteitsverklaringen

OPMERKING VOOR DE GEBRUIKER:

**MELD ELK ERNSTIG INCIDENT DAT MET BETREKKING TOT
HET APPARAAT IS VOORGEKOMEN AAN DE FABRIKANT EN DE
BEVOEGDE AUTORITEIT VAN DE LIDSTAAT VAN WOONPLAATS**

NOTEER OP DEZE BLADZIJDE DE UITGEVOERDE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN



FABRIKANT

Aria Wheels Srl

Registered Office | Sede Legale Via della Divisione Torino 92, 00143 Roma - Italy
Production Department | Sede Produttiva Via A.Volta 7/G, 36030 Costabissara (VI) - Italy
Tel. +39 0444701414 - VAT ID | P.IVA IT 12848301003

www.ariawheels.com
info@ariawheels.com